



Ldz.484.../2022

Olsztyn, dnia 29.03.2022 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 97/2022/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Część nr 1

Proszę o określenie jakie jest maksymalne dobowe zużycie wody?

Odpowiedź:

5 litrów

Pytanie nr 2:

Część nr 1

Proszę o podanie ciśnienia wody zasilającej?

Odpowiedź:

Ciśnienie wody wodociągowej

Pytanie nr 3:

Część nr 1

Proszę o podanie twardość wody zasilającej?

Odpowiedź:

Woda bardzo twarda

Z poważaniem

ZASTĘPCA KANCLERZA

mgr Adriana Faraś-Bąk

Sporządziła: Dominika Więcek, Michał Majewski

mgr Dominika Więcek