



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach.

Pakiet nr 1

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego 20 L IVD z uchwytem	szt	20
2	Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego 10,6L IVD z uchwytem	szt	20

Pakiet nr 2

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 0-300 ml/h • Miękka komora kroplowa z odpowietrznikiem zakończona ostrym kolcem. • Długość drenu 180 cm. • Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji. • Możliwość obsługi jedną ręką. • Posiada dodatkowy zacisk rolkowy. • Zakończenie drenu luer lock. • Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP. • Sterylizowany tlenkiem etylenu. • Jednokrotnego użytku.	szt	700

Pakiet nr 3

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Torba do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Nieprzemakalna na całej powierzchni, sterylna, jednorazowego użytku. Nie zawiera lateksu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.	szt	660

Pakiet nr 4

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Endoretka - biopsja aspiracyjna z jamy macicy sterylna. Sterylizowana przy użyciu tlenku etylenu (ETO) Endoretka jest stosowana do uzyskiwania próbek zróżnicowanej tkanki z endometrium. Giętka kaniula stworzona z polipropylenu o długości około 23 cm i średnicy wewnętrznej 2,6 mm (zewnętrzna 3,1 mm). Zakończona jest zaokrąglonym 4 otworowym brzegiem, a w jej wnętrzu znajduje się specjalny tłoczek. Przy zastosowaniu tej metody pobranie próbki endometrium nie wymaga mechanicznego rozszerzenia kanału szyjki macicy.	szt	700

Pakiet nr 5

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość
1	Żel do EEG 250 ml	szt	60

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.