Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Olsztynie
10-082 Olsztyn, al. Warszawska 30
tel. 89 524-53-50 fax. 89 541-30-93
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39

Olsztyn, dn. 1 marca 2022 r.

Nr sprawy 6/2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa wyrobów medycznych"

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZESTAW 1

1. Czy Zamawiający zgodzi się na podzielenie urządzeń względem producenta Mindray i włączy do pakietu nr 8 pozycję nr 9 z pakietu nr 17 oraz pozycje 20, 21, 22 z pakietu nr 28?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 110 do osobnego pakietu, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 9 z pakietu nr 17 do osobnego pakietu, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 20, 21, 22 z pakietu nr 28 do osobnego pakietu, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

ZESTAW 2

1. Pakiet 28, 39,70-74 Prosimy o informację czy w cenie przeglądów należy wymienić akumulatory. Jednoznaczne wytyczne oraz wskazanie urządzeń, których ewentualna wymiana dotyczy są niezbędne do oszacowania kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów. Informacja o konieczności wymiany akumulatora powinna znaleźć się w raporcie serwisowym.

2. Pakiet 17 Zgodnie z zalecaniami określonymi przez producenta defibrylatorów Lifepak w określonych odstępach czasu powinny być wymienione: - akumulatory - bateria podtrzymująca pamięć - kabel ekg - kabel terapii Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy wyżej wymienione elementy mają zostać wymienione w cenie przeglądów i dla których defibrylatorów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany w/w elementów (akumulatory, bateria podtrzymująca pamięć, kabel ekg, kabel terapii). Informacja o ew. konieczności wymiany podzespołów powinna znaleźć się w raporcie serwisowym.

ZESTAW 3

1. Prosimy o zamieszczenie załącznika JEDZ na stronie postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załącznik nr 3 do SWZ (JEDZ) znajduje się na stronie postępowania.

2. Dotyczy zadania nr 11: Z uwagi na fakt, że nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu echokardiografów i aparatów USG firmy General Electric a w pakiecie 11 wyszczególnione są również inne aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatu USG LOGIQ 5 PRO z pozycji nr 4 w oddzielnym pakiecie co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy SWZ I punkt 2.18: Ponieważ postępowanie dotyczy wykonania pogwarancyjnych przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej, prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

4. Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, w jaki sposób Wykonawca ma realizować zapis § 10 ust. 9 umowy tak, aby Zamawiający uznał go za spełniony.

Odpowiedź: Zamawiający może wezwać wykonawcę do raportowania realizacji umowy. Zamawiający wyśle wezwanie pocztą e-mail. Wykonawca udzieli odpowiedzi na wezwanie również drogą mailową.

5. Dotyczy załącznika nr 1 formularz ofertowy, pkt. III: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ rozpatrzenie reklamacji".

Odpowiedź: Zamawiający rozumie pod pojęciem „ rozpatrzenie reklamacji" przekazanie Zamawiającemu informacji o rozpatrzeniu reklamacji, ze wskazaniem czy reklamacja została rozpatrzona pozytywnie czy negatywnie oraz ewentualnych dalszych etapach postępowania reklamacyjnego.

6. Dotyczy załącznika nr 8 umowa § 3 ust. 8: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zareaguje na zgłoszenie awarii"? Nasz serwis ma duże doświadczenie w diagnozowaniu zdalnym i wiele usterek diagnozowanych jest za pośrednictwem połączeń telefonicznych z użytkownikiem.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie pod pojęciem „zareaguje na zgłoszenie awarii" potwierdzenie np. drogą mailową, że takie zgłoszenie został przyjęte przez Wykonawcę do realizacji.

7. Dotyczy załącznika nr 8 umowa § 3 ust. 8: Prosimy o informację jak będzie rozliczana diagnostyka?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to czynność, która obejmuje oferta.

8. Dotyczy załącznika nr 8 umowa § 3 ust. 8: Czy za czas reakcji serwisu na zdiagnozowanie awarii, Zamawiający uzna rozpoczęcie diagnostyki zdalnej telefonicznie? Niektóre firmy są w stanie postawić diagnozę wielu usterek po kontakcie telefonicznym z bezpośrednim użytkownikiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

9. Dotyczy załącznika nr 1 formularz ofertowy pkt. VI.2: Prosimy o modyfikację zapisu, ponieważ w postępowaniu przedstawione są 2 typy umów i nie każde zadanie podlega umowie z załącznika nr 9.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, każdy z projektów umowy dotyczy konkretnego zakresu zadań. Składając ofertę w postępowaniu, Wykonawca akceptuje tylko projekt umowy, którego dotyczy oferta.

10. Dotyczy zadania nr 11, 25, 26: Zwracamy się z prośbą o podanie terminów najbliższych przeglądów każdego z aparatów w zadaniu 11, 25, 26 co pozwoli na odpowiednie skalkulowanie ceny.

Odpowiedź: Zamawiający w tabeli poniżej przedstawił terminy najbliższych przeglądów aparatów z zadania 11,25 i 26.

Lp	Nazwa aparatu	Producent	Typ	Numer seryjny	Data ostatniego przeglądu
1	Aparat USG	Canon	CUS-X100G XARIO 100G	AEB19Y2281	2021-01-22
2	Aparat USG	Canon	CUS-AA000/WC Aplio	WCA19Z2035	2021-01-22
3	Aparat USG	Canon	TUS-AI700/AK Aplio i700	AKD19X2185	2021-01-22
4	Aparat USG	GE	Logiq 5 pro	11852541	2021-11-12
5	Aparat USG	Philips	Epiq 5	US718C1009	2021-08-31
6	Aparat USG	Siemens	Acuson X300 PE	343707	2021-11-12
7	Echokardiograf z wyposażeniem	GE	Vivid S70 N R3	211717S70N	2021-06-08
8	Echokardiograf	Gems	Vivid 4	10844	2021-11-12

11. Dotyczy SWZ p. XVIII ppkt. 2.3, 2.4 oraz załącznika nr 1 formularz ofertowy punkty III, IV: Prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie sformułowania „ … roboczych" w odniesieniu do dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy załącznika nr 8 umowa § 3 ust. 1: Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „uprawnienia nadane przez producenta sprzętu" dotyczy posiadania imiennych certyfikatów szkoleń producenta na dany aparat lub zbliżony (np. VIVID 3 zamiast VIVID 4, VIVID S5 zamiast VIVID S70).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

13. Dotyczy załącznika nr 8 umowa § 3 ust. 5: W formularzu raportu serwisowego nie mamy rubryk rozpoczęcia i zakończenia pracy. Przegląd wyceniany jest ryczałtowo niezależnie od czasu jego trwania natomiast w przypadku napraw wpisywana jest ilość godzin, o ile nie jest to usługa zryczałtowana. Prosimy o potwierdzenie, ze tak wypisany raport serwisowy spełni wymogi zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

14. Dotyczy załącznika nr 8 umowa § 3 ust. : Nasza firma nie praktykuje wpisywania numeru inwentaryzacyjnego aparatu, numer seryjny jest wystarczający do identyfikacji aparatu. Prosimy o wykreślenie konieczności wpisywania numeru inwentaryzacyjnego z raportu serwisowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wpisywania numeru inwentaryzacyjnego.

ZESTAW 4

1. Czy zamawiający może podać kiedy ostatni raz wykonano przegląd pomp z zadania nr 72 zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymieniono akumulatory?

Zestawienie dat przeglądów:

Lp	Nazwa aparatu	Producent	Typ	Numer seryjny	Data ostatniego przeglądu
1	Pompa infuzyjna	Fresenius Kabi AG	Agilia SP MC	24247444	2021-12-13
2	Pompa infuzyjna	Fresenius Kabi AG	Agilia SP MC	24247447	2021-12-13
3	Pompa infuzyjna	Fresenius Kabi AG	Agilia SP MC	24247445	2021-12-13
4	Pompa infuzyjna	Fresenius Kabi AG	Agilia SP MC	24247450	2021-12-13
5	Pompa infuzyjna	Fresenius Kabi AG	Agilia SP MC	24247449	2021-12-13
6	Pompa infuzyjna	Fresenius Kabi AG	Agilia SP MC	24247448	2021-12-13
7	Pompa infuzyjna	Fresenius Kabi AG	Agilia SP MC	24247446	2021-12-13
8	Pompa infuzyjna	Fresenius Kabi AG	Agilia SP MC	24247451	2021-12-13
9	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995081	2022-01-31
10	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995080	2022-01-31
11	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995073	2022-01-31
12	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995036	2022-01-31
13	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995037	2022-01-31
14	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995038	2022-01-31
15	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995039	2022-01-31
16	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995040	2022-01-31
17	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995024	2022-01-31
18	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995035	2022-01-31
19	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995005	2022-01-31
20	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995044	2022-01-31
21	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995045	2022-01-31
22	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995074	2022-01-31
23	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995058	2022-01-31
24	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995077	2022-01-31
25	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995079	2022-01-31
26	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995078	2022-01-31
27	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995065	2022-01-31
28	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	21995076	2022-01-31
29	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Volumat MC	22028541	2022-01-31
30	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Volumat MC	22028542	2022-01-31
31	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Volumat MC	22028545	2022-01-31
32	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Volumat MC	22028535	2022-01-31
33	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	22507101	2022-01-31
34	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	22507102	2022-01-31
35	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	22507103	2022-01-31
36	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	22507104	2022-01-31
37	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	22507105	2022-01-31
38	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Volumat MC	22170621	2022-01-31
39	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Volumat MC	22716764	2022-01-31
40	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	22778184	2022-01-31
41	Pompa infuzyjna	Fresenius	Agilia Injectomat MC	22778185	2022-01-31
42	Stacja dokująca	Fresenius	Agilia Link 6	22290820	2022-01-31
43	Stacja dokująca	Fresenius	Agilia Link 6	22029956	2022-01-31
44	Stacja dokująca	Fresenius	Agilia Link 6	22140199	2022-01-31
45	Stacja dokująca	Fresenius	Agilia Link 6	22140198	2022-01-31
46	Stacja dokująca	Fresenius	Agilia Link 6	22140247	2022-01-31

Akumulatory nie były wymieniane w w/w urządzeniach.

ZESTAW 5

1. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie go ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem IV SWZ nie żąda od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia w ofercie certyfikatów imiennych potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie wykonywania czynności serwisowych określonych umową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. par 3 ust. 3 – Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie harmonogramu zgodnie z deklarowanym w ofercie terminem na okres jednego roku, a następnie, po upływie tego okresu, na kolejny rok trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. par 3 ust. 4 - Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym, w razie braku możliwości ustalenia harmonogramu odpowiedniego dla obu stron, Zamawiający przedstawi ustalony harmonogram z 14 dniowym wyprzedzeniem, co pozwoli Wykonawcy na dostosowanie planów do wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

4. W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie: „Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym: a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe; b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)”?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

5. Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do **najnowszych** wymagań producentów (wytwórców) i **najbardziej aktualnych** instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ustawy z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy powierzenia danych osobowych na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

ZESTAW 6

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) W wysokości 0,05 % za każdy dzień roboczy zwłoki (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 3 licząc wartość od kwoty brutto Umowy

2) W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 lub w §3 ust. 9 lub §3 ust. 14, w wysokości 0,2 % wartości brutto niewykonanej usługi za każdy dzień zwłoki licząc wartość od kwoty brutto umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi.

3) W wysokości 10% wartości brutto niewykonanej części Umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od Umowy lub ją wypowie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

4) w przypadku zatrudnienia osoby bezpośrednio uczestniczącej w realizacji zamówienia na innej podstawie niż umowa o pracę w wysokości 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych) brutto za każdy stwierdzony przypadek,

5) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 – w obu przypadkach z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

ZESTAW 7

1. Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam ważnej oferty.

Uwaga: Jako autoryzowany przedstawiciel Producenta nie możemy złożyć ważnej oferty, pomimo, że Zamawiający zwrócił uwagę na kwestie związane z wykonywaniem usługi serwisu przez podmioty nieuprawnione. Umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia wiąże się z nie wypełnieniem instrukcji jego użytkowania. Przekłada się to na brak ciągłości bezpiecznego użytkowania sprzętu i ryzyko powstania incydentów medycznych. Jednocześnie, powyższe wyłącza odpowiedzialność Producenta za Sprzęt i jego funkcjonowanie. Zamawiający słusznie zwrócił uwagę na te kwestie, jednak uniemożliwił obecnymi zapisami złożenie oferty serwisom autoryzowanym. Każdy z wymienionych producentów zapewnia autoryzowany serwis do swojego produktu. Prosimy o wydzielenie z Zadania 11 pozycji 1-3, lub prosimy o zgodę na złożenie oferty częściowej na pozycje 1,2,3w ramach Zadania 11

Zadanie nr 11 Aparaty USG

Lp	Nazwa aparatu	Producent	Typ	Numer seryjny	Wartość zamowienia netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość zamówienia brutto [zł]
1	Aparat USG	Canon	CUS-X100G XARIO 100G	AEB19Y2281			
2	Aparat USG	Canon	CUS-AA000/WC Aplio	WCA19Z2035			
3	Aparat USG	Canon	TUS-AI700/AK Aplio i700	AKD19X2185			
4	Aparat USG	GE	Logiq 5 pro	11852541			
5	Aparat USG	Philips	Epiq 5	US718C1009			
6	Aparat USG	Siemens	Acuson X300 PE	343707			
				RAZEM			

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

ZESTAW 8

1. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 92 pozycji nr 2 oraz nr 7 na poczet oddzielnego zadania? Zadanie nr 92 w swoim zakresie ma wpisanych kilku producentów, którzy jednocześnie nie są w stanie wykonać przeglądów okresowych dla wszystkich wskazanych sprzętów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

3. Dotyczy Umowy § 3 ust. 4 Prosimy o uzupełnienie zapisu, że w przypadku braku możliwości ustalenia harmonogramu dogodnego dla obu Stron, Zamawiający ma prawo sam ustalić harmonogram przeglądów i egzekwować na jego podstawie terminowości wykonywanych czynności, Zamawiający ma obowiązek poinformować o nim Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

4. § 3 ust. 4 Prosimy o doprecyzowane zakresu ekspertyzy. Definicja ekspertyzy jest zbyt ogólna.

Odpowiedź: Ekspertyza – szczegółowy opis stanu technicznego urządzenia/aparatu z uwzględnieniem ewentualnych uszkodzeń.

ZESTAW 9

Pytanie 1 do zadania 7

W przedmiotowym zadaniu Zamawiający zawarł w pozycji nr 7 tabeli, monitor gazów PM8050. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta informujemy, że analizatory gazów serii PM8050 z końcem roku 2013 osiągnęły status EoL (End of Life), oznacza to, że producent nie zapewnia wsparcia dla tych urządzeń, nie są dostępne zestawy serwisowe oraz części zamienne. Czy w związku z brakiem możliwości wykonania przeglądów zgodnych z wymogami producenta dla tego urządzenia, Zamawiający zgodzi się na usuniecie go z zadania nr 7?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

Pytanie 2 do załącznika nr 8

W paragrafie 3 ustęp 1 zamawiający wymaga aby osoby dokonujące czynności serwisowych posiadały niezbędne uprawnienia nadane przez producenta sprzętu. Czy w celu potwierdzenia posiadania wymaganych uprawnień dla urządzeń z zadania 7 oraz 83, Zamawiający będzie wymagał okazania imiennych certyfikatów wystawionych przez producenta dla wszystkich urządzeń?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał okazania certyfikatów.

Pytanie 3 do załącznika nr 8

W § 3 ust. 2 Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do świadczenia usług serwisowych zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Czy w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz stosowania najnowszych wytycznych producenta dla urządzeń z zadania 7 oraz 83, Zamawiający potwierdza, że wszyscy wykonawcy będą zobowiązani do stosowania się do najnowszych wymagań

producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi?
Odpowiedź: Wykonawca musi spełniać wymagania opisane w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
Pytanie 4 do załącznika nr 8
W § 3 ust. 3 Zamawiający zawarł zapis ,,Przeglądy okresowe sprzętu będą wykonywane w terminach zgodnie z harmonogramem sporządzonym i przekazanym Zamawiającemu w terminie ……. dni (kryterium oceny ofert) od podpisania umowy, a ich częstotliwość i zakres wynikać będą z zaleceń producenta sprzętu znajdujących się w instrukcjach używania". Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie określił terminów najbliższych przeglądów dla urządzeń z zadania 7 oraz 83, prosimy o zmianę zapisu w § 3, ust 3 na ,, Przeglądy okresowe sprzętu będą wykonywane w terminach zgodnie z harmonogramem sporządzonym i przekazanym Zamawiającemu w terminie ……. dni (kryterium oceny ofert) od przekazania informacji o terminie najbliższego przeglądu dla każdego z urządzeń, a ich częstotliwość i zakres wynikać będą z zaleceń producenta sprzętu znajdujących się w instrukcjach używania" lub podanie dat najbliższych przeglądów urządzeń z zadania 7 oraz 83.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ
Pytanie 5 do załącznika nr 8
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w § 7, ust 1, pkt 1), z 0,1% na 0,05% za każdy dzień roboczy zwłoki (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 3 licząc wartość od kwoty brutto Umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ
Pytanie 6 do załącznika nr 8
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w § 7, ust 1, pkt 2), z 0,2% na 0,1% za każdy dzień zwłoki licząc wartość od kwoty brutto umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ
Pytanie 7 do zadania nr 83
W zadaniu nr 83 znajduje się respirator Savina 300, dla którego zgodnie w wytycznymi producenta w trakcie przeglądu należy wykonać testy przy użyciu oprogramowania serwisowego Service Connect HIT Software. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców, przeprowadzenia przeglądu respiratora Savina 300, zgodnie z wytycznymi producenta?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ
Pytanie 8 do Zadania nr 7
W zadaniu nr 7 znajduje się aparat do znieczulania Atlan A350, dla którego zgodnie w wytycznymi producenta w trakcie przeglądu należy wykonać testy przy użyciu oprogramowania serwisowego Service Connect HIT Software. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców, przeprowadzenia przeglądu aparatu do znieczulania Atlan A350, zgodnie z wytycznymi producenta?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ
Pytanie 9 do Zadania nr 7
W zadaniu nr 7 Zamawiający zamieścił aparat do znieczulania Primus IE o nr ser. ASLA-0198 oraz monitor Infinity C500 o nr ser. 5612766962. Urządzenia te objęte są gwarancją do 19.04.2023 która swym zakresem obejmuje wykonanie przeglądów. W związku z powyższym pierwszy przegląd pogwarancyjny ww. urządzeń przypada 04.2024. Czy Zamawiający wymaga aby w wycenie uwzględnić ten przegląd?
Odpowiedź: Przedmiotowe postępowanie dotyczy świadczenia usług przez 24 miesiące od podpisani umowy czyli min. 2 przeglądów okresowych. Dla w/w urządzenia należy przyjąć wykonanie jednego przeglądu.
Pytanie 10 do Zadania nr 7
W zadaniu nr 7 Zamawiający zamieścił aparat do znieczulania Atlan A350 który w swoim wyposażeniu posiada urządzenie do pomiaru zwiotczenia mięśni TOFSCAN. Czy Zamawiający wymaga aby w cenie przeglądu aparatu uwzględnić przegląd aparatu TOFSCAN?
Odpowiedź: Tak

ZESTAW 10

1. Dot. zapisów SWZ rozdz. 2 pkt 2.18, umowy § 10 ust. 6, 7

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zawarty wymóg dotyczący zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw aparatury medycznej oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § Kodeksu Pracy (dalej k.p.)?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie - wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisu Umowy dotyczącego wymogu zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prowadzonego postępowania, gdyż prace te mogą także realizować osoby, które są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako zasób własny firmy.
Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: ,,Zamawiający informuje, że Wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, rozumianych jak zasób własny firmy." Uzasadniając -z aktualnego brzmienia ww. zapisów wynika, że Wykonawca przy wykonywaniu

czynności w zakresie prowadzonego postępowania musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę. W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, które mają wykonywać te usługi znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy PZP „Zamawiający określa (…) wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r." (k.p.). Oznacza to, że zamieszczenie tego wymogu jest obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter. W art. 22 § 1 k.p. określono, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika z wynagrodzeniem. Elementami decydującymi o tym, czy dane czynności można zakwalifikować jak wykonywane w ramach umowy o pracę są (występujące łącznie): osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie przełożonemu nadzorującemu wykonywane prace, wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę i w czasie wskazanym przez pracodawcę. Zatem, w przypadku ustalenia, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy (np. brak podporządkowania), nie jest możliwa jego kwalifikacja do stosunku pracy.
Wykonywanie czynności z zakresu serwisu i przeglądów technicznych aparatury medycznej nie odpowiada definicji stosunku pracy ponieważ:
- serwisantów cechuje wysoki stopień samodzielności i niezależności (brak podporządkowania - podstawowego elementu stosunku pracy);
- od osób wykonujących te usługi oczekuje się osiągnięcia określonego rezultatu, a nie wyłącznie starannego działania przy wykonywaniu powierzonych czynności;
- czas wykonywania czynności wynika z okoliczności umowy z Zamawiającym oraz dyspozycyjności serwisanta (czas nie jest określany przez wykonawcę - brak podstawowej cechy stosunku pracy).
Z powyższego wynika, że wykonanie usług określonych w prowadzonym postępowaniu, będzie zawierało elementy obce stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 k.p. Dlatego zwracamy się z prośbą o usunięcie tego wymogu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ
2. Dot. zapisów umowy § 7
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

ZESTAW 11
Dotyczy zapisów SWZ - rozdział VI, pkt. 1, ppkt. 1.4.
1. Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie odbycia szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w zadaniach nr 71, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkowaniu Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania. Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ
Dotyczy zapisów SWZ - załącznik nr 8 – par. 3
2. Prosimy o dodanie zapisu w par. 3 „Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przeglądów/napraw w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie strony pokrywa Wykonawca.". Powyższa prośba wynika z faktu, że część usług przeglądów i napraw z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy. – dla zadania 71.

Odpowiedź: Zamawiający, dopuszcza nie wymaga.

3. Prosimy o dodanie zapisu w par. 3 „W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy.” – dla zadania 71.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

ZESTAW 12

1. Dotyczy pakietu nr 41

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie orientacyjnych terminów kolejnych przeglądów technicznych (miesiąc i rok) dla urządzeń z pakietu nr 41. Pozwoli to na uwzględnienie właściwie oszacowanych kosztów dojazdu w ofercie przetargowej.

Odpowiedź: Poniżej terminy przeglądów urządzeń z pakietu nr 41:

Lp	Nazwa aparatu	Producent	Typ	Numer seryjny	Data następnego przeglądu
1	Centrala monitorująca	Philips	Centrala INTELLIVUE	5532A10495	2022-09-30
2	Kardiomonitor	Philips	MX550	DE35140718	2022-09-30
3	Kardiomonitor	Philips	MX550	DE35140717	2022-09-30
4	Kardiomonitor	Philips	MX550	DE35140719	2022-09-30
5	Kardiomonitor	Philips	MX550	DE35140715	2022-09-30
6	Kardiomonitor	Philips	MX550	DE35140716	2022-09-30
7	Kardiomonitor	Philips	MX550	DE35140720	2022-09-30
8	Kardiomonitor	Philips	MX800	DE50846722	2022-09-30
9	Kardiomonitor	Philips	MX800	DE50846704	2022-09-30
10	Kardiomonitor	Philips	MX800	DE50846708	2022-09-30
11	Kardiomonitor	Philips	MX800	DE50846681	2022-09-30
12	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MP5	DE53796919	2023-02-28
13	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MP5	DE53796976	2023-02-28
14	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MP5	DE53796920	2023-02-28
15	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MP5	DE53796925	2023-02-28
16	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MP5	DE53796929	2023-02-28
17	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MP5	DE53796930	2023-02-28
18	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MP5	DE53796967	2023-02-28
19	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MP5	DE53796971	2023-02-28
20	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MP5	DE53796968	2023-02-28
21	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MP5	DE53796922	2023-02-28
22	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX450	DE351C9152	2022-10-23
23	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX450	DE351C9174	2022-10-23
24	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX450	DE351C9151	2022-10-23
25	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX800	DE50872447	2022-10-23
26	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX800	DE50872445	2022-10-23
27	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX450	DE351C9150	2022-10-23
28	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX550	DE351C9157	2022-06-25
29	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX550	DE351C9156	2022-06-25
30	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX550	DE351C9154	2022-06-25
31	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX550	DE351C9155	2022-06-25
32	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX700	DE58562962	2022-12-31
33	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX700	DE58562960	2022-12-31
34	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX700	DE58562981	2022-12-31
35	Kardiomonitor	Philips	IntelliVue MX700	DE58562985	2022-12-31
36	Kardiomonitor	Philips	Goldway G40	CN44001363	2022-12-15

37	Kardiomonitor	Philips	Goldway G40	CN44001369	2022-12-15
38	Kardiomonitor	Philips	Goldway G40	CN44001370	2022-12-15
39	Kardiomonitor	Philips	Goldway G40	CN44001367	2022-12-15
40	Kardiomonitor	Philips	MX450+X3+CO2	DE671K4597	2021-12-02
41	Kardiomonitor	Philips	MX450+X3+CO2	DE671K4603	2021-12-02
42	Kardiomonitor	Philips	MX450+X3+CO2	DE671K4587	2021-12-02
43	Kardiomonitor	Philips	MX450+X3+CO2	DE671K4712	2021-12-02
44	Kardiomonitor	Philips	MX450+X3+CO2	DE671K4659	2021-12-02
45	Kardiomonitor jezdny	Philips	MX450+X3+CO2	DE671K4981	2021-12-02
46	Kardiomonitor jezdny	Philips	MX450+X3+CO2	DE671K4983	2021-12-02
47	Kardiomonitor jezdny	Philips	MX450+X3+CO2	DE671K4984	2021-12-02
48	Kardiomonitor jezdny	Philips	MX450+X3+CO2	DE671K4985	2021-12-02
49	Kardiomonitor jezdny	Philips	MX450+X3+CO2	DE671K4986	2021-12-02

2. Dotyczy pakietu nr 41
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przeglądy techniczne pojedynczych urządzeń odbywały się w serwisie Wykonawcy w Warszawie? Wykonawca pokryje koszty przesyłek oraz w razie potrzeby zapewni urządzenie zastępcze.
Odpowiedź: Zamawiający, dopuszcza nie wymaga.

ZESTAW 13
Pytanie nr 1 – dotyczy wzoru umowy Par 2 ust. 4, Par 3 ust. 1
Czy Zamawiający wymaga w ramach pkt 4 par 2 "do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia" imiennych, ważnych certyfikatów dla poszczególnych urządzeń, wystawionych przez producenta lub inny autoryzowany przez producenta podmiot?
Odpowiedź: Wykonawca musi spełniać wymagania opisane w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
Pytanie nr 2 – dotyczy wzoru umowy Par 7 pkt 1 i 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne były naliczane w wysokości 0,1 % za każdy dzień roboczy zwłoki (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 3 licząc wartość od kwoty brutto danego urządzenia z Umowy oraz w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 lub w §3 ust. 9 lub §3 ust. 14, w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki licząc wartość od kwoty brutto urządzenia z umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

ZESTAW 14
1.Dot. zadanie 54 Łóżka medyczne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 54 poz. nr 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, tj. asortyment produkcji Linet spol s.r.o., do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?
Dot. zadanie 55 Materace medyczne z pompą
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ
2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 55 poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tj. asortyment produkcji AirMed PLUS GmbH, do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

ZESTAW 15
Pytanie nr 1 – zadanie nr 105 – wersja oprogramowania tomografu komputerowego Toshiba
W celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty, prosimy o podanie wersji oprogramowania tomografu komputerowego Aquilion Prime TSX-303A/BK, będącego przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 105.
Odpowiedź: Wersja oprogramowania tomografu komputerowego Aquilion Prime TSX-303A/BK: Software Version: V7.0, Release SP0315E, Base Version: V11.8, Relase: SP0000

Pytanie nr 2 – zadanie nr 105 – certyfikaty producenta
W pkt. VI Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu, natomiast w §3 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 8 do SWZ), Zamawiający zapisał:
„Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. Osoby dokonujące czynności serwisowe posiadają niezbędne uprawnienia nadane przez producenta sprzętu".
Wskazujemy, że zgodnie z art. 112 ust. 1 PZP zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 pkt 1) PZP, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
W odniesieniu do powyższego wskazujemy, że wymóg, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia były przeszkolone jedynie przez producenta sprzętu z jednej strony pozostaje bez związku dla oceny zdolności do wykonania zamówienia (szkolenie wyłącznie przez producenta nie warunkuje możliwości należytego wykonania zamówienia), a z drugiej utrudniający uczciwą konkurencję w postępowaniu (w praktyce to producent będzie decydował o tym, kto będzie mógł wykonywać zamówienie, przeprowadzając wobec inżynierów, lub nie, wymagane szkolenia).
Taki tok rozumowania przedstawiła również Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie, w której rozpatrywany był analogiczny warunek udziału w postępowaniu, tj. w wyroku z 4 października 2019 roku, sygn. akt KIO 1859/19. W cytowanym orzeczeniu Izba potwierdziła, iż w sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje kilku wykonawców serwisujących z powodzeniem aparaty medyczne danego producenta (a taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do niniejszego zamówienia), to wymóg posiadania certyfikatów wystawionych przez wytwórcę aparatu może stanowić bezzasadne ograniczenie konkurencji w postepowaniu. Ponadto Izba wskazała, iż art. 90 ust 4 ustawy o wyrobach medycznych nie stanowi ograniczenia w serwisowaniu urządzeń medycznych jedynie do podmiotów autoryzowanych.
Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku, gdy Zamawiający (co zrozumiałe) chce mieć pewność, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość usług, możliwe jest dopuszczenie certyfikowania osób skierowanych do realizacji zamówienia przez podmioty niezależne od producenta, mające doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju szkoleń, z jednoczesnym określeniem zakresu wymaganego szkolenia, czasu jego trwania, programu czy wreszcie konieczności odnawiania go w trakcie realizacji umowy.
W konsekwencji, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe wykonanie zamówienia, dopuści do udziału w przetargu Wykonawców zatrudniających inżynierów serwisu, posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów komputerowych marki Toshiba, potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez firmy szkoleniowe niezależne od producenta, jednak szkolącymi od wielu lat w Europie inżynierów w zakresie obsługi aparatury medycznej, jak również posiadających doświadczenie od co najmniej 2 lat w serwisie urządzeń medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

ZESTAW 16

1. Dot. Umowa par.3 ust. 9 – zadania (1-100, 105-123)
Wnioskujemy o potwierdzenie, że oferta cenowa / kosztorys naprawy (Umowa par.3 ust.9) wystawiony na zgłoszenie przez Zamawiającego awarii sprzętu ma zawierać wszelkie koszty realizacji naprawy (w tym m.in. koszty części zamiennych, koszty robocizny, dojazdu do Zamawiającego, itp.) i nie są one ujęte w cenach o którym mowa w par.5 ust. 1 i 2 Umowy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
2. Dot. Umowa par.3 ust. 9 – zadania (1-100, 105-123)
Wnioskujemy o potwierdzenie, że naprawy wg przedstawionej oferty cenowej / kosztorysu naprawy, o których mowa w par.3 ust.9 Umowy, realizowane będą wyłącznie po akceptacji oferty / kosztorysu przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
3. Dot. Umowa par.3 ust. 9 – zadania (1-100, 105-123)
Wnioskujemy o informacje, w jaki sposób rozliczane zostaną koszty poniesione przez Wykonawcę do przygotowania oferty cenowej / kosztorysu naprawy w przypadku braku akceptacji oferty / kosztorysu przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Koszty przygotowania ew. oferty oraz inne możliwe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być wkalkulowane w ofertę składana w postępowaniu.
4. Dot. Umowa par.3 ust. 7 – zadania (1-100, 105-123)
Wnioskujemy o informacje, w jaki sposób rozliczane zostaną koszty poniesione przez Wykonawcę do przygotowania zleconych przez Zamawiającego orzeczeń technicznych lub ekspertyz o stanie technicznym sprzętu, o których mowa w par.3 ust.7 Umowy.
Odpowiedź: Koszty przygotowania orzeczeń technicznych lub ekspertyz oraz inne możliwe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być wkalkulowane w ofertę składana w postępowaniu.

5. Dot. Umowa par.3 ust.9 – zadania (1-100, 105-123)
Prosimy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu: „ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony lub postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.” Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych przedstawienie kosztorysu naprawy i ewentualna naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings