



Poznań, dnia 02.09.2022r.

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę urządzeń medycznych (ID 656593)

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści ogłoszenia, Zamawiający poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Pytanie:

dotyczy punktu 1.1 oraz udzielonych odpowiedzi z dnia 01.09.2022r. - pytanie nr 8.

zgodnie z wykazem Polskich Norm zharmonizowanych opublikowanych do 31.12.2021r. – Dyrektywa 93/42/EWG WYROBY MEDYCZNE na podstawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie określa wymogu klasy wodoszczelności.

Normy PN-EN 60601-2-19:2009 oraz PN-EN 60601-2-20:2010 wymienione w Dyrektywie 93/42/EWG o WYROBACH MEDYCZNYCH, określają wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów dla noworodków.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopuszczenie inkubatora posiadającego klasę IPX0, która również spełnia wymagania przedstawione w poz. 1.1

Odpowiedź:

Dopuszczamy inkubator o klasie odporności IPX0 spełniający wymagania przedstawione w poz. 1.1.

Zca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
mgr inż. Michał Wędźmierowski

Kierownik
Działu Aparatury Medycznej
mgr inż. Rafał Zgondek