

## ZP-19-111UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 18.10.2019r.

### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU V  
Nr sprawy: ZP-19-111UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), udzielam następujących odpowiedzi:

#### Pyt. 1 Pakiet nr 2

Connectors available



Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora?

**Odp.: BD**

#### Pyt. 2 Pakiet nr 2

Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu ze zbiornikiem wyrównawczym z tradycyjnym systemem kroplowym. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pyt. 3 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści przetwornik nowszej i bardziej niezawodnej generacji bez eliminatora zakłóceń typu R.O.S.E.?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pyt. 4 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści igły o niskim profilu, ze sztywnym przezroczystym korpusem zabezpieczonym od spodu miękką pianką dostosowującą się do kształtu podłoża?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pyt. 5 Pakiet nr 14 poz. 1

Czy zamawiający dopuści prowadnicę do intubacji j.u. w rozmiarze 4.7 mm/ 340 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pyt. 6 Pakiet nr 12 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny aparat przystosowany do ćwiczeń wdechu i wydechu bardzo łatwe w użyciu i bardzo efektywne. Redukuje ból, zwiększa przepływ powietrza przez płuca, powiększa pojemność płuc, pozwala na dokładniejszą wentylację organizmu, prowadzi do poszerzenia pęcherzyków płucnych i zwiększenia przepływu dróg oddechowych. Urządzenie dokonuje pomiaru za pomocą trzech komór, na których przedziałki ukazują trzy różne wartości - 600, 900 oraz 1200cm<sup>3</sup>. Wskazane objętości obrazują objętość wdychanego powietrza na sekundę

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pyt. 7 Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu posiadające 2 filtry hydrofobowe oraz 2 zastawki bezzwrotne, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

## **ZP-19-111UN**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

### **Pyt. 8 Pakiet nr 11 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu z drenem o długości 105cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pyt. 9 Pakiet nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści aparat do ćwiczeń wdechu i wydechu bez zaworów do ustawienia oporności, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pyt. 10 Pakiet nr 11 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zastawka antyzwrotna ma być wbudowana w łącznik drenu, co uniemożliwia cofanie się moczu do cewnika?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pyt. 11 Pakiet nr 11 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje worka/zestawu z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, tak jak obecnie stosowany przez Zamawiającego?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pyt. 12 Pakiet nr 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy intubacyjnej jednorazowej o średnicy 3,3 mm (10 CH) i długości 337mm.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pyt. 13 Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści do przetargu przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, Linia podwójna wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego;

Długość linii ciśnieniowych 120 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm), linia płuczająca z biuretą wyposażoną w szpikulec z jednym otworem, zabezpieczona filtrem; linia przepłukująca 150 cm, trwale połączona z przetwornikiem, kraniki posiadają wyczuwalny i optyczny (podwójny) identyfikator przepływów w pozycji otwarty/zamknięty. System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo. System odpowietrzania linii zabezpieczający jej kontaminacji, w zestawie po trzy koreczki na linię pomiarową w celu łatwiejszej identyfikacji i zabezpieczenia przygotowanej linii. Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji; Linie ze standardową końcówką typu Luer, bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym kotnierzem, Częstotliwość pracy własnej przetwornika powyżej 200 Hz.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pyt. 14 Pakiet nr 2 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści do przetargu linię bez zewnętrznego systemu eliminowania zakłóceń, jeśli zapewni ona taką samą jakość sygnału dzięki idealnie dobranej średnicy wszystkich elementów (linii i kraników) co gwarantuje bardzo dobre wypełnienie zestawu oraz eliminację zakłóceń rezonansowych oraz wstępnie skalibrowaną na etapie produkcji?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pyt. 15 Pakiet nr 5 poz. 5 i 6**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz.5 i 6** (Materiały do systemu Serres) wymaga, aby wkłady workowe pojemności 1 litr były w kształcie owalnym i były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi pojemności 1 litr w kształcie owalnym?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pyt. 16 dotyczy SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pyt. 17 dotyczące projektu umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 5 lit. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „...od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego...” na „od dnia uznania reklamacji przez Wykonawcę”.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pyt. 18 dotyczące projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 1 pkt 4 i § 2 pkt. 5b niniejszej

## ZP-19-111UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego **w terminie/ wadliwego** przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie/ wadliwego przedmiotu umowy**

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### Pyt. 19 dotyczące projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości netto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### Pyt. 20 dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### Pyt. 21 dotyczące projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu uzupełnienia braków jakościowych/ilościowych do 4 dni roboczych (§2 ust 5b)

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### Pyt. 22 dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację §4 ust. 1 projektu umowy na: „*W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia oraz powstania zwłoki lub nie wykonania obowiązków określonych w §3 Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką/towaru którego dotyczy naprawa – za każdy dzień zwłoki.*”

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### Pyt. 23 dotyczące projektu umowy

Prosimy Zamawiającego od naliczania kary umownej przewidzianej §4 ust. 2 od wartości umowy pozostałej do realizacji.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### Pyt. 24 dotyczące projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 5 projektu umowy na: „*W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawca może dochodzić odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.*”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### Pyt. 25 dotyczące umowy

Wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przestanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

**Odp.: Zgodnie z treścią Rozdz. XIV pkt. 6**

**Zamawiający informuje** iż, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. (wyrok z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16)

Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. to on bowiem, jako gospodarz postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć, udzielając zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017r.; sygn. akt KIO 651/17).