



ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Znak sprawy: SOZ.383.42.2021

Data: 07.09.2021

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM, oddziału chirurgii oraz izby przyjęć realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.”

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021. poz. 1129 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pakiet nr 1 - Lampa diagnostyczna (zabiegowa) bezcieniowa – 2 szt.

Pytanie 1 do punktu 8: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania natężenie światła w odległości 1m od czoła lampy o wartości 80 000 lux?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie natężenia światła w odległości 1m od czoła lampy o wartości 80 000 lux.

Pakiet nr 1 - Lampa diagnostyczna (zabiegowa) bezcieniowa – 2 szt.

Pytanie 2 do punktu 18: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do postępowania czaszę, która zapewnia stałą jakość świecenia i nie jest wyposażona w mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie czaszy, która zapewnia stałą jakość świecenia i nie jest wyposażona w mikroprocesorowy system monitorujący sprawność diod LED

Dyrektor
Irena Petryna
/podpis na oryginale/