

Konin, 29.06.2021 r.

**WSZ-EP-13/ 520/2021**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa jednorazowych rękawic medycznych (jałowych – chirurgicznych i niejałowych – diagnostycznych)”, nr sprawy WSZ-EP-13/2021**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Treść pytania nr 1:**

**Pakiet 2, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, o grubości wynoszącej na palcu  $0,08\pm 0,01$  mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 2:**

**Pakiet 3, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści rękawice, o grubości wynoszącej na palcu  $0,22\pm 0,02$  mm, długości uzależnionej od rozmiaru od 280-290 mm oraz poziomem protein max  $33\mu\text{g/g}$ ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 3:**

**Pakiet 3, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści rękawice, o grubości wynoszącej na palcu  $0,17\pm 0,02$  mm, długości uzależnionej od rozmiaru od 280-290 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 4:**

**Pakiet 3, poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe, o długości uzależnionej od rozmiaru od 280-290 mm, ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, przebadane na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.