



**POGOTOWIE RATUNKOWE  
WE WROCŁAWIU**  
ul. Ziębicka 34-38 50-507  
Wrocław



**UNIA  
EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO  
Narodowa  
Strategia  
Spójności**

<a href="mailto:sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl">sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl</a>	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
<a href="http://www.pogotowie-ratunkowe.pl">www.pogotowie-ratunkowe.pl</a>	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142 KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 08.03.2023 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/5/2023**

### **INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 3**

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

#### **„Zakup akcesoriów medycznych oraz środków ochrony osobistej dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”**

(2023/BZP 00122820/01 z dnia 2023-03-06)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 t.j.) - dalej ustawa Pzp, przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

#### **Pytanie nr 7:**

Prosimy o dopuszczenie elektrod w pozycji 1/2 bez identyfikacji kolorystycznej, lecz dokładnie zidentyfikowane na opakowaniu, z jakim aparatem są kompatybilne oraz czy jest to elektroda DZIECIĘCA czy „DLA PACJENTÓW DOROSŁYCH”.

#### **Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje przy zapisach SWZ.

#### **Pytanie nr 8:**

Dotyczy elektrod wielofunkcyjnych:

Czy Zamawiający, będzie wymagał, by zaoferowane wielofunkcyjne elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK 12 i LIFEPAK 15, które znajdują się na wyposażeniu Pogotowia, zgodnie z ich instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz posiadały informację w języku polskim nt. użytkowania. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

#### **Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający wyjaśnia, że elektrody nie muszą być oryginalne, ale muszą być kompatybilne z defibrylatorami LIFEPAK 12 i LIFEPAK 15.

Zamawiający wymaga, aby informacja nt. użytkowania była w języku polskim.

#### **Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez kodowania kolorami?

#### **Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje przy zapisach SWZ, wymaga opakowań kodowanych kolorami.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści elektrody z etykietą w języku angielskim?

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający dopuszcza elektrody z etykietą w języku angielskim, ale wymaga, aby instrukcja i informacja nt. użytkowania była w języku polskim.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią **integralną część SWZ**.

Anna Koniec  
Zastępca Dyrektora ds.  
Administracyjno - Organizacyjnych

.....  
podpis Kierownika Zamawiającego(w oryginale)