



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 408 /22

Poznań, dnia 30.06.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-49/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawa wraz z transportem, wniesieniem i instalacją skanera mikroskopowego oraz systemu do chromatografii cieczowej a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego z podziałem na 2 części.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Załącznik nr 1.2 Wzór umowy

Zapytanie 1:

§2 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy przedmiotu umowy do 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy przedmiotu umowy do 5 dni roboczych.

Zapytanie 2:

§2 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu gdzie termin będzie wynosił 5 dni roboczych liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii lub usterce.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej i określenie go na 5 dni roboczych.

Zapytanie 3:

§2 ust. 10: Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. To Wykonawca odpowiada za sprawność sprzętu w okresie gwarancji i powinien mieć zapewnioną możliwość decydowania o sposobie przywrócenia urządzenia do sprawności.

W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że jeśli będzie to stosowne z technologicznego punktu widzenia, Zamawiający nie będzie wymagał wymiany całego urządzenia, a jedynie wymianę niesprawnej części bądź modułu urządzenia według ekspertyzy Wykonawcy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację §2 ust. 10 umowy:

Jeżeli w okresie objętym gwarancją ujawnią się wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego przedmiotu umowy, jego modułu bądź części, wolnych od wad, o identycznych parametrach i właściwościach technicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść §2 ust. 10 i nadaje mu nowe brzmienie: "Jeżeli w okresie objętym gwarancją ujawnią się wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego przedmiotu umowy, jego modułu bądź części wolnego od wad, o identycznych parametrach i właściwościach technicznych."

Zapytanie 4:

§2 ust. 13: Wzmiankowany ustęp dotyczy tzw. prawa zastępczego wykonania przedmiotu umowy, na które zgodnie z Kodeksem cywilnym wyrazić musi zgodę sąd – strony nie mogą kontraktowo wyłączyć tej procedury. W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się usunąć §2 ust. 13?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie §2 ust. 13 projektu umowy. Art. 480 kodeksu cywilnego ani inne przepisy nie wyłączają możliwości umownego uregulowania tzw. "wykonania zastępczego".

Zapytanie 5:

§4 ust. 1 pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie limitu kar do 5% wartości umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu kar umownych do 5% wartości umowy.

Zapytanie 6:

§5 ust. 1: Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 1, poprzez dodanie postanowienia o następującej postaci:

Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu odpowiedni termin?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §5 ust. 1 umowy

Zapytanie 7:

§6: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się na powierzenie usług takich jak transport czy ubezpieczenie Przedmiotu Umowy dostawcom współpracującym z Wykonawcą?

Odpowiedź:

§6 umowy dotyczy cesji praw lub obowiązków przysługujących bądź nałożonych na Wykonawcę, a nie możliwości korzystania z podwykonawców czy też ubezpieczenia przedmiotu umowy. Wykonawca może ubezpieczyć przedmiot umowy, jak również korzystać z podwykonawców na zasadach określonych w postępowaniu i przepisach prawa.

Pytania do SWZ - Załącznik nr 3.2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie 8:

Dot. Pkt.: 1 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na monitorowanie absorpcji dla 1 długości fali 280nm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie pozwalające na monitorowanie absorpcji dla 1 długości fali 280nm

Zapytanie 9:

Dot. Pkt.: 4 - Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy system ma zawierać zawór kolumnowy pozwalający na podłączenie 1 kolumny?

Opracowała: Justyna Bittner-Dobak

nr telefonu: 61 854 60 17

e-mail: dzp@ump.edu.pl

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że system ma zawierać zawór kolumnowy pozwalający na podłączenie 1 kolumny

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,