



Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: *dostawa materacy przeciwodłęzynowych wózków transportowych, wanny do hydromasażu, stołu operacyjnego oraz stołu rehabilitacyjnego*

INFORMACJA NR 9

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 1 – Materace przeciwodłęzynowe – 6 szt.

W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

- Materac powietrzny przeciwodłęzynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy.
- Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.
- System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny.
- Komory rurowe proste umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie. 3 Komory w sekcji głowy na stałe napełnione powietrzem.
- Dostępne czasy regulacji cyklu pracy zmiennociśnieniowej materaca co 5, 8, 10, 15, 20 minut
- Materac zbudowany z 20 poprzecznych komór zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.
- Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i zaawansowany system rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji obustronnej. Funkcja poprawiająca właściwości przeciwwirusowe i terapeutyczne materaca oraz wspomaganie leczenia płuc. Możliwość włączenia i wyłączenia funkcji w razie potrzeby.
- Kąt przechyłu/rotacji w zakresie do 30 stopni.
- Czas przechyłu/rotacji regulowany w zakresie co 15, 30, 45, 60, 90 minut.
- Funkcja przechyłu/rotacji pracująca zarówno w trybie zmiennociśnieniowym jak i statycznym.
- Maksymalny czas przechyłu/rotacji do 90 minut
- Materac o wymiarach 196 x 84 x 20.1cm
- Materac wyposażony we wzmocnienia piankowe służące do zabezpieczenia pacjenta w czasie stosowania przechyłów bocznych i/lub rotacji.
- Komfortowe obniżenie w/w wzmocnienia bocznego z obu stron materaca ułatwiające pacjentowi ewentualne zejście lub wyjście z materaca
- Wysokość w/w wzmocnienia bocznego - 5 cm
- Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki z możliwością włączenia lub wyłączenia tej funkcji.
- Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.
- Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym cieczę. Możliwość mycia i dezynfekcji.
- Dwukierunkowy suwak do szybkiego zdejmowania pokrowca z materaca
- Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi:
 - pracę materaca
 - tryb pracy materaca

- brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją
- przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją
- Możliwość zablokowania panelu sterowania w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem
- Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka
- Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR.
- Zakres manualnej regulacji ciśnienia wewnątrz materaca od 30 do 60 mmHg
- Limit wagi pacjenta: 260kg
- Możliwość transportu pacjenta na materacu napompowanym pozbawionym zasilania
- Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach
- Zasilanie 230V 50Hz
- Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym oraz z możliwością zablokowania przed rozłączeniem
- Wyposażenie dodatkowe do zestawu materaców: 1 pompa służąca do napełniania materaca
- Waga pompy 3.9 kg
- Głośność pracy pompy – poniżej 30 dB

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 7 – Stół operacyjny dotyczy fartuch ochronny RTG dwuczęściowy - kamizelka i spódnica

Prosimy o dopuszczenie Materiał ochronny: bezołowiowy – dwuwarstwowa bezołowiowa mieszanka antymonu i bizmutu, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę przy napięciu 60-110kV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha ochronnego RTG dwuczęściowego - kamizelka i spódnica o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 1 - materace przeciwoleżynowe–6szt.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwoleżynowy zbudowany z 19 poprzecznych komór wykonanych z poliuretanu z nylonem, do 3go stopnia odleżyn?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - zadanie nr 1 - materace przeciwoleżynowe–6szt.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwoleżynowy wyprodukowany w 2020 roku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 1 - materace przeciwoleżynowe–6szt.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac z pokrowcem bez właściwości an-tybakteryjnych i antygrzybiczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska