



## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. zapytania ofertowego, na zadania pn.: „Jednorazowa dostawa odczynników i materiałów do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych na Wydziale Politechnicznym”

W związku z otrzymanymi pytaniami, w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu - Zamawiający, udziela następujących wyjaśnień:

### 1 Pytanie Wykonawcy:

Proszę o wskazanie poprawnego wypełnienia "Formularza ofertowego" w poniższym zakresie: "3. Zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do wykonania dostawy w terminie: ... marca 2020 roku." Zgodnie z projektem umowy, czas na realizację umowy to 3 tygodnie, czyli licząc od daty złożenia oferty to jest 3 kwietnia. Jednak zamawiający nie musi dokonać wyboru ofert 12 marca.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w dniu 6 marca 2020 roku na stronie postępowania został wystawiony poprawiony formularz oferty, w którym pkt 3 otrzymał brzmienie: „Zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do wykonania dostawy w terminie 3 tygodni, licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.”

W związku z powyższym termin realizacji przedmiotu zamówienia (3 tygodnie) liczony jest od daty podpisania umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

### 2 Pytanie Wykonawcy:

Poz. 69 walizka transportowa duża 594x473x270 mm - proszę o szerszy opis tej pozycji lub wskazania przykładowego asortymentu spełniającego oczekiwania Zamawiającego.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Walizka będzie służyć do transportowania istniejącego urządzenia. Urządzenie ma następujące wymiary długość 330 mm, szerokość 260 mm, głębokość 200 mm.


Przykładowa waliza:





# PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

IM. PREZYDENTA  
STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO  
W KALISZU



## Właściwości:

- wyjątkowo solidna i wytrzymała
- doskonale zabezpieczy rzeczy narażone na uszkodzenia podczas transportu
- wodoszczelna
- posiada zawór wyrównawczy ciśnienia
- dodatkowe 2 zatrzaski umieszczone na bokach
- produkt wysokiej jakości - wyprodukowana we Włoszech

## Specyfikacja:

- wymiaryzew. ( długość x szerokość x głębokość ): 594 x 473 x 270mm
- wymiarywew. ( długość x szerokość x głębokość ): 538 x 405 x 245mm
- waga: 7.30kg
- Polipropylen: 100%
- kolor czarny
- klasa szczelności - IP67

### źródło Internet

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w poprawianym Formularzu oferty została zmieniona poz. 42:

z: „Podkładka do probówki 15040”;

na : „Podkładka pod probówki plastikowe 100ml (poz. 41) do wirówki MPV-260”.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający informuje, że oferta powinna być złożona na poprawionym Formularzu oferty. Ponadto pozostałe zapisy w zapytaniu ofertowym nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr inż. Mariusz Pawłaczyk

