

COZL/DZP/MBK/3412/TP- 86/23

Lublin, dnia 20.06.2023r

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

„Dostawa testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 na potrzeby COZL.”

- I. **Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:**

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy testowe które nie umożliwiają szybkiego i bezpiecznego umieszczenia wymazówki probówki ekstrakcyjnej. Wymóg ten nie ma przełożenia na diagnostyczną wartość wyniku testu, natomiast utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 2

Czy dopuszczają Państwo czułość 97,3% i swoistość 100% wyznaczone dla 250 próbek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 3

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie na jakiej merytorycznej podstawie Zamawiający ustalił wymaganą minimalną ilość 300 próbek dla kryterium minimalnej czułości i swoistości testów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznaczenia minimum 300 próbek dla określenia czułości swoistości. Testy najbardziej wiarygodne diagnostycznie posiadają wyznaczoną czułość i swoistość na grupie kilkuset osób. Zastosowanie mniejszej liczby próbek celem oznaczenia czułości i swoistości wpłynie na niższą jakość oferowanych testów.