



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych”

Pytanie nr 1 – dotyczy § 10 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 10 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 10 ust. 1.2 wskazał: 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 2) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto, określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 1 umowy,

W ocenie Wykonawcy zaproponowany sposób naliczania kar umownych od wartości całej umowy w przypadku, gdy dostawy realizowane są częściowo jest nieprawidłowy. Istnieje bowiem możliwość, że kary umowne naliczone za nieterminową dostawę danej części mogą w konsekwencji okazać się znacznie wyższe niż wartość danego zamówienia, a tym samym nie niewspółmierne do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji zamówienia.

Kara naliczana od wartości całej umowy, stwarza dla Wykonawcy ryzyko, że w przypadku nawet niewielkiego przekroczenia terminu (np. 1 – 2 dni), nie będzie miał zysku z realizacji danej dostawy. Zatem przy pozostawieniu postanowień umowy w obecnym kształcie, każdy z wykonawców będzie musiał przewidzieć wyższe koszty na ryzyko związane z realizacją przedmiotu zamówienia, co przełoży się bezpośrednio na wyższe koszty Zamawiającego.

KIO wielokrotnie zwracało uwagę na postanowienia umów, które naruszają zasady równości stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, m.in. w wyroku z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15, gdzie stwierdziła, że „ważną sferą zastosowania zasad współzycia społecznego, jako granicy swobody umów, jest problematyka tzw. słuszności (sprawiedliwości) kontraktowej, rozumianej jako równomierny rozkład uprawnień i obowiązków w stosunku prawnym, czy też korzyści i ciężarów oraz szans i ryzyk związanych z powstaniem i realizacją tego stosunku. Tak więc o naruszeniu reguł sprawiedliwościowych można mówić wówczas, gdy dysproporcja tych wartości jest rażąca.

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ tj. zmianę § 10 ust. 1.2 Wzoru umowy poprzez naliczanie kar umownych za nieterminową dostawę od wartości danej dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 31

Czy w Pakiecie nr 31 Zamawiający dopuści sondy w pełni kompatybilne z laserem Oculight SLX

IRIDEX (pochodzące od innego producenta, nie powodujące usterek w działaniu urządzenia i nie będące powodem jego uszkodzenia), które z powodzeniem sprawdzają się w innych placówkach na terenie naszego kraju?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 10 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurkę przedłużającą o długości 2.4m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 12, 13, 15, 16

Czy Zamawiający dopuści odprowadzenia o długości 102cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 21, 23

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-35 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla dorosłych w rozmiarze 27-35cm, o szerokości 13.7cm i długości 46 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla dorosłych w rozmiarze 42-54 cm, o szerokości 21 cm i długości 74 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 25, 26

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 1m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 10 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 0,9m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 10 poz. 31-36

Czy Zamawiający dopuści adaptery o długości 2.4m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 10 poz. 40

Czy Zamawiający dopuści rury przedłużające o średnicy 4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 10 poz. 40

Czy Zamawiający dopuści rury przedłużające o średnicy 3mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14 – dotyczy terminu płatności

Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 28

W związku z zapisami umowy dotyczącymi jej zawarcia na okres 12 miesięcy z potencjalnym Wykonawcą, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o orientacyjne oszacowanie w ilu zamówieniach Zamawiający przewiduje wykorzystanie ilości asortymentu z pakietu 28. Jest to informacja niezbędna do wyliczenia rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia uwzględniających koszty dostaw częściowych.

Odpowiedź:

Zamówienia będą realizowane w ramach potrzeb Zamawiającego (awarie części zgłaszane z Oddziałów).

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 30

W związku z zapisami umowy dotyczącymi jej zawarcia na okres 12 miesięcy z potencjalnym Wykonawcą, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o orientacyjne oszacowanie w ilu zamówieniach Zamawiający przewiduje wykorzystanie ilości asortymentu z pakietu 30. Jest to informacja niezbędna do wyliczenia rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia uwzględniających koszty dostaw częściowych

Odpowiedź:

Zamówienia będą realizowane w ramach potrzeb Zamawiającego (awarie części zgłaszane z Oddziałów).

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika tlenu z zakresem wskazań i regulacji przepływu tlenu 0-15 l/min, które jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym i nieznacznie różniącym się od wymaganego, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na wodę 0,3L z poliwęglanu, z niebieskim nadrukiem
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 28

Prosimy Zamawiającego o określenie zakresu regulacji próżni w zaworze czerpalnym

Odpowiedź:

Zakres regulacji próżni w zaworze czerpalnym wynosi od -0,4 do -0,9 bar.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie reduktora tlenu z zakresem wskazań i regulacji przepływu tlenu 0-25l/min.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 30

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaszła omyłka pisarska i zamiast symbolu Z-100.2.2 P Zamawiający wpisał z-1000.2.2P?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 30 poz.2.

Przed modyfikacją:

„Reduktor z-1000.2.2P z szybkozłączem i króćcem MED.”

Po modyfikacji:

„Reduktor z-100.2.2P z szybkozłączem i króćcem MED.”

Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany pakiet nr 30

Pytanie nr 22 – dotyczy projektu Umowy § 10 ust. 1 pkt. 2

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy do wysokości 0,1 % wartości umownej brutto, określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 1 umowy.

Odpowiedź:

Odpowiedź została udzielona w pytaniu nr 1

Pytanie nr 23 – dotyczy projektu Umowy § 10 ust. 2 pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminu o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy do wysokości 0,2 % wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Dębowska

KIEROWNIK OZIAŁU
Zapewnienia i Zamówień Publicznych
Ramona Komora

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Benda

Załącznik nr 1.30
do oferty na dostawę akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP- 289/2022

.....
Nazwa (Firma) Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 30 - reduktory butłowe

Opis przedmiotu zamówienia

I.p.	nazwa produktu	oznaczenie producenta	j.m	Ilość	cena jedn.netto	wartość netto	% VAT	cena jedn.brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Reduktor Z.100.2.1.PN z szybkozłączem AGA	210-000-008	szt.	5							
2	Reduktor z-100.2.2P z szybkozłączem i króćcem MED	210-000-020	szt.	12							

.....
(Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)