



Olsztyn, dn. 28 marca 2023 r.

Nr sprawy 12/2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pakiet 1

łóżko medyczne intensywne nadzoru z systemem ważenia

1. Dot. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające deklarację zgodności wymaganą przez tzw. rozporządzenie MDR 2017/745 oraz poprzednią dyrektywę 93/42/EWG, które są zharmonizowane z normą EN ISO 10993, która stawia wymagania dla wyrobów medycznych związanych z oceną biozgodności? Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymagana norma EN ISO 10993-5:2009 jest rozszerzeniem normy podstawowej i doprecyzowaniem dla badań cytostatyczności in vitro, zatem nie ma zastosowania w łóżkach szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. Powołując się na wspomnianą normę Zamawiający odnosi się do właściwości zastosowanego lakieru i jego toksyczności, a nie badań cytostatycznych in vitro.

2. Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści układ elektryczny spełniający wymagania IPX4?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

3. Dot. pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1000mm?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie łóżka o szerokości 1000mm.

4. Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją elektrycznego przedłużenia leża o 22 cmrealizowaną za pomocą panelu centralnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektryczne przedłużenia leża z zachowaniem warunku spełnienia jego zakresu min. 25cm.

5. Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 stożkowymi jednoosiowymi (także w części wezglowia) krążkami w narożnikach leża chroniącymi łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

6. Dot. pkt 10 Czy Zamawiający dopuści łóżko z szynami bocznymi metalowymi lakierowanymi proszkowo mocowanymi tylko po bokach łóżka z obydwóch stron o długości ok 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

7. Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wyjmowane z ramy leża z możliwością blokady na czas transportu za pomocą jednego przycisku

zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu (zarówno od strony głowy jak i stóp) wykonane z tworzywowego odlewu o grubości. min. 20 mm, z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka, z akcentem kolorystycznym tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

8. Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 435-815 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści regulacje elektryczne : segmentu oparcia pleców 0-65°, segmentu uda 0-30°, poz. Trendelenburga/AntyTrendelenburga +14°/-14°, regulacja przechyłów bocznych w zakresie 0-15° w obu kierunkach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

10. Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści autoregresję segmentu oparcia pleców 7,4cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

11. Dot. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autokontur sterowaną za pomocą panelu wbudowanego w barierki boczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

12. Dot. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wyprofilowanym w sposób ograniczający przesuwanie się materaca (podniesione brzegi) bez dodatkowych uchwytów stabilizujących materac?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

13. Dot. pkt. 22/ 23/32 Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym z uwagi na ryzyko uszkodzenia, rozerwania przewodu itp. nie zastosowano pilota przewodowego(zatem brak jest tworzywowego uchwytu) podtrzymującego pilot , a wszystkie funkcje realizowane są z panelu centralnego oraz sterowników wbudowanych w barierki boczne z wyświetlaczem LCD, możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (180 sekund) w panelu centralnym oraz sterownikach wbudowanych w barierki boczne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

14. Dot. pkt. 24 i 31 Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie posiada wysuwanej półki na pościel, z panelem sterującym dla personelu medycznego mającym możliwość instalacji na szczycie łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

15. Dot. pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści panel z możliwością blokady poszczególnych funkcji w sterownikach wbudowanych w barierki boczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

16. Dot. pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji egzaminacyjnej za pomocą 1 specjalnie oznaczonego przycisku na sterowniku nożnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

17. Dot. pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji wzdłużnych sterowaną na panelu sterowania wbudowanym w barierkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sterowanie z barierek, wymaga jednak także sterowania tą funkcją z panelu centralnego.

18. Dot. pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze 250 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

19. Dot. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji : regulacja wezglowia, pozycja fotelowa, regulacja segmentu uda, bez możliwości regulacji wysokości leża ze względów bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

20. Dot. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierki bez przycisku funkcji serwisowych , panel bez możliwości wyświetlania uruchomionej funkcji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

21. Dot. pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją automatycznego zatrzymania segmentu oparcia pleców pod kątem 30° i 45°, bez osobnych przycisków dla każdego z kątów i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

22. Dot. pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści barierki boczne wypełnione wkładką kolorystyczna tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

23. Dot. pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi tworzywowymi, dzielonymi, zabezpieczającymi pacjenta na 3/4 długości leża (zgodnie ze standardem OIOM), każda barierka umożliwiająca podparcie podczas wstawania, nie poszerzająca łóżka w pozycji opuszczonej i podniesionej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

24. Dot. pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści łóżko z szynami bocznymi metalowymi lakierowanymi proszkowo mocowanymi po bokach łóżka z obydwóch stron z tworzywowymi przesuwanymi haczykami z możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych i tym samym przyzna maksymalną ilość punktów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

25. Dot. pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści pojedyncze koła?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

26. Dot. pkt. 35 W związku z niejasnym zapisem zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z zapisu dot. możliwości ustawienia cykli i jednocześnie zwracamy się o dopuszczenie łóżka w którym pomiar pacjenta realizowany jest w czasie rzeczywistym , na bieżąco bez konieczności ustawienia cykli

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

27. z możliwością zapisu 9 odczytów wagi w pamięci?

Odpowiedź:

Treść pytania niejasna, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

28. Dot. pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem LCD z kolorowym wyświetlaczem obsługującym funkcje wagi wbudowanym w barierki boczne i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Szafka przyłóżkowa do łóżka medycznego intensywnego nadzoru -4szt.

1. Dot. pkt. 44 Dot. Czy Zamawiający dopuści podstawę szafki (umiejscowiona na mobilnej podstawie z możliwością indywidualnej blokady) oraz boki korpusu wykonane ze stali lakierowanej proszkowo odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

2. Dot. pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w dwie szuflady wysuwane obustronnie co umożliwi postawienie szafki z prawej lub lewej strony z wolną przestrzenią na dodatkowe rzeczy pacjenta między szufladami oraz z półką na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

3. Dot. pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z płyty HPL odpornej na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

4. Dot. pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w reling ze stali nierdzewnej na ręcznik pacjenta umieszczony na bocznej ścianie, dwa relingi ze stali nierdzewnej przy blacie głównym ułatwiające transport szafki oraz tworzywowe listwy na krawędziach blatu głównego, pełniące funkcję zabezpieczenia przed zsunięciem się przedmiotów np. szklanki, tym samym szafka nie musi posiadać i nie jest wyposażona w haczyk na ręcznik oraz uchwyt na szklankę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

5. Dot. pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści blat boczny o wymiarze 60x35,1cm?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie blatu bocznego o wymiarze 60x35,1cm.

6. Dot. pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści regulacje wysokości blatu bocznego w zakresie 77,5-105,6cm (mierzone od górnej części szafki do podłogi) dokonywaną za pomocą sprężyny gazowej osłoniętej w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczonym w ergonomicznej, metalowej manetce?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie takiej funkcjonalności.

7. Dot. pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści wymiary blatu szafki -część stała o wymiarze 506x450 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

8. Dot. pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści szafkę bez możliwości łączenia w system wózkowy z innymi szafkami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

9. Dot. pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści szafkę bez możliwości zawieszania na szczycie łóżka ze względów bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

10. Dot. pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści 4 pojedyncze koła o średnicy 75mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ww. funkcjonalności.

11. Dot. pkt. 52 Czy Zamawiający dopuści szafki posiadające deklarację zgodności wymaganą przez tzw. rozporządzenie MDR 2017/745 oraz poprzednią dyrektywę

93/42/EWG, które są zharmonizowane z normą EN ISO 10993, która stawia wymagania dla wyrobów medycznych związanych z oceną biogodności? Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymagana norma EN ISO 10993-5:2009 jest rozszerzeniem normy podstawowej i doprecyzowaniem dla badań cytostatyczności in vitro, zatem nie ma zastosowania w szafkach przyłóżkowych

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. Powołując się na wspomnianą normę Zamawiający odnosi się do właściwości zastosowanego lakieru i jego toksyczności, a nie badań cytostatycznych in vitro.

Materac zmiennociśnieniowy do łóżka medycznego intensywnego nadzoru 4szt.

1. Dot. pkt. 58 Czy Zamawiający dopuści system pracy zmiennociśnieniowy co trzecia komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

2. Dot. pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji programowania przechyłów bocznych w czasie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

3. Dot. pkt. 60 /61/62/64 Czy Zamawiający dopuści i tym samym zrezygnuje z zapisu w pt. 61/62/64 materac bez funkcji przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, funkcja przechyłów bocznych realizowana jest przez łóżko, a nie przez materac?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

4. Dot.pkt.63 Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany w górnej warstwie z 20 komór poprzecznych, w dolnej warstwie 9 komór poprzecznych i 5 wzdłużnych ułożonych warstwami jedna na drugiej, bez komór powodujących rotacje?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

5. Dot. pkt. 65 Czy Zamawiający dopuści poprzeczne komory zmiennociśnieniowe materaca umieszczone w rzędach(w dwóch warstwach dolna i górna oddzielona od siebie) , napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu 7,5 minuty, komory w sekcji głowy z indywidualną możliwością ustawienia trybu dla każdej komory, w tym tryb statyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

6. Dot. pkt. 66 Czy Zamawiający dopuści materac w którym dolna i górna warstwa nie są zgrzane ze sobą na stałe, są nałożone na siebie, dolna warstwa w sekcji tułowia pracuje w trybie zmiennociśnieniowym oraz stanowi podkład pneumatyczny zabezpieczając pacjenta przed kontaktem z łóżkiem, komory w sekcji głowy z indywidualną możliwością ustawienia trybu dla każdej komory, w tym tryb statyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

7. Dot. pkt. 67 Czy Zamawiający dopuści pompę materaca o wymiarach 36,3x13,2x29cm , wadze 4,9kg, klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP3X?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

8. Dot. pkt. 68 Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 204x90x23cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. pkt. 69 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt 69 i dopuści materac z budowa i rozmieszczeniem komór gwarantującymi cyrkulację powietrza pod ciałem pacjenta co jest tożsame z systemem owiewu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

10. Dot. pkt. 70 Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji rozpoznającej obciążenie wywierane na materac przez pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

11. Dot. pkt. 71 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec zapinany za pomocą 1 suwaka, odpinany 360° w celu łatwego zakładania i zdejmowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

12. Dot. pkt. 72 Czy Zamawiający dopuści pompę z gniazdem czterosekcyjnym (cztery wloty powietrza)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

13. Dot. pkt. 73 i 81 Czy Zamawiający dopuści pompę bez wyświetlacza, informacja o ustawionym czasie cyklu pracy , przyczynie alarmu za pomocą diod led?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

14. Dot. pkt. 76 Czy Zamawiający dopuści limit wagi pacjenta 254 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

15. Dot. pkt. 77 Czy Zamawiający dopuści możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 12 godzin-tryb transportowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

16. Dot. pkt. 80 Czy Zamawiający dopuści automatyczny powrót do poprzednich ustawień po 30 minutach ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2

Łóżko medyczne intensywnego nadzoru-9szt.

1. Dot. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające deklarację zgodności wymaganą przez tzw. rozporządzenie MDR 2017/745 oraz poprzednią dyrektywę 93/42/EWG, które są zharmonizowane z normą EN ISO 10993, która stawia wymagania dla wyrobów medycznych związanych z oceną biologiczności?

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymagana norma EN ISO 10993-5:2009 jest rozszerzeniem normy podstawowej i doprecyzowaniem dla badań cytostatyczności in vitro, zatem nie ma zastosowania w łóżkach szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. Powołując się na wspomnianą normę Zamawiający odnosi się do właściwości zastosowanego lakieru i jego toksyczności, a nie badań cytostatycznych in vitro.

2. Dot. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi, lakierowanymi proszkowo szynami bocznymi mocowanymi po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą podpierającą leże w postaci dwóch kolumn o przekroju cylindrycznym, które stanowią 4 pkt podparcia leża, są systemem nowocześniejszym oraz łatwym do dezynfekcji dzięki eliminacji miejsc trudnodostępnych i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

4. Dot. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2233 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 standardowe umieszczone w narożnikach leża, okrągłe krążki odbojowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

6. Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem wezgłowia wypełnionym panelami z tworzywa PoliPropylen, z możliwością wsunięcia kasety RTG pod materac lub pod pacjenta, zatem łóżko nie posiada tunelu na kasetę, gdyż jest to rozwiązanie zbędne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

7. Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści łóżko z półką na pościel, w której można schować panel centralny, zatem łóżko nie posiada tworzywowej kieszeni zabezpieczającej pilot?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

8. Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne nieposiadających wyświetlacza LCD od wewnątrz i zewnątrz umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj.: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, oraz panelu centralnego z przyciskami blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej, bez pilota przewodowego? W łóżkach z centralnym panelem sterowania oraz panelami wbudowanymi w barierki boczne nie ma potrzeby stosowania dodatkowego pilota, który powieli funkcje dostępne w barierkach/panelu centralnym. Dodatkowo zwracamy uwagę, że pilot przewodowy często ulega uszkodzeniu podczas opuszczania/podnoszenia barierki bocznych lub regulacji segmentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

9. Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców z funkcją automatycznego zatrzymania regulacji gdy segment pleców osiągnie kąt 30 stopni i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

10. Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanymi w barierki boczne wizualnymi wskaźnikami kąta przechyłów wzdłużnych i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

11. Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym, który posiada przyciski z zaprogramowanymi pozycjami najczęściej stosowanymi, zatem nie ma potrzeby wyposażenia panelu w przycisk do zaprogramowania dowolnej pozycji i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

12. Dot. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego? W łóżkach z centralnym panelem sterowania oraz panelami wbudowanymi w barierki boczne nie ma potrzeby stosowania dodatkowego pilota, który powieli funkcje dostępne w barierkach/panelu centralnym. Dodatkowo zwracamy uwagę, że pilot przewodowy często ulega uszkodzeniu podczas opuszczania/podnoszenia barierki bocznych lub regulacji segmentów.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza brak pilota, jednocześnie zachowując punktację pilota z wyświetlaczem LCD.

13. Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-64°, uda w zakresie 0 – 32°, elektryczną regulacją wysokości w zakresie 395-775mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

14. Dot. pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją diodową, optyczną informującą o najniższej pozycji leża i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza sygnalizację diodową, nie przyznając za nią dodatkowych punktów.

15. Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlew, o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, szczyty o grubości min 20mm, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, wyposażone w dwa wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące około 70% długości szczytu, szczyty odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

16. Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści szczyty z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu z kolorystyczną wkładką w kolorze niebieskim lub beżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

17. Dot. pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez uchwytu pilota na barierkach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

18. Dot. pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści łóżko z półką na pościel wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

19. Dot. pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przedłużenia leża realizowaną za pomocą mechanizmów samoblokujących, umieszczonych pod leżem, w miejscu montażu wysuwanej konstrukcji podpierającej szczyt nóg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

20. Dot. pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma uchwytami stabilizującymi materac na leżu oraz dodatkowo z leżem wyprofilowanym w sposób ograniczający przesuwanie się materaca (podniesione brzegi)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

21. Dot. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojedynczymi kołami o średnicy 150mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

22. Dot. pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści układ elektryczny spełniający wymagania IPX4?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Szafka przyłóżkowa do łóżka medycznego intensywnego nadzoru -9szt.

1. Dot. pkt. 36 Dot. Czy Zamawiający dopuści podstawę szafki (umiejscowiona na mobilnej podstawie z możliwością indywidualnej blokady) oraz boki korpusu wykonane ze stali lakierowanej proszkowo odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV?

Odpowiedź:

[Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.](#)

2. Dot. pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w dwie szuflady wysuwane obustronnie co umożliwi postawienie szafki z prawej lub lewej strony z wolną przestrzenią na dodatkowe rzeczy pacjenta między szufladami oraz z półką na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki?

Odpowiedź:

[Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.](#)

3. Dot. pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z płyty HPL odpornej na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

[Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.](#)

4. Dot. pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w reling ze stali nierdzewnej na rącznik pacjenta umieszczony na bocznej ścianie, dwa relingi ze stali nierdzewnej przy blacie głównym ułatwiające transport szafki oraz tworzywowe listwy na krawędziach blatu głównego, pełniące funkcję zabezpieczenia przed zsunieniem się przedmiotów np. szklanki, tym samym szafka nie musi posiadać i nie jest wyposażona w haczyk na rącznik oraz uchwyt na szklankę?

Odpowiedź:

[Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.](#)

5. Dot. pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści blat boczny o wymiarze 60x35,1cm?

Odpowiedź:

[Zamawiający dopuszcza.](#)

6. Dot. pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 77,5-105,6cm (mierzone od górnej części szafki do podłogi) dokonywaną za pomocą sprężyny gazowej osłoniętej w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczonym w ergonomicznej, metalowej manetce?

Odpowiedź:

[Zamawiający dopuszcza.](#)

7. Dot. pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści wymiary blatu szafki -część stała o wymiarze 506x450 mm ?

Odpowiedź:

[Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.](#)

8. Dot. pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści szafkę bez możliwości łączenia w system wózkowy z innymi szafkami ?

Odpowiedź:

[Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.](#)

9. Dot. pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści szafkę bez możliwości zawieszania na szczycie łóżka ze względów bezpieczeństwa?

Odpowiedź:

[Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.](#)

10. Dot. pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści 4 pojedyncze koła o średnicy 75mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem?

Odpowiedź:

[Zamawiający dopuszcza.](#)

11. Dot. pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści szafki posiadające deklarację zgodności wymaganą przez tzw. rozporządzenie MDR 2017/745 oraz poprzednią dyrektywę

93/42/EWG, które są zharmonizowane z normą EN ISO 10993, która stawia wymagania dla wyrobów medycznych związanych z oceną biogodności? Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymagana norma EN ISO 10993-5:2009 jest rozszerzeniem normy podstawowej i doprecyzowaniem dla badań cytostatyczności in vitro, zatem nie ma zastosowania w szafkach przyłóżkowych

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. Powołując się na wspomnianą normę Zamawiający odnosi się do właściwości zastosowanego lakieru i jego toksyczność, a nie badań cytostatycznych in vitro.

Materac zmiennociśnieniowy do łóżka medycznego intensywnego nadzoru 9szt.

1. Dot. pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści system pracy zmiennociśnieniowy co trzecia komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

2. Dot. pkt. 52 Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji programowania przechyłów bocznych w czasie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

3. Dot. pkt. 52 /53/54/56 Czy Zamawiający dopuści i tym samym zrezygnuje z zapisu w pt. 53/54/56 materac bez funkcji przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, funkcja przechyłów bocznych realizowana jest przez łóżko, a nie przez materac?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

4. Dot.pkt.55 Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany w górnej warstwie z 20 komór poprzecznych, w dolnej warstwie 9 komór poprzecznych i 5 wzdłużnych ułożonych warstwami jedna na drugiej, bez komór powodujących rotacje?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

5. Dot. pkt. 57 Czy Zamawiający dopuści poprzeczne komory zmiennociśnieniowe materaca umieszczone w rzędach(w dwóch warstwach dolna i górna oddzielona od siebie) , napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu 7,5 minuty, komory w sekcji głowy z indywidualną możliwością ustawienia trybu dla każdej komory, w tym tryb statyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

6. Dot. pkt. 58 Czy Zamawiający dopuści materac w którym dolna i górna warstwa nie są zgrzane ze sobą na stałe, są nałożone na siebie, dolna warstwa w sekcji tułowia pracuje w trybie zmiennociśnieniowym oraz stanowi podkład pneumatyczny zabezpieczając pacjenta przed kontaktem z łóżkiem, komory w sekcji głowy z indywidualną możliwością ustawienia trybu dla każdej komory, w tym tryb statyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

7. Dot. pkt. 59 Czy Zamawiający dopuści pompę materaca o wymiarach 36,3x13,2x29cm , wadze 4,9kg, klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP3X?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

8. Dot. pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 204x90x23cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. pkt. 61 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt 61 i dopuści materac z budowa i rozmieszczeniem komór gwarantującymi cyrkulację powietrza pod ciałem pacjenta co jest tożsame z systemem owiewu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

10. Dot. pkt. 62 Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji rozpoznającej obciążenie wywierane na materac przez pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

11. Dot. pkt. 63 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec zapinany za pomocą 1 suwaka, odpinany 360° w celu łatwego zakładania i zdejmowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

12. Dot. pkt. 64 Czy Zamawiający dopuści pompę z gniazdem czterosekcyjnym (cztery wloty powietrza)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

13. Dot. pkt. 65 i 73 Czy Zamawiający dopuści pompę bez wyświetlacza, informacja o ustawionym czasie cyklu pracy, przyczynie alarmu za pomocą diod led?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

14. Dot. pkt. 68 Czy Zamawiający dopuści limit wagi pacjenta 254 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

15. Dot. pkt. 69 Czy Zamawiający dopuści możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 12 godzin-tryb transportowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

16. Dot. pkt. 72 Czy Zamawiający dopuści automatyczny powrót do poprzednich ustawień po 30 minutach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3

Łóżko medyczne wielofunkcyjne-39szt.

1. Dot. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające deklarację zgodności wymaganą przez tzw. rozporządzenie MDR 2017/745 oraz poprzednią dyrektywę 93/42/EWG, które są zharmonizowane z normą EN ISO 10993, która stawia wymagania dla wyrobów medycznych związanych z oceną biozgodności? Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymagana norma EN ISO 10993-5:2009 jest rozszerzeniem normy podstawowej i doprecyzowaniem dla badań cytostatyczności in vitro, zatem nie ma zastosowania w łóżkach szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. Powołując się na wspomnianą normę Zamawiający odnosi się do właściwości zastosowanego lakieru i jego toksyczności, a nie badań cytostatycznych in vitro.

2. Dot. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi, lakierowanymi proszkowo szynami bocznymi mocowanymi po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. pkt. 2i 3 Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą podpierającą leże w postaci dwóch kolumn o przekroju cylindrycznym, które stanowią 4 pkt podparcia leża, są systemem nowocześniejszym oraz łatwym do dezynfekcji dzięki eliminacji miejsc trudnodostępnych i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

4. Dot. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2233 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w każdym narożniku leża w 4 standardowe, okrągłe krążki odbojowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

6. Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem wezgłowia wypełnionym panelami z tworzywa PoliPropylen, z możliwością wsunięcia kasety RTG pod materac lub pod pacjenta, zatem łóżko nie posiada tunelu na kasetę, gdyż jest to rozwiązanie zbędne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

7. Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści łóżko z półką na pościel, w której można schować panel centralny, zatem łóżko nie posiada tworzywowej kieszeni zabezpieczającej pilot?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

8. Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne nieposiadających wyświetlacza LCD od wewnątrz i zewnątrz umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj.: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, oraz panelu centralnego z przyciskami blokowania/zwalniania funkcji oraz świadomego aktywowania funkcji CPR oraz pozycji przeciwwstrząsowej, bez pilota przewodowego? W łóżkach z centralnym panelem sterowania oraz panelami wbudowanymi w barierki boczne nie ma potrzeby stosowania dodatkowego pilota, który powieli funkcje dostępne w barierkach/panelu centralnym. Dodatkowo zwracamy uwagę, że pilot przewodowy często ulega uszkodzeniu podczas opuszczania/podnoszenia barierki bocznych lub regulacji segmentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

9. Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców z funkcją automatycznego zatrzymania regulacji gdy segment pleców osiągnie kat 30 stopni i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

10. Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanymi w barierki boczne wizualnymi wskaźnikami kąta przechyłów wzdłużnych i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

11. Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym, który posiada przyciski z zaprogramowanymi pozycjami najczęściej stosowanymi, zatem nie ma potrzeby wyposażenia panelu w przycisk do zaprogramowania dowolnej pozycji i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

12. Dot. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego? W łóżkach z centralnym panelem sterowania oraz panelami wbudowanymi w barierki boczne nie ma potrzeby stosowania dodatkowego pilota, który powieli funkcje dostępne w barierkach/panelu centralnym. Dodatkowo zwracamy uwagę, że pilot przewodowy często ulega uszkodzeniu podczas opuszczania/podnoszenia barierki bocznych lub regulacji segmentów.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza brak pilota, jednocześnie zachowując punktację pilota z wyświetlaczem LCD.

13. Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-64°, uda w zakresie 0 – 32°, elektryczną regulacją wysokości w zakresie 395-775mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

15. Dot. pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją diodową, optyczną informującą o najniższej pozycji leża i tym samym przyzna punkty za proponowane rozwiązanie?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza sygnalizację diodową, nie przyznając za nią dodatkowych punktów.

16. Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlewu, o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, szczyty o grubości min 20mm, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, wyposażone w dwa wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące około 70% długości szczytu, szczyty odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

17. Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści szczyty z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu z kolorystyczną wklejką w kolorze niebieskim lub beżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

18. Dot. pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez uchwyty pilota na barierkach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

19. Dot. pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści łóżko z półką na pościel wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

20. Dot. pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przedłużenia leża realizowaną za pomocą mechanizmów samoblokujących, umieszczonych pod leżem, w miejscu montażu wysuwanej konstrukcji podpierającej szczyt nóg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

21. Dot. pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma uchwytami stabilizującymi materac na leżu oraz dodatkowo z leżem wyprofilowanym w sposób ograniczający przesuwanie się materaca (podniesione brzegi)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

24. Dot. pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści układ elektryczny spełniający wymagania IPX4?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Materac zmiennociśnieniowy do łóżka medycznego wielofunkcyjnego 15szt.

1. Dot. pkt. 57 Czy Zamawiający dopuści system pracy zmiennociśnieniowy co trzecia komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

2. Dot. pkt. 59 Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji programowania przechyłów bocznych w czasie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

3. Dot. pkt. 59 /60/61/63 Czy Zamawiający dopuści i tym samym zrezygnuje z zapisu w pt. 60/61/63 materac bez funkcji przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, funkcja przechyłów bocznych realizowana jest przez łóżko, a nie przez materac?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

4. Dot.pkt.62 Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany w górnej warstwie z 20 komór poprzecznych, w dolnej warstwie 9 komór poprzecznych i 5 wzdłużnych ułożonych warstwami jedna na drugiej, bez komór powodujących rotacje?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

5. Dot. pkt. 64 Czy Zamawiający dopuści poprzeczne komory zmiennociśnieniowe materaca umieszczone w rzędach(w dwóch warstwach dolna i górna oddzielona od siebie) , napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu 7,5 minuty, komory w sekcji głowy z indywidualną możliwością ustawienia trybu dla każdej komory, w tym tryb statyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

6. Dot. pkt. 65 Czy Zamawiający dopuści materac w którym dolna i górna warstwa nie są zgrzane ze sobą na stałe, są nałożone na siebie, dolna warstwa w sekcji tułowia pracuje w trybie zmiennociśnieniowym oraz stanowi podkład pneumatyczny zabezpieczając pacjenta przed kontaktem z łóżkiem, komory w sekcji głowy z indywidualną możliwością ustawienia trybu dla każdej komory, w tym tryb statyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

7. Dot. pkt. 66 Czy Zamawiający dopuści pompę materaca o wymiarach 36,3x13,2x29cm , wadze 4,9kg, klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP3X?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

8. Dot. pkt. 67 Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 23cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

9. Dot. pkt. 69 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt 61 i dopuści materac z budowa i rozmieszczeniem komór gwarantującymi cyrkulację powietrza pod ciałem pacjenta co jest tożsamy z systemem owiewu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

10. Dot. pkt. 70 Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji rozpoznającej obciążenie wywierane na materac przez pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

11. Dot. pkt. 71 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec zapinany za pomocą 1 suwaka, odpinany 360° w celu łatwego zakładania i zdejmowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

12. Dot. pkt. 72 Czy Zamawiający dopuści pompę z gniazdem czterosekcyjnym (cztery wloty powietrza)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

13. Dot. pkt. 73 i 81 Czy Zamawiający dopuści pompę bez wyświetlacza, informacja o ustawionym czasie cyklu pracy , przyczynie alarmu za pomocą diod led?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

14. Dot. pkt. 76 Czy Zamawiający dopuści limit wagi pacjenta 254 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

15. Dot. pkt. 77 Czy Zamawiający dopuści możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 12 godzin-tryb transportowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

16. Dot. pkt. 80 Czy Zamawiający dopuści automatyczny powrót do poprzednich ustawień po 30 minutach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Szafka przyłóżkowa do wielofunkcyjnego łóżka medycznego-40 szt.

1. Dot. pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści korpus szafki, ramki szuflad oraz boki korpusu ze stali lakierowanej proszkowo odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

1. Dot. pkt. 38 Czy zamawiający dopuści czoła szuflad wykonane z formowanego materiału ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

2. Dot. pkt. 39 / 40/41 Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w metalowy, lakierowany reling na ręcznik pacjenta umieszczony na bocznej ścianie, dwa metalowe relingi przy blacie głównym oraz tworzywowe listwy na krawędziach blatu głównego, pełniące funkcję zabezpieczenia przed zsunięciem się przedmiotów np. szklanki, tym samym szafka nie musi posiadać i nie jest wyposażona w haczyk na ręcznik oraz uchwyt na szklankę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści szufladę dolną z odejmowanym tworzywowym wkładem z ABS bez podziału na części, o wysokości 349 mm, wysuwana na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 964 mm, szerokości szafki 566mm, szerokości przy rozłożonym blacie 1261 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

3. Dot. pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w ergonomicznej, metalowej manetce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści blat boczny z tworzywowymi listwami na krawędziach, wyposażony w wspornik blatu metalowy, lakierowany proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści górna krawędź wyposażoną w metalowy uchwyt wystający poza obrys blatu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

6. Dot. pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat zamontowany na stałe, jednakże z możliwością ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka dwustronna)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

7. Dot. pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 4 koła pojedyncze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

8. Dot. pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści szafkę, która dzięki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego 5ego koła pod blatem bocznym? 5te koło pod blatem bocznym stosowane jest tylko przy szafkach o niestabilnej konstrukcji, jako podparcie dla blatu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

9. Dot. pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z możliwością wyboru kolorystyki tylko blatu głównego i bocznego spośród 2 dostępnych kolorów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings