



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 12.11.2024
EZ/350/99/2024/...*800*.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 99/2024 **Zakup i dostawa urządzeń medycznych 2 pakiety**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), udziela odpowiedzi na pytania:

PYTANIE

Niniejszym prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuści w ww. postępowaniu wstrzykiwacz z możliwością zapisania w pamięci 40 protokołów, spełniający pozostałe parametry/wymagania?

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ i nie dopuszcza systemu z wymienioną możliwością zapisu 40 protokołów w pamięci aparatu. Dla Zamawiającego jest to ważny parametr wpływający na komfort i jakość pracy oraz eliminujący możliwość powstania błędu.

Jednocześnie Zamawiający koryguje w zakresie pakietu nr 2 zapis pkt 20 w tabeli parametrów wymaganych. Winien on brzmieć:

20. Szafka wewnętrzna z alarmem.
Prawidłowa treść tabeli w załączniku.

Z poważaniem,

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Marcin Schneider

KIEROWNIK ZAKŁADU RADIOLOGII
dr n. med. Ewa Wierchostawska
Specjalista Radiolog