



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Zielona Góra 22.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zg. z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są **Zakup, dostawa, rozmieszczenie i montaż pierwszego wyposażenia w ramach prowadzonej inwestycji, pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o. o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna ” Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0002/20-00 - nr sprawy: TA.262.3.2023.**

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ ORAZ O ZMIANIE TREŚCI SWZ

I. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dot. lodówek: Ze względu na bardzo ograniczoną różnorodność lodówek podblatowych dostępnych obecnie na rynku, proszę o dopuszczenie lodówki o poj. Chłodziarki 101 l i i poj. Zamrażalnika 13 l, wymiarach wys. 84 x szer. 54 x gł. 59 cm, poziom hałasu max 36 dB, pozostałe parametry zgodne z formularzem asortymentowo – cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 2


Dot. telefonów. Opisane w formularzu asortymentowo – cenowym aparaty telefoniczne marki Panasonic KX TG 2511 nie są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami marki Gigaset. Czy wobec powyższego Zamawiający może podać dokładny model posiadanych aparatów, tak aby wykonawcy mogli dobrać odpowiednie telefony lub zmienić opis przedmiotu zamówienia na aparaty, które będą spełniały oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż model posiadanego aparatu to GIGASET A690. Zamawiający dokonuje również zmian w załączniku nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 3

Pozycja 2 chłodziarka podblatowa Proszę o informację czy chłodziarka ma być wolnostojąca czy do zabudowy ?

Odpowiedź: Chłodziarka ma być podblatowa, bez konieczności zabudowy.



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Pytanie nr 4

Pozycja 1 Czy pistolet ma posiadać w zestawie 8 wymiennych końcówek?

Odpowiedź: Tak, pistolet ma posiadać w zestawie 8 wymiennych końcówek. Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ.

I. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) w miejsce dotychczasowych załączników:

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny

wprowadza się:

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny po zmianach

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

**Prezes Zarządu
dr Marek Działoszyński
*podpis na oryginalnie***

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings
a/a TA.262.3.2023