



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 18.05.2022 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania
Znak sprawy – PN-25/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2022/S 081-217405 z dnia 26.04.2022 r. Znak sprawy – PN-25/2022 – Dostawa implantów do osteosyntezy.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji? Pakiet nr 1 składałby się z pozycji Nr. 2-6. Pozostałe pozycje do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 6 poz. nr 2

Czy Zamawiający usunie z pakietu nr 6 pozycję nr 2 – „Piny poliwęglowe do chrząstki stawowej”; złożenie oferty na ten wyrób nie będzie możliwe ze względu na całkowite zakończenie produkcji tego wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SWZ (modyfikacja dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 3

Pakiet nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie do osobnego pakietu: pozycji nr 16:

Płytki kątowe typ H i C dla dzieci

90° rozwarcie – 3 otwory ramię

45 mm ostre - 50 mm

95° rozwarcie 3 otwory ramię

45 mm ostre - 50 mm

85° - 3 otwory ostre 45mm szerokie ramię

Płytki kształtowe „T” ramię krótsze i dłuższe po 4 otwory

Długość 56 mm

pozycji nr 23:

Zacisk do drutu Kirschnera

Ø 3 x 13mm

pozycji nr 26:

Zacisk do Epiblock

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 do SWZ (modyfikacja dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie dotyczącej czasu trwania umowy z 24 miesięcy na 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Pakiet 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwoździe Endera fi 4,5 o długościach L=340mm – L=480mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuszcza podkładki dla wkrętów o średnicy 4,5mm o poniższych rozmiarach:



Grubość Thickness [mm]	D [mm]	d [mm]	Ø wkręta screw	Nr katalogowy Catalogue No	
				SS	T
1	7	2,8	2,0; 2,7	292004	292004T
1,5	7	4,2	3,5; 4,0	292005	292005T
	11			292007	292007T
	11	5	4,5	292010	292010T
	13			292015	292015T
	16			292016	292016T
	16	6,7	6,5	292018	292018T
	19	5	4,5	292020	292020T
	11	6,7	6,5	292210	292210T
	13			292215	292215T
	13	7,2	7,0 kaniulowane cannulated	292113	292113T
	16			292115	292115T
	19			292120	292120T

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Pakiet 1 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki o wymiarach: szerokość 10mm / wysokość płyty 3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Pakiet 1 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę długości płytek?

Płytki kształtowe Y

5 otworów L=112 mm na L=110mm?

Płytki kształtowe T

Z długości 84 mm na długość 85mm?

Z długości 100 mm na długość 101mm?


Z długości 116 mm –na długość 117mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Pakiet 1 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki drobne o wymiarach poniżej:



Płytką drobną 8,0 x 2,0mm samodociskowa pod wkręty $\varnothing 2,7$ mm
Small plate 8,0 x 2,0mm self-compressing for screws $\varnothing 2,7$ mm


Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
2	20	122702
3	28	122703
4	36	122704
5	44	122705
6	52	122706

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Pakiet 1 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji 19 na płytki drobne szerokość 1 mm na długości poniżej:



Płytką drobną 5,0 x 1,0mm pod wkręty $\varnothing 1,5$ mm
Small plate 5,0 x 1,0mm for screws $\varnothing 1,5$ mm

Otworki / Holes	L [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
2	9	111102
3	13	111103
4	17	111104
5	21	111105
6	25	111106
7	29	111107
8	33	111108
9	37	111109
10	41	111110

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Pakiet 1 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji 21 na poniższe długości wiertel:

Fi 1 L=90 mm

Fi 1,5 L=100 mm

Fi 5,0 L=250 mm

Fi 3,7 L=250 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Pakiet 1 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji 22 na wiertła o długości :

Fi 3,2 L= 200 mm

Fi 47 L= 230 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Drutów Kirschnera o fi 2,5 mm zamiast 2,6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Drutów Kirschnera o fi 3,0 mm zamiast 2,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Pakiet 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkrętów drobnych Ø 2,0x0,75mm zamiast 2,0x0,6mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Pakiet 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładek o średnicach odpowiednio: 4,5x10 mm; 5,0x19 mm 5,0x15 mm zamiast opisanych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Pakiet 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Płytki kątowe typ H i C dla dzieci - 90° rozwarcie – 2 otwory ramie 48 mm, ostrze 20 mm; 90° rozwarcie – 2 otwory ramie 48 mm, ostrze 25 mm; 90° rozwarcie – 2 otwory ramie 48 mm, ostrze 30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Pakiecie 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Płytki kształtowej „T” ramię krótsze 3 otowry i dłuższe 4 otwory, długość 57 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Pakiecie 1 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytek drobnych o dł. od 32 do 48mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Pakiet 1 poz. 19

Czy Zamawiający w dopuści możliwość zaoferowania płytek drobnych dla wkrętów fi 2,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21

Pakiet 1 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wiertel L=300mm Ø 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 3,7?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

Pakiet 1 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wiertel kaniulowanych \varnothing 3,2 mm długość 200 mm oraz \varnothing 4,7 mm długość 220 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23

Pakiet 1 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych \varnothing 7x2,75 mm L=40-125mm b 16 oraz \varnothing 4,5x1,75 mm L=25-80mm b 12-32?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wersji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8 i 9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. Materiał tytan.*

Gwóźdź – szt.1

Śruba blokująca tytanowa – szt. 4

Zaślepka tytanowa – szt. 1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, (\varnothing 10-12mm, dl. 150-300mm) Zaślepka o długości 0, 5, 10, 15 mm. Śruba kompresyjna. Śruba do blokowania o grubości 4,5 mm, L=26-100 mm, zmiana co 2 mm. Materiał tytan.*

Gwóźdź – szt. 1

Zaślepka – szt. 1

Śruba kompresyjna – szt. 1

Śruba blokująca – szt. 4

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26

Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy \varnothing 6,5mm (dl.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy \varnothing 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy \varnothing 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy \varnothing 6,5mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy \varnothing 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. Materiał tytan.*

Gwóźdź – szt. 1

Śruba pelen gwint – szt. 2

Śruba trzonowa – szt. 2

Zaślepka – szt. 1

Śruba kompresyjna – szt. 1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27

Pakiet 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoźdźcia zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoźdźcia 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdźcia w zakresie 0 30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. Materiał tytan.*

Gwóźdź – szt. 1

Śruba pelen gwint – szt. 3

Zaślepka – szt. 1

Śruba kompresyjna – szt. 1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 28

Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany w rozmiarze 180 oraz od 280 do 460mm o kątach 125, 130, 135 stopni. Gwóźdź o grubości 16mm Gwóźdź blokowany śrubą 11 mm do szyjki o dług. Od 70 do 120 z przeskokiem co 5mm. Jedna śruba blokującą do części dystalnej o dług. 26 50 mm z przeskokiem co 2 mm.*

Gwóźdź – szt. 1

Śruba główna – szt. 1

Śruba dystalna – szt. 1

Zaślepka – szt. 1

Śruba kompensacyjna – szt. 1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 29

Pakiet 5 poz. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Pręt węglowy 4 mm dł. od 60-200 mm?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30

Pakiet 5 poz. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Klamra pręt/pręt 4/4 mm, dla 4 mm pręta?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

Pakiet 5 poz. 1 pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Klamra pręt/grot 4/3,4 dla 3, 4 mm grotów pod pręt 4 mm?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 32

Pakiet 5 poz. 1 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Grotowkręty typu Schanza o śr. 3, 4 mm i dł. 60-175 mm?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 33

Pakiet 5 poz. 1 pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Łącznik odgięty 30° 4 mm?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 34

Pakiet 5 poz. 2 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Pręt węglowy 4 mm dł. od 60-200 mm?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 35

Pakiet 5 poz. 2 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: *Klamra pręt/pręt 4/4 mm, dla 4 mm pręta?*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36

Pakiet 5 poz. 2 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Klamra pręt/grot 4/2,5; 3; 4 mm dla grotów pod pręt 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 37

Pakiet 5 poz. 2 pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Grotowkręty typu Schanza o śr. 2,5; 3; 4 mm i dł. 60-175 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38

Pakiet 5 poz. 2 pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Łącznik prosty 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 39

Pakiet 5 poz. 3 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Pręt węglowy 8 mm dł. od 120-400 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 40

Pakiet 5 poz. 3 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Klamra multifunkcyjna – 4 grotów – dla 3, 4, 5 mm grotów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 41

Pakiet 5 poz. 3 pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Klamra pręt/grot 8/3, 4, 5 mm – dla 3, 4, 5 grotów pod pręt 8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 42

Pakiet 5 poz. 3 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Grotowkręty typu Schanza o śr. 3; 4; 5 mm i dł. 60-250 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 43

Pakiet 5 poz. 3 pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: Łącznik odgięty 90° 8 mm, zamiast łącznik pół koła 8 mm, 134-214 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 44

Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, w pozycji 3 opisanej jako:(Łącznik pół koła 8mm, 134-214 mm), łącznika pół koła 8 mm, w jednym rozmiarze: 174 mm, mieszczącego się w wymaganym zakresie 134-214 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.