

**Zestaw opatrunkowy do cewnika Tenckhoffa (1230108029) w składzie:**

- 5 szt. Kompres gazowy 5 x 5 cm, 17n, 8w, min. 23g/m<sup>2</sup>, TEX 15
- 1 szt. Opatrunek z elastycznej folii poliuretanowej, klej hypoalergiczny, paroprzepuszczalność  $\geq 600\text{g}\cdot\text{m}^{-2}\cdot 24\text{h}^{-1}$ , rozmiar 10 x 12 cm
- 1 szt. Włókninowy przylepiec opatrunkowy, pokryty akrylowym klejem hypoalergicznym, rozmiar 1,25 x 15,5 cm
- 5 szt. Chusteczka do dezynfekcji nasączona wodnym roztworem powidono-jodyny 60 x 60 mm, 70% wiskoza, 30% poliester, 50 $\pm$ 5 g/m<sup>2</sup>

Pozostałe wymagania	
Opakowanie jednostkowe	Opakowanie jednostkowe – miękki blister – etykieta z opisem zawartości zestawu, nr REF, LOT, data ważności.
Opakowanie pośrednie ( dyspenser )	Biały karton pośredni typu dyspenser z perforacją na boku mniejszym kartonu, pozwalającą na wyjęcie pojedynczego, sterylnego opakowania jednostkowego bez konieczności otwarcia całego kartonu. Dyspenser zawierający 20 sterylnych opakowań jednostkowych. Dyspenser wyposażony w etykietę zgodną z aktualnymi wersjami wymagań norm, umieszczony na boku mniejszym dyspensera nad perforacją.
Opakowanie transportowe	Brązowy karton transportowy z etykietą zgodną z aktualnymi wersjami wymagań norm.
Sterylizacja	Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu, w pełni zwalidowanym procesie sterylizacji zgodnie z aktualną wersją standardu EN ISO 11135