

Wrocław, dnia 25.08.2023r.

**Zamawiający:**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: „Dostawa materiałów laboratoryjnych i wyrobów do diagnostyki, jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych oraz odzieży ochronnej jednorazowej, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych oraz wyrobów do zabiegów z zakresu neurochirurgii”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z dnia 25.08.2023**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga elektrody bipolarnej do stymulacji lub rejestracji, z wymiennymi korkami filcowymi o średnicy 7 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, z odłączanym uchwytem, z kablem ekranowanym o długości 2 m?

**Odpowiedź:**

TAK - Zamawiający wymaga elektrody bipolarnej do stymulacji lub rejestracji, z wymiennymi korkami filcowymi o średnicy 7 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, z odłączanym uchwytem, z kablem ekranowanym o długości 2 m.