

Wrocław, dn. 10.04.2020 r.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

/strona www./

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym**

pt.:

**ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW
nr sprawy WNP/228/PN/2020**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) do Zamawiającego, w terminie określonym w SIWZ, zostały skierowane zapytania (*zachowano oryginalną treść pytań*) o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez Wykonawcę autoryzowanego serwisu Producenta? Czy wyrazi zgodę na wskazanie serwisu. **CZEŚĆ 5 Dotyczy punkt 12. System oczyszczania wody: „Czy zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 440 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów”**

Odp. Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta. Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 440 mm. przy zachowaniu pozostałych parametrów.

2. Pytania do części 5. Poz.1 Vortex. Czy zamawiający dopuści wortex o prędkości od 0 do 2500 rpm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów? Poz. 7 Łażnia wodna z wytrząsaniem. Czy zamawiający dopuści łaźnię o zakresie pracy od 5 stopni C powyżej temperatury pokojowej do 100 stopni C, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odp. Prędkość minimalna może wynosić 0 rpm lecz wymagana prędkość max to 3000 rpm. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza łaźni o parametrach wskazanych w pytaniu.

II. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

/.../

.....

p. Barbara MĘKARSKA

Wyk. w 1 egz.

Wyk. Barbara MĘKARSKA tel. 261 658 062

Wrocław 10.04.2020 r.

T 263