

## WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na dostawę

### Dostawa szafek i stolików przyłóżkowych (ID 701405)

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

Pytania do pakietu 2

#### Pytanie 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę wysokiej jakości stolików przyłóżkowych typu "przyjaciel" z blatem górnym w dwóch różnych odcieniach niebieskiego po 10 sztuk z każdego koloru? Prosimy o dopuszczenie w związku z wydłużonym okresem oczekiwania na nowe wyroby.

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 2

Dot. Pkt. 4. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę wysokiej jakości stolików przyłóżkowych typu "przyjaciel" z górnym blatem w odcieniu niebieskim dla 10 sztuk oraz jasno niebieskim dla pozostałych 10 sztuk?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 3

Dot. Pkt. 8. Czy Zamawiający mając na uwadze wysoką jakość oferowanego sprzętu będzie wymagał aby udźwig górnego blatu wynosił min. 25 kg?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

#### Pytanie 4

Dot. Umowy. Czy Zamawiający w par. 4 ust 3 pkt 2 i par 6 ust 1 pkt 1 - 4 wyrazi zgodę na zmianę terminu "opóźnienie" na "zwłoka" ?

**Odpowiedź : Zapisy umowy bez zmian**

#### Pytanie 5

Dot. Umowy Par. 6. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu określającego łączną maksymalną wysokość kar umownych naliczonych w ramach umowy na 25% lub maksymalnie 30% wartości umowy?

**Odpowiedź : Zapisy umowy bez zmian**

#### Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zmianę treści zapytania ofertowego, poprzez usunięcie z załączników wymaganych do przesłania razem z ofertą, zaakceptowanego i wypełnionego wzoru umowy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), a w zamian za to wyrazi zgodę na przesłanie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o akceptacji wzoru umowy? Wykonawca załącza treść propozycji oświadczenia.

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza złożenia podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o akceptacji załączonego do postępowania wzoru umowy.**

#### Pytanie 7

**Dotyczy treści Warunków Zamówienia:**

Czy z uwagi na rozpoczynający się okres świąteczny i wydłużony czas produkcji poszczególnych wyrobów, Zamawiający wyrazi zgodę na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy?

**Odpowiedź : Nie, Zapisy bez zmian**

### Pytanie 8

Dotyczy Załącznik nr 3 Wzór Umowy § 4 Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy ust. 7  
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu ustanowionego w § 4 ust. 7, gdyż szafka przyłóżkowe są prostym wyrobem, nie wymagającym dokonywania przez użytkownika procedur kalibracyjnych, testowych i pomiarowych oraz nie posiadają one kodów dostępu.

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie 9

**Dot. pakiet I -szafka przyłóżkowa z blatem bocznym 30 szt.**

1. Dot. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści szkielet szafki, ramki szuflad oraz boki korpusu ze stali lakierowanej proszkowo odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

2. Dot. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści szafki posiadające deklarację zgodności wymaganą przez tzw. rozporządzenie MDR 2017/745 oraz poprzednią dyrektywę 93/42/EWG, które są zharmonizowane z normą EN ISO 10993, która stawia wymagania dla wyrobów medycznych związanych z oceną biogodności? Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wymagana norma EN ISO 10993-5:2009 jest rozszerzeniem normy podstawowej i doprecyzowaniem dla badań cytostatyczności in vitro, zatem nie ma zastosowania w szafkach przyłóżkowych.

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

3. Dot. pkt. 1 Czy zamawiający dopuści czoła szuflad wykonane z formowanego materiału ABS?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

4. Dot. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w metalowy, lakierowany reling na rącznik pacjenta umieszczony na bocznej ścianie, dwa metalowe relingi przy blacie głównym oraz tworzywowe listwy na krawędziach blatu głównego, pełniące funkcję zabezpieczenia przed zsunięciem się przedmiotów np. szklanki, tym samym szafka nie musi posiadać i nie jest wyposażona w haczyk na rącznik oraz uchwyt na szklankę?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

5. Dot. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści szufladę górną z odejmowanym tworzywowym wkładem z ABS bez podziału na części, o wysokości 91 mm, wysuwana na prowadnicach ślizgowych?

**Odpowiedź : Zapisy bez zmian**

6. Dot. pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści szufladę dolną o wysokości 349 mm wysuwana na prowadnicach ślizgowych?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

7. Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 964 mm, szerokości szafki 566mm, szerokości przy rozłożonym blacie 1261 mm ?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

8. Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

9. Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści możliwość pochyleń kata blatu z blokadą w pozycji 20 i 40 stopni?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

10. Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w ergonomicznej, metalowej manetce?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

11. Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 780-1056mm?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

12. Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści blat boczny z tworzywowymi listwami na krawędziach, wyposażony w wspornik blatu metalowym, lakierowanym proszkowo?

**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

13. Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat zamontowany na stałe, jednakże z możliwością ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka dwustronna) ?  
**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**
14. Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 4 koła pojedyncze?  
**Odpowiedź : Zapisy bez zmian**
15. Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści szafkę, która dzięki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego 5ego koła pod blatem bocznym? 5te koło pod blatem bocznym stosowane jest tylko przy szafkach o niestabilnej konstrukcji, jako podparcie dla blatu.  
**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**
16. Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z możliwością wyboru kolorystyki tylko blatu głównego i bocznego spośród 2 dostępnych kolorów?  
**Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza**

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)