

Toruń, dnia 26-09-2023 r.

W.Sz.Z: TZ-280-99/23

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną” nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.”

W związku z otrzymanymi zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zgodnie z art.135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023r. poz. 1605), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1 dot. Załącznika Nr 2/1a, poz. 18

Zwracam się, z prośbą o wykreślenie tego parametru lub dopuszczenie głośności max.45 dB. Czołowi producenci sprzętu komputerowego wykonują badania akustyczne dla sprzętu komputerowego w pełnym obciążeniu, czyli przy zainstalowanej wydajnej karcie graficznej, dodatkowym chłodzeniu. Dlatego też poziom hałasu jest znacznie wyższy niż wymagany w SWZ. Co nie oznacza, że w wymaganej konfiguracji stacja opisowa nie będzie spełniała określonej wartości dB. Niemniej jednak nie zostanie to potwierdzone odpowiednim badaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza głośność max.45 dB.

Pytanie Nr 2, dot. Załącznika Nr 2/1a, poz. 21

Zwracamy się, z prośbą o dopuszczenie rozstawu pikseli 0,2745. W przypadku wymaganego w pkt. 20. panelu IPS Full HD (1920x1080), matowy, 16:9, rozstaw pikseli wynosi 0,2745 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem

W trybie art 52 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołonego w Toruniu


Szefowa Wydziału Zamówień Publicznych
i Zakupów
Anna Wutrych-Krajewska