



Znak: AE/ZP-27-98/20

Tarnów, 2021-01-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy zamawiający potwierdza, że wymaga surowicy antyglobulinowej poliwalentnej płynnej o barwie zielonej (green) zgodnie ze standardami która ułatwia odczyt i eliminowanie błędów?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga odczynnika antyglobulinowego, monowalentnego anti-IgG o barwie zielonej?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Czy Zamawiający wymaga odczynnika standard anty-D zachowującego swoją czułość i specyficzność nawet po otwarciu buteleczki do daty podanej na etykiecie z terminem ważności min. 14 miesięcy?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 2 Załącznika Nr 5 do SIWZ.** Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie: *Odczynniki oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - Dz.U. z 2013 r. poz. 1127)* dotyczy tylko odczynników dla których jest to wymagane tj. zakwalifikowanych do wykazu A i B.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał gotowych do użycia w metodzie próbkowej w zestawach o pojemności 3x5 ml?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** surowicy antyglobulinowej poliwalentnej płynnej spełniającej wymagania SIWZ.

Ad 2 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** surowicy antyglobulinowej monowalentnej płynnej spełniającej wymagania SIWZ.

Ad 3 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 13** odczynnika standard anty D spełniającego wymagania SIWZ.

Ad 4 Zamawiający potwierdza, że w **Pakiecie Nr 2** zapis w **pkt 2 Załącznika Nr 5 do SIWZ** „Odczynniki oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - Dz.U. z 2013 r. poz. 1127)” dotyczy tylko odczynników dla których jest to wymagane tj. zakwalifikowanych do wykazu A i B

Ad 5 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał spełniających wymagania SIWZ

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 18.01.2021r. godz. 10:00**

- **otwarcie ofert w dniu 18.01.2021r. godz. 11:30**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie X.1, XI.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

