



Znak: AE/ZP-27-28/21

Tarnów, 2021-08-23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych – po 61 szt. dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 - Kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące z osprzętem.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera defibrylatora z funkcją resynchronizującą CRTD ze złączem DF1/IS4, który nie jest dedykowany do MRI całego ciała. Pozostałe parametry bez zmian?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 pkt 6 Załącznika Nr 4.3 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu)?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2 pkt 5 Załącznika Nr 4.4 do SWZ** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kardiowertera-defibrylatora dwujamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu)?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3 pkt 3 Załącznika Nr 4.8 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszulki do pęczka Hisa o stałej krzywiznie (trzy różne krzywizny, trzy długości: dziewięć koszulek do wyboru) zamiast koszulki o regulowanej krzywiznie końcówki?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2.**

**Ad 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** kardiowertera-defibrylatora jednojamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** kardiowertera-defibrylatora dwujamowego z impulsem dwufazowym, który regulowany jest czasem trwania (impulsu), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** koszulki do pęczka Hisa o stałej krzywiznie (trzy różne krzywizny, trzy długości: dziewięć koszulek do wyboru) zamiast koszulki o regulowanej krzywiznie końcówki, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR  
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnowie

