



Włocławek, dnia 10.04.2020r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA NARZĘDZI OPERACYJNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW Z ZAKRESU CHIRURGII NACZYNIOWEJ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”.

Znak postępowania: DZP/13/2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytanie nr 1

dot. Części nr 1 poz. 21 – Zestaw do ramienia

dot. Części nr 3 poz. 16 – Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

dot. Części nr 4 poz. 16 - Profundoplastyka

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby wyspecyfikowane w Części 1, w Pozycji 21, w Części 3, w Pozycji 16, , w Części 4, w Pozycji 16, nożyczki ze szlifem falistym, zakrzywione o .dł. 175 mm, były nożyczkami preparacyjnymi typu Toenis-Adson, o ostrzach ze szlifem falistym, zakrzywionymi, o dł. 175 mm, z uchami złożonymi w celu kodyfikacji rodzaju ostrzy?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania.

Pytanie nr 2

dot. Części 1 poz. 31 - Zestaw do ramienia

dot. Części 3 poz. 22- Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

dot. Części 4 poz. 46 - Profundoplastyka

dot. Części 5 poz. 37 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby wyspecyfikowana w Części 1, w Pozycji 31, w Części 3, w Pozycji 22, Części 4, w Pozycji 46, w Części 5, w Pozycji 37, pinceta anatomiczna, delikatna, o dł. 200 mm , podobnie jak w części używanych przez Zamawiającego zestawów do chirurgii naczyniowej, miała szerokość pyszczka 1,5 mm?

Odpowiedź: TAK, zamawiający oczekuje takiego rozwiązania.

Pytanie nr 3

dot. Części nr 3 poz. 33 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

dot. Części nr 4 poz. 34 - Profundoplastyka



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



dot. Części nr 5 poz. 32 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby wyspecyfikowane w Części 3, w Pozycji 33, w Części 4, w Pozycji 34, w Części 5, w Pozycji 32, narzędzie do plastycznych wypełnień Exaxial, podobnie jak w części używanych przez Zamawiającego zestawów do chirurgii naczyniowej, było dwustronnym narzędziem do plastycznych wypełnień typu Exiaxial, o dł. całkowitej 170 mm, z sześciokątną rękojeścią, zakończonym z jednej strony oliwką o śr. 1,6 mm, z drugiej strony z zakończeniem płaskim o szer. 2,5 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania.

Pytanie nr 4

dot. Części nr 3 poz. nr 47 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

dot. Części nr 4 poz. nr 54 - Profundoplastyka

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby wyspecyfikowana w Części 3, w Pozycji 47, w Części 4, w Pozycji 54, ssawka 10/205 mm, podobnie jak w części używanych przez Zamawiającego zestawów do chirurgii naczyniowej, była kaniulą ssącą o śr. 10 mm, dł. 205 mm lekko zagiętą, z perforacją czołową na całości światła otworu oraz perforacją boczną o śr. 2 mm w końcowej części kaniuli na długości 20 mm oraz uniwersalnym stopniowanym przyłączem do drenów o śr. 7-11mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania.

Pytanie nr 5

dot. Części nr 4 poz. 17 – Profundoplastyka

dot. Części nr 5 poz. 12 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby wyspecyfikowane w Części 4, w Pozycji 17, Części 5, w Pozycji 12, nożyczki ze szlifem falistym, zakrzywione o dł. 165 mm, były nożyczkami preparacyjnymi typu Mayo-Lexer, o ostrzach ze szlifem falistym, zakrzywionymi, o dł. 165 mm, z uchami złożonymi w celu kodyfikacji rodzaju ostrzy?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania.

Pytanie nr 6

dot. Części nr 4 poz. 43 – Profundoplastyka

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby wyspecyfikowana w Części 4, w Pozycji 43, kaniula ssąca kształt-S, z przyłączem do rur, była kaniulą ssącą uniwersalną podwójnie zakrzywioną w kształcie litery S o śr. 9 mm, z przyłączem do drenów o śr. 9 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania.

Pytanie nr 7



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



dot. Części nr 5 poz. 10 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby wyspecyfikowane w Części 5, w Pozycji 10, nożyczki ze szlifem falistym, zakrzywione o dł. 145 mm, były nożyczkami preparacyjnymi typu Baby-Metzenbaum, o ostrzach ze szlifem falistym, zakrzywionymi, o dł. 145 mm, z uchami złożonymi w celu kodyfikacji rodzaju ostrzy?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania.

Pytanie nr 8

dot. Części nr 1 – 6 oraz 8

Prosimy o doprecyzowanie, czy dla umożliwienia odparowania nagromadzonego w procesie mycia w wannie kontenera nadmiaru wody, Zamawiający oczekuje, aby pokrywy kontenerów opisanych w Częściach 1-6 oraz 8, zaopatrzone były w filtry mikroporowe z PTFE wielokrotnego użytku z walidacją na minimum 3000 cykli sterylizacyjnych, nie wymagające ich każdorazowego demontażu dla umycia pokrywy i filtra, dzięki czemu system będzie w swojej istocie kontenerem bezobsługowym?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania.

Pytanie nr 9

dot. Części nr 1 poz. nr 2 Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wanne wym. 587 x 279 x 131 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 10

dot. Części nr 1 poz. nr 5 Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki GROSS MAIER dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 11

dot. Części nr 1 poz. nr 6, 7 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki MICRO MOSQUITO, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 12

dot. Części nr 1 poz. nr 10 - Zestaw do ramienia





Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 13

dot. Części nr 1 poz. nr 12 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki MIXTER, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 14

dot. Części nr 1 poz. nr 14 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 15

dot. Części nr 1 poz. nr 15 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 16

dot. Części nr 1 poz. nr 18 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 130 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 17

dot. Części nr 1 poz. nr 19 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki FINO METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 18

dot. Części nr 1 poz. nr 22 - Zestaw do ramienia



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Czy Zamawiający wyraża zgodę na spinak 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 19

dot. Części nr 1 poz. nr 23 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na spinak 115 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 20

dot. Części nr 1 poz. nr 36 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak 40 x 18 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 21

dot. Części nr 1 poz. nr 39 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwieracz 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 22

dot. Części nr 1 poz. nr 40 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwieracz ADSON 135 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 23

dot. Części nr 1 poz. nr 43 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk 50 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 24

dot. Części nr 1 poz. nr 44 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk 48 mm, pozostałe parametry bez zmian.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 25

dot. Części nr 1 poz. nr 45 - Zestaw do ramienia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zacisk 48 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 26

dot. Części nr 2 poz. nr 2 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wannę wym. 587 x 279 x 131 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 27

dot. Części nr 2 poz. nr 6 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki GROSS MAIER dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 28

dot. Części nr 2 poz. nr 10 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 29

dot. Części nr 2 poz. nr 11- Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 30

dot. Części nr 2 poz. nr 13 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 31

dot. Części nr 2 poz. nr 15 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki GROSS MAIER dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 32

dot. Części nr 2 poz. nr 16 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 33

dot. Części nr 2 poz. nr 17 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 34

dot. Części nr 2 poz. nr 18 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 35

dot. Części nr 2 poz. nr 19 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 36

dot. Części nr 2 poz. nr 20 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 37

dot. Części nr 2 poz. nr 21 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 38

dot. Części nr 2 poz. nr 22 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na spinak 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 39

dot. Części nr 2 poz. nr 26 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak 155 x 50 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 40

dot. Części nr 2 poz. nr 27 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak 45 x 75 mm dł. 255 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie nr 41

dot. Części nr 1 - 8

Czy Zamawiający wymaga, żeby zaoferowane narzędzia posiadały znakowanie laserowe w postaci kodu DATA MATRIX zgodnie z europejskimi normami ISO

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wymaga .

Pytanie nr 42

dot. Części nr 1 poz. nr 1, 2 - Zestaw do ramienia

Jako jedna pozycja tworząca kompletny kontener bezobsługowy, pokrywą z barierowym filtrem labiryntowym, wym. kontenera 590x290x130 mm lub 590x290x150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko zmianę wymiarów.

Pytanie nr 43



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



dot. Części nr 1 poz. nr 3 - Zestaw do ramienia

Kosz druciany siatkowy z uchwytami i nóżkami ze stali nierdzewnej o wym. 510x255x70 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 44

dot. Części nr 1 poz. nr 5 - Zestaw do ramienia

Kleszczyki o dł. 260 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 45

dot. Części nr 1 poz. nr 8 - Zestaw do ramienia

Kleszczyki o dł. 90 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 46

dot. Części nr 1 poz. nr 10 - Zestaw do ramienia

Kleszczyki o dł. 200 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 47

dot. Części nr 1 poz. nr 12 - Zestaw do ramienia

Kleszczyki o dł. 190 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 48

dot. Części nr 1 poz. nr 14 - Zestaw do ramienia

Igłotrzymacz o dł. 150 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 49

dot. Części nr 1 poz. nr 20 - Zestaw do ramienia



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Nożyczki z uszami w kolorze czarnym, całe nożyczki pokryte specjalną utwardzaną powłoką w kolorze czarnym, dł. bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 50

dot. Części nr 1 poz. nr 21 - Zestaw do ramienia

Nożyczki o dł. 180 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 51

dot. Części nr 1 poz. nr 22 - Zestaw do ramienia

Spinak o dł. 110 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 52

dot. Części nr 1 poz. nr 23 - Zestaw do ramienia

Kleszczyki o dł. części roboczej 35 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 53

dot. Części nr 1 poz. nr 24 - Zestaw do ramienia

Kleszczyki o dł. całkowitej 135 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 54

dot. Części nr 1 poz. nr 25 - Zestaw do ramienia

Kleszczyki o dł. ryflowania szczęk 33 mm, dł. całkowita 140 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 55

dot. Części nr 1 poz. nr 26 - Zestaw do ramienia

Kleszczyki o dl. krzywizny 20 mm, dł. całkowita 145 mm.



Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 56

dot. Części nr 1 poz. nr 32 - Zestaw do ramienia

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie pincety o dł. 100 mm i szer. 0,8 mm lub dł. 155 mm i szer. 0,8 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 57

dot. Części nr 1 poz. nr 35 - Zestaw do ramienia

Hak o wym. 6x25 mm i dł. 170 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 58

dot. Części nr 1 poz. nr 36 - Zestaw do ramienia

Hak Langenbeck-Kocher o wym. 40x20 mm i dł. 210 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 59

dot. Części nr 1 poz. nr 37 - Zestaw do ramienia

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie igły o śr. 3 mm i dł. 45 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 60

dot. Części nr 1 poz. nr 38 - Zestaw do ramienia

Kaniula o śr. 3,7 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 61

dot. Części nr 1 poz. nr 40 - Zestaw do ramienia

Rozwieracz ostry o d. 160 mm.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 62

dot. Części nr 1 poz. nr 41- Zestaw do ramienia

Retraktor Beckamnn ostry o dł. 310 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 63

dot. Części nr 1 poz. nr 42 - Zestaw do ramienia

Zacisk o dł. ryflowania szczęk 14,5 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 64

dot. Części nr 1 poz. nr 43 - Zestaw do ramienia

Zacisk o dl. ryflowania szczęk 23 mm i dł. całkowitej 50 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 65

dot. Części nr 1 poz. nr 44 - Zestaw do ramienia

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie zacisku prostego o dł. szczęk 16 mm poprzecznie ryflowanych, dł. całkowita 50 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 66

dot. Części nr 1 poz. nr 45 - Zestaw do ramienia

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie zacisku prostego o dł. szczęk 16 mm poprzecznie ryflowanych, dł. całkowita 50 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.



Pytanie nr 67

dot. Części nr 1 poz. nr 46 - Zestaw do ramienia

Lp.46 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 68

dot. Części nr 2 poz. nr 1, 2 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Jako jedna pozycja tworząca kompletny kontener bezobsługowy, pokrywą z barierowym filtrem labiryntowym, wym. kontenera 590x290x130 mm lub 590x290x150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko zmianę wymiarów.

Pytanie nr 69

dot. Części nr 2 poz. nr 3 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Kosz druciany siatkowy z uchwytami i nóżkami ze stali nierdzewnej o wym. 510x255x70 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 70

dot. Części nr 2 poz. nr 4 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Mata silikonowa o wym. 490x240 mm lub 545x262 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 71

dot. Części nr 2 poz. nr 6 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Kleszczyki o dł. 260 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 72

dot. Części nr 2 poz. nr 10 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Lp.10 Kleszczyki o dł. 200 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 73



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



dot. Części nr 2 poz. nr 11 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Kleszczyki o dł. 190 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 74

dot. Części nr 2 poz. nr 15 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Kleszczyki o dł. 260 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 75

dot. Części nr 2 poz. nr 16 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Igłotrzymacz o dł. 200 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 76

dot. Części nr 2 poz. nr 17- Zestaw naczyniowy część brzuszna

Igłotrzymacz o dł. 150 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 77

dot. Części nr 2 poz. nr 22 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Spinak o dł. 110 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 78

dot. Części nr 2 poz. nr 23 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Spinak o dł. 105 mm.



Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 79

dot. Części nr 2 poz. nr 26 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Hak o wym. 155x50 mm i dł. 260 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 80

dot. Części nr 2 poz. nr 27 - Zestaw naczyniowy część brzuszna

Hak o dł. 240mm i wym. 45x60 lub 55x75 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 81

dot. Części nr 3 poz. nr 1 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Kleszczyki o dł. 155 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 82

dot. Części nr 3 poz. nr 2 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Kleszczyki o dł. 170 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 83

dot. Części nr 3 poz. nr 3 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Kleszczyki o cięciwie odgięcia 75 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 84

dot. Części nr 3 poz. nr 4 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Kleszczyki o cięciwie odgięcia 55 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 85

dot. dot. Części nr 3 poz. nr 5 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie kleszczyków Debakey-Glover o dł. 245 i ciężwie 50 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 86

dot. Części nr 3 poz. nr 7 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Kleszczyki o dł. 245 mm i 45 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 87

dot. Części nr 3 poz. nr 8 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Kleszczyki o dł. 255mm, krzywizna 55 mm, dł. szczęki 81 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 88

dot. Części nr 3 poz. nr 9 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Kleszczyki o dł. 220 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 89

dot. Części nr 3 poz. nr 12 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Igłotrzymacz o dł. 200 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 90

dot. Części nr 3 poz. nr 15 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Igłotrzymacz o dł. 270 mm.



Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 91

dot. Części nr 3 poz. nr 16 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Nożyczki o dł. 180 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 92

dot. Części nr 3 poz. nr 17 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Nożyczki Hegemann-Diethrich o dł. 180 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 93

dot. Części nr 3 poz. nr 27- Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Retraktor Beckamnn ostry o dł. 310 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 94

dot. Części nr 3 poz. nr 28 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Rozpieracz Adson tępy.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 95

dot. Części nr 3 poz. nr 29 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Szczypce o dł. 170 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 96

dot. Części nr 3 poz. nr 30 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 97

dot. Części nr 3 poz. nr 31 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Kaniula o średnicy 3,7 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 98

dot. Części nr 3 poz. nr 32 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Hak Langenbeck-Kocher o wym. 20x40 i dł. 210 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 99

dot. Części nr 3 poz. nr 33 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie narzędzia bez nazwy Exaxial o fig. 1,6 lub 7.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i ustanowienie odrębnego pakietu, ponadto dopuszcza narzędzie, które musi spełniać następujące parametry:

- musi być dwustronnym narzędziem do plastycznych wypełnień, o
- dł. całkowitej 160-180 mm, zakończonym z jednej
- strony oliwką o śr. 1,5-1,7 mm, z drugiej strony z zakończeniem płaskim o
- szer. 2,3-2,7 mm

Pytanie nr 100

dot. Części nr 3 poz. nr 35 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie igły o śr. 3 mm i dł. 45 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 101

dot. Części nr 3 poz. nr 36 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Rozwieracz Burford max rozwarcie 200 mm, łyżki o wym. 40x65 i 72x65 mm, lub rozwieracz Burford, max. rozwarcie 250 mm, łyżki o wym. 40x65 i 72x65 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza większy..

Pytanie nr 102

dot. Części nr 3 poz. nr 37,38 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Jako jedna pozycja tworząca kompletny kontener bezobsługowy, pokrywa z barierowym filtrem labiryntowym, wym. kontenera 590x290x130 mm lub 590x290x150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko zmianę wymiarów.

Pytanie nr 103

dot. Części nr 3 poz. nr 39 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Kosz druciany siatkowy z uchwytami i nóżkami ze stali nierdzewnej o wym. 510x255x70 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 104

dot. Części nr 3 poz. nr 40 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Mata silikonowa o wym. 490x240 mm lub 545x262 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 105

dot. Części nr 3 poz. nr 42 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 106

dot. Części nr 3 poz. nr 43 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Zacisk o dł. 38 mm, szczęka 10,5 mm, z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 107

dot. Części nr 3 poz. nr 44 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Zacisk o dł. 38 mm, szczęka 10,5 mm, z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 108

dot. Części nr 3 poz. nr 45 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Zacisk o dł. 51 mm, szczęka 16,5 mm, szer. 3 mm z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 109

dot. Części nr 3 poz. nr 46 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Zacisk o dł. 51 mm, szczęka 15,5 mm, szer. 3 mm z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 110

dot. Części nr 3 poz. nr 47 - Zestaw naczyniowy część specjalistyczna

Ssawka Poole o śr. 8 mm i dł. 200 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 111

dot. Części nr 4 poz. 1, 2 - Profundoplastyka

Jako jedna pozycja tworząca kompletny kontener bezobsługowy, pokrywą z barierowym filtrem labiryntowym, wym. kontenera 590x290x130 mm lub 590x290x150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko zmianę wymiarów.

Pytanie nr 112

dot. Części nr 4 poz. 3 - Profundoplastyka

Kosz druciany siatkowy z uchwytami i nóżkami ze stali nierdzewnej o wym. 510x255x70 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 113

dot. Części nr 4 poz. 4 - Profundoplastyka

Mata silikonowa o wym. 490x240 mm lub 545x262 mm.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 114

dot. Części nr 4 poz. 6 - Profundoplastyka

Kleszczyki o dł. 260 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 115

dot. Części nr 4 poz. 7 - Profundoplastyka

Kleszczyki Micro-Halsted o dł. 125 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 116

dot. Części nr 4 poz. 12 - Profundoplastyka

Kleszczyki o dł. 190 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 117

dot. Części nr 4 poz. 14 - Profundoplastyka

Kleszczyki o dł. 200 mm

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 118

dot. Części nr 4 poz. 15 - Profundoplastyka

Kleszczyki o dł. 260 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 119

dot. Części nr 4 poz. 16 - Profundoplastyka

Nożyczki o dł. 180 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.



Pytanie nr 120

dot. Części nr 4 poz. 19 - Profundoplastyka

Nożyczki Hegemann-Diethrich o dł. 180 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 121

dot. Części nr 4 poz. 21 - Profundoplastyka

Igłotrzymacz o dł. 150 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 122

dot. Części nr 4 poz. 24 - Profundoplastyka

Kleszczyki o dł. 155 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 123

dot. Części nr 4 poz. 25 – Profundoplastyka

Kleszczyki o dł. 170 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 124

dot. Części nr 4 poz. 26 - Profundoplastyka

Kleszczyki o dł. 145 mm, dł. krzywizny 20 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 125

dot. Części nr 4 poz. 27- Profundoplastyka

Spinak o dł. 110 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.





Pytanie nr 126

dot. Części nr 4 poz. 28 - Profundoplastyka

Spinak o dł.105 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 127

dot. Części nr 4 poz. 29 - Profundoplastyka

Retraktor Beckamn ostry dł. 310 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 128

dot. Części nr 4 poz. 30 - Profundoplastyka

Rozpierzacz Adson tępy.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 129

dot. Części nr 4 poz. 32 - Profundoplastyka

Hak Langenbeck-Kocher o wym. 40x20 mm i dł. 210 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 130

dot. Części nr 4 poz. 33 - Profundoplastyka

Kaniula o śr. 3,7 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 131

dot. Części nr 4 poz. 34 - Profundoplastyka

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie narzędzia bez nazwy Exaxial o fig. 1,6 lub 7.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i ustanowienie odrębnego pakietu, ponadto dopuszcza narzędzie, które musi spełniać następujące parametry:





- musi być dwustronnym narzędziem do plastycznych wypełnień, o
dł. całkowitej 160-180 mm, zakończonym z jednej
strony oliwką o śr. 1,5-1,7 mm, z drugiej strony z zakończeniem płaskim o
szer. 2,3-2,7 mm

Pytanie nr 132

dot. Części nr 4 poz. 35 - Profundoplastyka

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie igły o śr. 3 mm i dł. 45 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 133

dot. Części nr 4 poz. 37 - Profundoplastyka

Zacisk o dł. 38 mm, szczęka 10,5 mm, z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 134

dot. Części nr 4 poz. 38 – Profundoplastyka

Zacisk o dł. 51 mm, szczęka 16,5 mm, szer. 3 mm z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

Pytanie nr 135

dot. Części nr 4 poz. 39 – Profundoplastyka

Zacisk o dł. 51 mm, szczęka 15,5 mm, szer. 3 mm z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 136

dot. Części nr 4 poz. 40 – Profundoplastyka

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 137

dot. Części nr 4 poz. 43 - Profundoplastyka



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 138

dot. Części nr 4 poz. 47- Profundoplastyka

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie pincety o dł. 100 mm i szer. 0,8 mm lub dł. 155 mm i szer. 0,8 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 139

dot. Części nr 4 poz. 51 - Profundoplastyka

Naczynie o wym. 110x50 mm pojemność bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 140

dot. Części nr 4 poz. 52 - Profundoplastyka

Naczynie o wym. 80x40 mm pojemność bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 141

dot. Części nr 4 poz. 54 – Profundoplastyka

Ssawka Poole dł. 200 mm, śr. 8 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 142

dot. Części 5 poz. 1 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Kleszczyki o dł. 260 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 143

dot. Części 5 poz. 2 - Zestaw do tętnicy szyjnej



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Kleszczyki Micro-Halstead dł. 125 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 144

dot. Części 5 poz. 3 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Kleszczyki o dł. 125 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 145

dot. Części 5 poz. 4 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Kleszczyki o dł. 190 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 146

dot. Części 5 poz. 5 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Kleszczyki o dł. 190 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 147

dot. Części 5 poz. 9 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Kleszczyki o dł. 200 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 148

dot. Części 5 poz. 11 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Nożycy o dł. 180 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 149

dot. Części 5 poz. 14 - Zestaw do tętnicy szyjnej



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Nożyczki Hegemann-Diethrich o dł. 180 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 150

dot. Części 5 poz. 16 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Igłotrzymacz o dł. 150 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 151

dot. Części 5 poz. 18 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Kleszczyki o dł. części roboczej 35 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 152

dot. Części 5 poz. 19 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Kleszczyki bez nazwy własnej, dł. 125 mm, odgięte 50 st., dł. szczęk 30 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 153

dot. Części 5 poz. 20 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Kleszczyki bez nazwy własnej dł. 120 mm, dł. krzywizny 15 mm, lub Kleszczyki Cooley o dł. całkowitej 135 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 154

dot. Części 5 poz. 21 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Kleszczyki o dł. całkowitej 145 mm, dł. krzywizny 20 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 155

dot. Części 5 poz. 22 - Zestaw do tętnicy szyjnej



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Spinak o dł. 110 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 156

dot. Części 5 poz. 23 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Rozwieracz o dł. 200 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

Pytanie nr 157

dot. Części 5 poz. 24 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Retraktor Beckmann ostry, dł. 310 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 158

dot. Części 5 poz. 25 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Zacisk o dł. 38 mm, szczęka 10,5 mm, z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 159

dot. Części 5 poz. 26 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Zacisk o dł. 38 mm, szczęka 10,5 mm, z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 160

dot. Części 5 poz. 27- Zestaw do tętnicy szyjnej

Zacisk o dł. 51 mm, szczęka 16,5 mm, szer. 3 mm z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 161

dot. Części 5 poz. 28 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Zacisk o dł. 51 mm, szczęka 15,5 mm, szer. 3 mm z ząbkami równoległymi.





Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 162

dot. Części 5 poz. 29 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 163

dot. Części 5 poz. 30 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Hak Langenbeck-Kocher o wym. 40x20 mm i dł. 210 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 164

dot. Części 5 poz. 31- Zestaw do tętnicy szyjnej

Kaniula o śr. 3,7 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 165

dot. Części 5 poz. 32 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie narzędzia bez nazwy Exaxial o fig. 1,6 lub 7.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji i ustanowienie odrębnego pakietu, ponadto dopuszcza narzędzie, które musi spełniać następujące parametry:

- musi być dwustronnym narzędziem do plastycznych wypełnień, o
dł. całkowitej 160-180 mm, zakończonym z jednej
strony oliwką o śr. 1,5-1,7 mm, z drugiej strony z zakończeniem płaskim o
szer. 2,3-2,7 mm

Pytanie nr 166

dot. Części 5 poz. 33 - Zestaw do tętnicy szyjnej



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie igły o śr. 3 mm i dł. 45 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 167

dot. Części 5 poz. 38 Zestaw do tętnicy szyjnej

Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji. Względnie prosimy o dopuszczenie pincety o dł. 100 mm i szer. 0,8 mm lub dł. 155 mm i szer. 0,8 mm.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 168

dot. Części 5 poz. 42, 43 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Lp.42 i 43 Jako jedna pozycja tworząca kompletny kontener bezobsługowy, pokrywą z barierowym filtrem labiryntowym, wym. kontenera 590x290x130 mm lub 590x290x150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko zmianę wymiarów.

Pytanie nr 169

dot. Części 5 poz. 44 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Kosz druciany siatkowy z uchwytami i nóżkami ze stali nierdzewnej o wym. 510x255x70 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 170

dot. Części 5 poz. 45 - Zestaw do tętnicy szyjnej

Mata silikonowa o wym. 490x240 mm lub 545x262 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 171

dot. Części 6 poz. 1 - Hak Finocetto i miski

Rozwieracz Burford max rozwarcie 200 mm, łyżki o wym. 40x65 i 72x65 mm, lub rozwieracz Burford, max. rozwarcie 250 mm, łyżki o wym. 40x65 i 72x65 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza większy.



Pytanie nr 172

dot. Części 6 poz. 2 - Hak Finocetto i miski

łyżki o wym. 40x65 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 173

dot. Części 6 poz. 3 - Hak Finocetto i miski

łyżki o wym 72x65 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 174

dot. Kryterium oceny

Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy na następujący:

Termin dostawy od 61 do 70 dni	1 pkt
Termin dostawy od 51 do 60 dni	10 pkt
Termin dostawy do 50 dni	20 pkt

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny.

Pytanie nr 175

dot. Części nr 4 poz. 36 – Profundoplastyka

Zacisk o dł. 38 mm, szczęka 10,5 mm, z ząbkami równoległymi.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) informuje, iż modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie rozdziału XVI nadając mu następujące brzmienie:

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę



przedsiębiorstwa. W wypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zasadności zastrzeżenia informacji, informacje te zostaną odtajnione.

3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.

5. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być specjalnie oznakowane.

W związku z powyższym Zamawiając zawiadamia działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019.1843) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 16.04.2020 r. na dzień 17.04.2020 r.; miejsce oraz ustalone godziny pozostają bez zmian.**

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka
(oryginalny podpis w aktach)

SPORZĄDZIŁA :
mgr Agnieszka Matczak
agnieszka.matczak@szpital.wloclawek.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00