

**S Z P I T A L P O W I A T O W Y**im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
NIP 767-14-49-305 REGON 000300009
tel. sekr. 067-263 25 10, tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78
BDO: 000092629

www.szpital.zlotow.pl

e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
PN-ISO 45001:2018

SZP-ET/401/2022

Złotów, dnia 24.10.2022 r.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 25/ZP/2022

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 25/ZP/2022, którego przedmiotem jest: **„Dostawa analizatora do pomiaru parametrów krytycznych oraz defibrylatora przenośnego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”**. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 2a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, kryteria oceny ofert - okres gwarancji. Część 1 - Analizator do pomiaru parametrów krytycznych. III Pozostałe wymagania Zamawiającego pkt.7 „Integracja z systemem PACS, HIS i RIS” Prosimy o informację czy Zamawiający w w/w punkcie wymaga integracji oferowanego analizatora z systemem HIS Esculap? Jeżeli jest to inny system prosimy o podanie jego nazwy oraz prosimy o wskazanie firmy obsługującej ten system.

Odpowiedź: W części III załącznika nr 2a do SWZ, w punkcie 7 - Zamawiający wymaga integracji z systemem HIS/LIS Esculap.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/678309>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl