



WSzSL/FZ.381.57/23.784 .2023

Legnica 27.10.2023 r.

ZAINTERESOWANI

Dotyczy:

**POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ MIKROSKOPU DO PRZEPROWADZANIA OPERACJI NEUROCHIRURGICZNYCH
znak sprawy WSzSL/FZ-79/23**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga zintegrowania mikroskopu z posiadaną neuronawigacją, która pozwala m.in. na nastrzykiwanie obrazu nawigacji na okular mikroskopu dzięki czemu operator ma stały podgląd kluczowych informacji pochodzących z nawigacji w okularze mikroskopu. Aktualnie wymagana jest jedynie możliwość podłączenia nawigacji do mikroskopu ale nie jest to wymóg bezwzględny.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, że nie wymaga bezwzględnie integracji mikroskopu z neuronawigacją i pozostaje przy wymaganiach opisanych w SWZ.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy.

Andrzej Urniaż