

Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ****zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.112.2024.ER na: dostawę skanera do obrazowania biomolekuł wraz z wyposażeniem dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający dopuści skaner spełniający wymagania SIWZ, a w wielu punktach je przewyższający bo z lepszą rozdzielczością skanowania 5-100um, z lepszą 24-bitową głębią obrazu, z możliwością wizualizacji małych zwierząt np. myszy, z możliwością rozbudowy o rzeczywisty moduł do chemiluminescencji Western Blot, z regulacją ostrości obrazu w osi Z, z powierzchnią skanowania 25x25cm, z obrazowaniem ekranów fosforowych wzbudzeniem laserem 638 nm i filrem emisyjnym and 424nm/SP, z filtrami :FL 534 nm (524-544 nm emisja), FL 572 nm (558-586 nm emisja), FL 676 nm (657-695 nm emisja), FL 720 nm (708-723 nm emisja), FL 829 nm (798-860 nm emisja), z ekranami fosforowymi o wymiarach 20x25cm ?	Zamawiający nie wyraża zgody.
2	Dotyczy umowy §7 pkt. 6. Prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 16 dni roboczych. W przypadku konieczności wymiany części konieczne będzie sprowadzenie ich z US.	Zamawiający nie wyraża zgody.
3	Dotyczy umowy §7 pkt. 7. Prosimy o wydłużenie terminu do 21 dni roboczych, gdyż oferowany przez nas sprzęt sprowadzany jest każdorazowo z US na indywidualne zamówienie.	Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych

Ewa Rola