

Dreźnie, dnia 16 grudnia 2022 roku

Do Wykonawców,  
ubiegających się o zamówienie

## P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu typu C dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/19/2022, 2022/BZP 00498428/01 z dnia 15.12.2022 r.

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga jednego czy dwóch ambulansów? Nadmieniamy, iż opis techniczny dodatek nr 3 do SWZ sugeruje na dwa ambulanse natomiast tytuł postępowania sugeruje dostawę jednego ambulansu.

#### Odp. do pytania 1

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 6.2 SWZ, pkt. 4.2.2 ogłoszenia o zamówieniu oraz dodatkiem nr 2 i 3 do SWZ wymaga złożenia oferty na dwa ambulanse.

W trybie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. 6.1 SWZ. **Treść po zmianie:**  
„6.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch ambulansów typu C.”

#### Pytanie 2

##### SWZ pkt. 10.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse z terminem realizacji 2 dni od daty podpisania umowy?

#### Odp. do pytania 2

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany, ze względu na termin wynikający z rozliczeń uzyskanej dotacji.

#### Pytanie 3

##### Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. II.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse posiadające silnik o pojemności 1968 cm<sup>3</sup>?

#### Odp. do pytania 3

Zamawiający **dopuszcza** możliwość złożenia oferty na ambulanse o pojemności 1968 cm<sup>3</sup>.

#### Pytanie 4

##### Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. X.5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w Zewnętrzny schowek umożliwiający bezpieczne przewożenie minimum 2 butli tlenowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, krzeselka kardiologicznego, zlokalizowany za dodatkowymi drzwiami przesuwymi z lewej strony?

#### Odp. do pytania 4

Zamawiający **dopuszcza** możliwość zaoferowania ambulansów wyposażonych w zewnętrzny schowek umożliwiający bezpieczne przewożenie minimum 2 butli tlenowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, krzeselka kardiologicznego, zlokalizowany za dodatkowymi drzwiami przesuwymi z lewej strony.

#### Pytanie 5

##### Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XII.7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse bez przetwornicy elektrycznej z 12 V na 230 V o mocy minimum 1000 W?

#### Odp. do pytania 5

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse bez przetwornicy elektrycznej z 12 V na 230 V o mocy minimum 1000 W.

#### Pytanie 6

##### Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XVII.22

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w miejsce na przymocowanie urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS?

**Odp. do pytania 6**

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyposażone w miejsce na przymocowanie urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS.

**Pytanie 7**

**Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XVII.24**

Prosimy o potwierdzenie, że wraz z noszami Zamawiający posiada również system mocowania transportera noszy firmy Stryker? .

**Odp. do pytania 7**

Zamawiający potwierdza, że posiada system mocowania transportera noszy firmy Stryker.

**Pytanie 8**

**Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XVIII.1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w: Mocowanie stacji dokującej do tabletu Durabook R11 obsługującego system SWD PRM z wyprowadzonym okablowaniem logistycznym i instalacją antenową, wyprowadzona instalacja elektryczna i antenowa do podłączenia modułu GPS Teltonika FMC640? Nadmieniamy, iż w ciągu dwóch dni terminu dostawy żaden dostawca nie jest w stanie wykonać instalacji wg wytycznych zgodnych z dodatkiem nr 9 do SWZ/załącznik nr 4 do umowy), instalacja antenowa zgodna z wymaganiami zawartymi w dodatku nr 8 do SWZ (załącznik nr 5 do umowy)?

**Odp. do pytania 8**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dodatkiem nr 6 do SWZ §2 ust. 2 jeżeli w dacie dostawy system anten i instalacji antenowej, o których mowa w załączniku nr 2, pkt. XVIII ppkt. 1 i 3 nie będzie w pełni dostosowany do wymagań określonych w załączniku nr 3, Wykonawca zobowiązany będzie dostosować ten system do obowiązujących wytycznych w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Wprowadza się korektę - dodatek nr 8 do SWZ stanowi załącznik nr 3 do umowy.

**Pytanie 9**

**Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XVIII.3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse wyposażone w Instalacja do montażu radiostacji przewodowej Motorola DM4601 z zamontowaną instalacją antenową dachową, dostosowaną do obowiązującego pasma (zapewniony łatwy dostęp do anten z przedziału medycznego w celu ich konserwacji ze złączem doprowadzonym do kabiny kierowcy oraz przewodami zasilającymi (12 V) do radiotelefonu). Rozmieszczenie anten zgodnie z wytycznymi technologicznymi wykonawcy?

**Odp. do pytania 9**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dodatkiem nr 6 do SWZ §2 ust. 2 jeżeli w dacie dostawy system anten i instalacji antenowej, o których mowa w załączniku nr 2, pkt. XVIII ppkt. 1 i 3 nie będzie w pełni dostosowany do wymagań określonych w załączniku nr 3, Wykonawca zobowiązany będzie dostosować ten system do obowiązujących wytycznych w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

**Pytanie 10**

**Dodatek nr 3 do SWZ, pkt. XIX.6**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse dostarczone na oponach letnich?

**Odp. do pytania 10**

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

**W załączeniu zmieniony dodatek nr 3 do SWZ.**

Z poważaniem

**Prezes Zarządu**

**Agnieszka Banaszek**

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/705269> dnia 16.12.2022 r.