

Wykonawcy postępowania
ZP/132/2024

Dot.: Odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę torów wizyjnych laparoskopowych na Blok Operacyjny i Urologię w ramach realizacji projektu: Drugi etap budowy CKD UM w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

Działając w oparciu o art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1-4:

1. Za zwłokę w dostawie Towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji w stosunku do terminów, określonych w § 7 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
4. W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy Towaru lub nienależytego wykonania innego niż wskazane powyżej, a powstałego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji w powyższym zakresie.

Pytanie 2:

Czy kontakt telefoniczny w tym czasie rozumiany jest jako zareagowanie w ustalonym terminie? (dot. § 7 ust. 5)

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisem § 7 ust. 5)

„Czas reakcji na zgłoszenie wady rozumiany jako pojawienie się pracownika serwisu w miejscu posadowienia Towaru u Użytkownika lub diagnostyka zdalna (jeżeli jest wystarczająca) w dni robocze nie może przekroczyć 24 godzin liczonych od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie.”

Pytanie 3:

Prosimy o zmianę zapisów § 7 ust. 6, tj.:

6. Czas skutecznej naprawy Towaru tj. naprawy przywracającej prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie Towaru z użyciem wszystkich funkcji wymaganych zgodnie z SWZ wynosi:

a) maksimum 3 dni robocze liczone od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie – w przypadku, gdy naprawa nie wymaga importu części;

b) maksimum 5 dni roboczych liczonych od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie – w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części spoza terytorium Polski.

„W przypadku przedłużenia naprawy powyżej 5 dni Wykonawca na wniosek Zamawiającego udostępni na cały okres naprawy sprzęt zastępczy o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy, kompatybilny z posiadanymi urządzeniami. Zapewnienie sprzętu zastępczego zwalnia Wykonawcę z obowiązku płacenia kar umownych za opóźnienie w terminie napraw”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust. 6 poprzez dodanie zapisu:

„W przypadku przedłużenia naprawy powyżej 5 dni Wykonawca na wniosek Zamawiającego udostępni na cały okres naprawy sprzęt zastępczy o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy, kompatybilny z posiadanymi urządzeniami. Zapewnienie sprzętu zastępczego zwalnia Wykonawcę z obowiązku płacenia kar umownych za opóźnienie w terminie napraw”.

Pytanie 4:

Dot. Pakietu I, II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji nie starszym niż 2023?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Opisu przedmiotu zamówienia - parametry techniczne zał. 2.1, 2.2, 2.3 w zakresie roku produkcji pkt 1 i nadaje mu brzmienie:

1.	Rok produkcji	2024r 2023 - 2025	
----	---------------	---------------------------------	--

Pytanie 5:

Dot. Pakietu I, II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyposażenia (takiego jak np.: wyposażenie insuflatora, wyposażenie wózka, wózek pod monitor, wyposażenie nagrywarki, które nie jest wyrobem medycznym, objętego stawką VAT 23% i nieposiadającego dokumentów dopuszczających?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby powyższe urządzenia nie stanowiły wyrób medyczny i objęte były stawką 23% VAT.

Pytanie 6:

Dot. Pakietu I, II

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pozycji w formularzu cenowym, zawierających pozycje wyposażenia niemedycznego (inny VAT niż urzędowania medycznego)?

Odpowiedź:

Wykonawca w Formularzu ofertowym, w poszczególnych tabelach w odpowiednich pozycjach sam wpisuje wysokość stawki VAT. W kolumnie z wartością brutto, w poszczególnych pozycjach, jeżeli wystąpią dwie różne stawki VAT, można podać wartość brutto w rozbiciu na dwie wartości.

Pytanie 7:

Dot. par. 1 ust. 3 pkt. i)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„ma zapewnioną dostępność w autoryzowanym serwisie części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego przez okres min. 8 lat, liczonych od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru; przy czym w przypadku sprzętu komputerowego w/w okres wynosi min. 5 lat, liczonych od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru – jeśli dotyczą”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji w powyższym zakresie.

Pytanie 8:

Dot. par. 1 ust. 3 pkt. j)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„ma zapewnioną dostępność autoryzowanego serwisu po zakończeniu okresu gwarancji, odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść pkt j) ust. 3 § 1 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

j) ma zapewniony dostęp serwisowy po zakończeniu okresu gwarancji, *odpłatnie, na podstawie odrębnych ustaleń;*

Pytanie 9:

Dot. par. 2 ust. 1 pkt. e) – pakiet I, II

Czy z uwagi na fakt, że zapis nie znajduje zastosowanie w przypadku pakietu I i II, Zamawiający wyrazi zgodę na jego usunięcie z umowy?

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są zapisami obowiązkowymi zgodnie z wymogami ustawy.

Pytanie 10:

Dot. par. 7 ust. 5 – pakiet I, II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu reakcji do 48h i liczenie go w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji w powyższym zakresie.

Pytanie 11:

Dot. par. 7 ust. 6 pkt. a) – pakiet I, II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych – w przypadku, gdy naprawa nie wymaga importu części?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść pkt a) i b) ust. 6 § 7 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

6. Czas skutecznej naprawy Towaru tj. naprawy przywracającej prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie Towaru z użyciem wszystkich funkcji wymaganych zgodnie z SWZ wynosi:

- a) maksimum ~~3 dni~~ **5 dni** robocze liczone od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie – w przypadku, gdy naprawa nie wymaga importu części;
- b) maksimum ~~5 dni~~ **10 dni** roboczych liczonych od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie – w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części spoza terytorium Polski.

Pytanie 12:

Dot. par. 7 ust. 6 pkt. b) – pakiet I, II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych – w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części spoza terytorium Polski?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść pkt a) i b) ust. 6 § 7 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

6. Czas skutecznej naprawy Towaru tj. naprawy przywracającej prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie Towaru z użyciem wszystkich funkcji wymaganych zgodnie z SWZ wynosi:

- a) maksimum ~~3 dni~~ **5 dni** robocze liczone od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie – w przypadku, gdy naprawa nie wymaga importu części;
- b) maksimum ~~5 dni~~ **10 dni** roboczych liczonych od momentu dokonania zgłoszenia o wadzie – w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części spoza terytorium Polski.

Pytanie 13:

Dot. par. 7 ust. 9 – pakiet I, II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

W sytuacji, gdy przez okres gwarancyjny Towar uległ będzie 3 - krotnej istotnej awarii tego samego podzespołu lub w przypadku braku możliwości usunięcia wad Zamawiający może wedle swojego wyboru: (...)”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść ust. 9 § 7 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

9. W sytuacji, gdy przez okres gwarancyjny Towar uległ będzie 3 - krotnej istotnej awarii **tego samego modułu** lub w przypadku braku możliwości usunięcia wad Zamawiający może wedle swojego wyboru:

- a) żądać wymiany przez Wykonawcę Towaru w całości lub części na nowy, wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy;
- b) powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie Towaru wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim;
- c) odstąpić od umowy w całości albo w części, co będzie traktowane jako okoliczność obciążająca Wykonawcę.

Za istotną awarię uznaje się awarię wyłączającą możliwość korzystania z Towaru w całości lub części na okres powyżej 14 dni kalendarzowych.

Pytanie 14:

Dot. par. 9 ust. 6 – pakiet I, II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kwoty kar umownych, jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę była na poziomie 20% wartości brutto wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 ust. 1

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść ust. 6 § 9 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

6. Wprowadza się maksymalną wysokość kwoty kar umownych, jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę, na poziomie ~~25%~~ **20% wartości** brutto wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 ust. 1.

Pytanie 15:

dot. Pakietu 1. Pozycji 1. „Tor wizyjny laparoskopowy Typ 1” Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor posiadający wyjścia wideo 2x12GSDI (4K), 4x3G-SDI, . 2x 3G(HD)-SDI (HD)?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść pkt 11 Pozycja 1 Pakiet I zał. 2.1 i nadaje mu brzmienie:

11	Wyjścia wideo: min. 2x 12G-(HDI/ SDI) (4K) , min. 4x 3G-SDI (od A do D - 4K), min. 2x 3G(HD)-SDI (HD)	Tak, Podać
----	---	------------

Pytanie 16:

dot. Pakietu 1. Pozycji 1. „Tor wizyjny laparoskopowy Typ 1” Pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor z regulacją nasycenia barwy czerwonej w zakresie -5 do +5 (11 kroków) ?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść pkt 22 Pozycja 1 Pakiet I zał. 2.1 i nadaje mu brzmienie:

22	Nasycenie barwy czerwonej w przedziale min. od -8 do +8 (w 17 krokach) od -5 do + 5 (w 11 krokach)	Tak, Podać
----	---	------------

Pytanie 17:

dot. Pakietu 1. Pozycji 2. „Tor wizyjny laparoskopowy Typ 2” Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor posiadający wyjścia wideo 2x12GSDI (4K), 4x3G-SDI, . 2x 3G(HD)-SDI (HD)?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść pkt 11 Pozycja 2 Pakiet I zał. 2.1 i nadaje mu brzmienie:

11	Wyjścia wideo: min. 2x 12G-HDI/ SDI (4K) , min. 4x 3G-SDI (od A do D - 4K), min. 2x 3G(HD)-SDI (HD)	Tak, Podać
----	--	------------

Pytanie 18:

dot. Pakietu 1. Pozycji 2. „Tor wizyjny laparoskopowy Typ 2” Pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania procesor z regulacją nasycenia barwy czerwonej w zakresie -5 do +5 (11 kroków)?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść pkt 22 Pozycja 2 Pakiet I zał. 2.1 i nadaje mu brzmienie:

22	Nasycenie barwy czerwonej w przedziale min. od -8 do +8 (w 17 krokach) od -5 do + 5 (w 11 krokach)	Tak, Podać
----	---	------------

Pytanie 19:

Dotyczy Załącznika nr 2.3 do SWZ, pakietu III.

Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne, Poz. 48-66. Prosimy o dopuszczenie w ramach wyszczególnionych pozycji monitora o poniższych parametrach:

1. Przekątna ekranu 31 5/8 cala
2. Rozdzielczość monitora 3840 x 2160 pikseli
3. Aktywna matryca TFT LCD
4. Podświetlenie LED
5. Format obrazu 16:9
6. Upskaling do rozdzielczości 4 K
7. Wyświetlane formaty obrazu 3D:"Side by side, line by line, top and bottom
8. Przycisk przełączania trybu wyświetlanego obrazu 2D/3D
9. Rotacja obrazu
10. Wejścia video: 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 3 x 3G-HD SDI
11. Wyjścia video: 3 x 3G-HD SDI
12. Pozostałe wejścia: 9-stykowe D-sub (RS-232C) x1, RJ-45
13. Wyświetlanie obrazu z dwóch sygnałów wejściowych PIP, POP
14. Kąt widzenia 89°
15. Współczynnik kontrastu 1,000,000:1
16. Luminancja 650 cd/m²
17. Mocowanie VESA 100x100
18. IP45 (przód)/IP32 (pozostałe)
19. Ochrona przeciwporażeniowa klasa I

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść pkt 48-66 Pozycja 1 Pakiet III zał. 2.3.

UWAGA:

Zamawiający zmienia poniższe terminy:

- **składania ofert z dnia 09.12.2024 do godz. 12.00 na dzień 17.12.2024 do godz. 12.00.**
- **otwarcia ofert z dnia 09.12.2024 godz. 12.15 na dzień 17.12.2024 godz. 12.15**
- **wniesienia wadium z dnia 09.12.2024 do godz. 12.00 na dzień 17.12.2024 do godz. 12.00**
- **związania ofertą z dnia 07.03.2025 na dzień 14.03.2025.**

*Z-ca Kanclerza
ds. Organizacji i Rozwoju
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
mgr Małgorzata Politowska-Iwaszko*