

Numer postępowania: KA-DZP.362.3.1.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA III

Dotyczy postępowania na: Dostawę maseczek FFP2/N95

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dotyczących powyższego postępowania, Zamawiający w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.) zamieszcza poniżej przesłane wnioski wraz z wyjaśnieniami (wyjaśnienia treści zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i dotyczą wszystkich Wykonawców).

Pytanie 7:

Prosimy o wycofanie zgody z dn 09-03-2021 dotyczy : Pytania 3:Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty półmaskę, na której widnieje napis: FFP2 - KN95,która posiada pakiet dokumentów świadczących o spełnionej normie EN149, która składa się z pięciu warstw, jednak nie posiada wypisanej normy EN149 na masce ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie maseczek składających się z pięciu warstw, na których to maseczkach widnieje napis FFP2-KN95, lecz nie posiada napisu EN149. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie normy europejskiej EN149. Brak oznakowania półmasksi stwarza problem z weryfikacją towaru i spełnienia norm. Norma wyraźnie określa spełnienie wymagań o znakowaniu półmasek przy maskach FFP2EN 149 - Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami -- Wymagania, badanie, znakowanie Oznakowanie półmasek filtrujących Na opakowaniu półmasksi filtrującej i na samym wyrobie powinny znaleźć się następujące informacje :• oznaczenie producenta (nazwa lub znak handlowy); • typ maski (np. półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami);• numer i rok publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności (w przypadku półmasek filtrujących – PN-EN 149:2010); • symbole określające jej klasyfikację, np.FFP2 R D.W przypadku użycia piktogramów, producent powinien je wyjaśnić. Obok ww. informacji, które powinny być umieszczone przez producenta, zarówno na półmasce filtrującej, jak i na jej opakowaniu, dodatkowo na opakowaniu półmasksi filtrującej powinny być umieszczone następujące informacje:• co najmniej rok końca okresu przechowywania półmasksi filtrującej; koniec okresu przechowywania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy i tym samym nie zmienia odpowiedzi na pytanie numer 3.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdziła:

Wioletta Seredyńska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych