

Dział Zamówień Publicznych
Tel. 12/ 614 25 34
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.66.597.2021

Kraków 06.09.2021

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.66.2021 - Dostawa stymulatorów serca, kardiowerterów, elektrod i wyrobów do ablacji**

Pytanie 1.

Do Pakiet 7 ICD VR lp. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kardiowertera defibrylatora jednojamowego ICD VR bez możliwości automatycznego wyboru ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej? Wybór najbardziej adekwatnej i skutecznej terapii ATP zapewnia algorytm tworzący ranking terapii antyarytmicznych w zależności od ich skuteczności.

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2.

Do Pakiet 7 ICD DR, lp. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kardiowertera defibrylatora dwujamowego ICD DR bez możliwości automatycznego wyboru ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej? Wybór najbardziej adekwatnej i skutecznej terapii ATP zapewnia algorytm tworzący ranking terapii antyarytmicznych w zależności od ich skuteczności.

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3.

Do Pakiet 7 Elektroda stymulująca lp.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elektrody stymulującej bez możliwości dostarczenia elektrody z pierścieniami przedsiódkowymi sterydowej o aktywnej fiksacji do użycia z MRI?

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4.

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika do SWZ - wzoru umowy komis - dotyczy pakietów 1-7 poprzez dodanie § 3 ust. 2a o następującej treści: „Wyrób medyczny, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w miejscu przechowania więcej niż jeden wyrób medyczny danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika do SWZ - wzoru umowy komis – dotyczy pakietów 1-7 poprzez dodanie § 3 ust. 2b o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności wyrobów medycznych pozostających u Zamawiającego w przechowaniu.

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert: 15/09/2021 godz: 09:00

Termin otwarcia ofert: 15/09/2021 godz: 09:30