



Numer referencyjny postępowania:
SZP/DT-SERW/04/2023 MPD II

Załącznik nr 1 do SWZ

Ergocyklometr dla kończyny górnej i kończyny dolnej z elektrostymulacją funkcjonalną- 1 sztuka

Nazwa handlowa: Producent:

Model:

Lp.	Opis wymaganych parametrów technicznych
1.	Rok produkcji urządzenia
2.	Stacjonarne urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z funkcjonalną stymulacją elektryczną
3.	Urządzenie z funkcjonalną stymulacją elektryczną
4.	Praca na rowerze dla osób z chorobami i urazami, takimi jak uraz rdzenia kręgowego, udar, urazowe uszkodzenie mózgu, stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe i inne zaburzenia z osłabieniem lub porażeniem mięśni.
5.	System alarmujący o odłączeniu elektrody, skurczu mięśni, awaryjnym postoju
6.	Liczba programów: 10
7.	Natężenie prądu dla każdego kanału w zakresie 0-140 mA
8.	Urządzenie z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD 10,1"
9.	Urządzenie z siedziskiem dla pacjentów
10.	Urządzenie wyposażone w elektrody dla pacjentów, podkłady, kable pośrednie oraz inne niezbędne akcesoria pozwalające na wykonywanie stymulacji elektrycznej w trakcie użytkowania przez cały okres trwania umowy
11.	Wymiary urządzenia: długość: 85-115cm szerokość: 62cm wysokość: 100-140cm
12.	Maksymalna masa urządzenia: 60kg
13.	Zasilanie 230V AC / 50-60 Hz