



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 10.09.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 26/2024

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę barwiarki oraz procesora tkankowego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2**

Dotyczy **ZADANIE 1 - BARWIARKA**

**1. Pytanie nr 1**

Dotyczy punkt 5

„Urządzenie skonfigurowane w minimum w następujące etapy : 40 stacji roboczych, 28 stacji odczynnikowych o pojemności powyżej 450 ml każda, zebrane w minimum cztery niezależnie wyciągane grupy – po 7 stacji w grupie, 5 stacji wodnych z regulacją ciśnienia, 2 stacje grzewcze oraz minimum po 2 stacje załadowcze i 3 stacje rozładowcze”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o poniższej konfiguracji:

- całkowita liczba stacji 26
- maksymalna liczba stacji odczynnikowych 23
- pojemność stacji odczynnikowych 480 ml
- możliwość ustanowienia do 4 stacji wodnych z regulacją ciśnienia wody
- jedna stacja grzewcza
- 4 stacje załadowczo-wyładowcze
- możliwość grupowania stacji wedle preferencji Użytkownika

Jest to optymalna konfiguracja pozwalające na wydajne oraz powtarzalne barwienie histologiczne oraz cytologiczne. Proponowane rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym w dużych jednostkach referencyjnych.

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**2. Pytanie nr 2**

Dotyczy punkt 6

„Możliwość utworzenia minimum 18 programów barwiących każdy minimum do 100 kroków”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie barwiarki z możliwością ustanowienia 100 programów, każdy maksymalnie posiadający 40 kroków.

Jest to optymalna konfiguracja, która pozwala na pełną dowolność w tworzeniu protokołów barwienia preparatów. Proponowane rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym w dużych jednostkach referencyjnych.

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**3. Pytanie nr 3**

Dotyczy punkt 7

„Pełna regulacja czasów barwienia dla poszczególnych kroków w zakresie od 1 sekundy do 99 minut– skok co 1 sekundę”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z regulacją czasów

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

barwienia dla poszczególnych kroków w zakresie od 1 sekundy do 59 minut 59 sekund.

W praktyce laboratoryjnej nie stosuje się dłuższych czasów zanurzenia koszyka w odczynniku niż kilka-kilkanaście minut, zatem wyższa wartość nie przekłada się na polepszenie parametrów użytkowych. Proponowane rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym w dużych jednostkach referencyjnych.

**Odp. Zgodnie z SWZ**

**4. Pytanie nr 4**

Dotyczy punkt 16

„Monitor na ruchomym ramieniu„

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie, a tym samym uznanie za spełniający warunek punktowany, urządzenia wyposażonego w duży, kolorowy ekran dotykowy do sterowania urządzeniem, wbudowany w jego obudowę. Ze względu na ergonomiczne umieszczenie nie wymaga ono dodatkowego wysięgnika, który może ulec rozregulowaniu/uszkodzeniu w trakcie zmiany jego położenia.

Proponowane rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym w dużych jednostkach referencyjnych.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**5. Pytanie nr 5**

Dotyczy punkt 18

„Wewnętrzny UPS zabezpieczający pamięć urządzenia na minimum 30 minut”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w zewnętrzny UPS zabezpieczający pracę urządzenia na minimum 30 minut.

**Odp. Zgodnie z SWZ**

KOMENDANT

plk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/ 810 59 82