



WOJSKOWE CENTRUM

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



WCKiK – SZP.2612.1.20/D/2024

Warszawa, dnia 10.04.2024 r.

WYKONAWCY POSTĘPOWANIA

NUMER SPRAWY 20/D/2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę zamrażarki do szokowego mrożenia osocza”, Sprawa 20/D/2024.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 i 1720), przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z pytaniami skierowanymi przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie:

- 1) z mrożeniem pojemników w pozycji pionowej, gdzie każdy z pojemników styka się z płytami bocznymi, w celu zapewnienia jednolitego kształtu pojemników. Równocześnie prezentowane rozwiązanie wymusza uniesienie powietrza (ewentualnie obecnego w worku z osoczem), minimalizując ryzyko pęknięcia worka.
- 2) z 2 czynnikami chłodniczymi należącymi do grupy HFC i HFO, które uważane są za przyjazne dla środowiska i posiadają zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP = 0), ale jeden z nich ma wskaźnik GPW większy niż 2500?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ tym samym nie dopuszcza urządzenia z mrożeniem pojemników w pozycji pionowej oraz z 2 czynnikami chłodniczymi należącymi do grupy HFC i HFO, które uważane są za przyjazne dla środowiska i posiadają zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP = 0), ale jeden z nich ma wskaźnik GPW większy niż 2500.

str. 1/2

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **NIE ULEGA** zmianie tj.:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **15.04.2024 r. do godziny 9:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.04.2024 r. o godzinie 09:15**

Z poważaniem
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO