



Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 29.09.2021 roku

FZP.II – 241/56/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przetargu pod nazwą: „Dostawa maseczek jednorazowych”.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

zadanie I Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 2.

zadanie II Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3.

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na polskie medyczne maski jednorazowe które mają deklarację zgodności na maski medyczne IIR (norma EN14683:2019+AC) oraz posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%) 99,9% ? Pakowane w folie oraz kartonik? Maski są produkowane w Polsce w załączeniu zdjęcie. Pytanie dotyczy maseczek z gumkami oraz z trokami

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4.

Pakiet 1 Pyt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek pakowanych po 50 szt., w kartoniki bez podajnika

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza kartoników bez podajnika.

Pytanie nr 5.

Pakiet 1 Pyt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie troków o długości min. 38 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość troków 38 cm.