



Znak: AE/ZP-27-92/20

Tarnów, 2021-02-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę tomografu komputerowego 1 sztuka wraz z adaptacją pomieszczenia oraz klimatyzacji dla potrzeb oferowanego tomografu.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 30 - Czy zamawiający dopuści SYSTEM PODAWANIA KONTRASTU CT BEZ UŻYCIA WKŁADÓW. Kompatybilny ze wszystkimi fiolkami i środkami kontrastowymi, z jednoczesnym wstrzykiwaniem. Prędkość przepływu 0,3-10,00 ml/s

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie automatycznego wstrzykiwacza o parametrach opisanych w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek