



Kraków, 15.03.2022

DZ.271.15.174.....2022

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 52  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.15.2022 – Dostawa drobnych akcesoriów endoskopowych dla zabezpieczenia ciągłości pracy Samodzielnej Pracowni Endoskopii**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

#### Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy w pakiecie 1 w pozycji 14 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypiec jednorazowego użytku do usuwania przedmiotów o nieregularnym kształcie, trójramienny; rozpiętość ramion 10 mm. Dł. narzędzia 115 cm, min. średnica kanału roboczego 1,2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy w pakiecie 1 w pozycji 15 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypiec jednorazowego użytku do usuwania przedmiotów o nieregularnym kształcie, trójramienny; rozpiętość ramion 10 mm. Dł. narzędzia 115 cm, min. średnica kanału roboczego 1,2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

#### Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy w pakiecie 1 w pozycji 17 nie doszło do omyłki pisarskiej i nie chodzi o min. średnica kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską- średnica kanału roboczego wynosi 2,8 mm.

#### Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2), paragraf 4, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna maksymalna wysokość wszystkich kar wynosiła 20%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem

