

Poznań 17 listopada 2023

Wyjaśnienia treści swz:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych. Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 29/23.

Zamawiający:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Solna 21, 61-736 Poznań

Dotyczy: „Dostawa produktów jednorazowego użytku.”

Znak Sprawy: **29/23**

Pakiet 1, poz. 2-4

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym zamiast zastawki antyzwrotnej.

Odp. Tak

Pakiet 1, poz. 7-10

Proszę o dopuszczenie strzykawkę których cylinder wykonany jest z polipropylenu, a tłok z polietylenu.

Odp. Tak

Pakiet 1, poz. 11-16

Proszę o dopuszczenie igieł kodowanych kolorystycznie na nasadkach oraz opakowaniach zbiorczych zamiast na opakowaniach jednostkowych.

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 2

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odp. Tak

2. Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

Odp. Zamawiający oczekuje fartuchów chirurgicznych medycznych.

3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy **w pakiecie 9. Poz. 2?**

Odp. Przez personel medycznych.

Pakiet 9, poz. 2

Proszę o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 20 g/m².

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 2

Proszę o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 30 g/m².

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 2, 4

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Nie

Pakiet 9, poz. 5

Proszę o dopuszczenie fartuchów z jedną parą troków niezapakowaną w kartoniki.

Odp. Tak

Pakiet 9, poz. 5

Proszę o odstąpienie od wymogu kolorowej lamówki oraz nadruku z rozmiarem. Oznaczeni rozmiaru znajduje się w widocznym miejscu na metce.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu kolorowej lamówki oraz nadruku.

Postępowanie

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych . Numer sprawy: 29/23.

Pakiet nr 13 poz. 1

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o wskazanie czy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odp. Tak rozmiar 112x25 mm. Bez znaczenia czy papier ma być gładki czy w kratkę.

Pakiet nr 13 poz. 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego.

Odp. Tak dopuszcza.

Pakiet nr 13 poz. 5

Czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odp. Bez znaczenia czy papier ma być gładki czy w kratkę.

Pakiet 13 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie elektrody do defibrylatora Zoll typu DF59NC. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odp. Posiadamy taki defibrylator i takich elektrod potrzebujemy.

Pakiet 13 poz. 8

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości elektrod. Elektrody do defibrylacji są pakowane parami- zatem czy Zamawiający oczekuje 6 szt (3 pary) czy też 6 par)?

Odp. Tak 6 szt (3 pary)

dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Dostawę produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych.”

Znak sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 29/23

Szanowni Państwo,

Niniejszym jako zainteresowani postępowaniem o udzielenie Zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem:

1. Czy w **Pakiecie nr 2 w poz. 9** powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odp. Tak

2. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie **z Pakietu nr 2 poz. 9** do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odp. Nie

„Dostawa produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych”

Nr sprawy: 29/23

zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z 1 maską w zestawie, a dwie maski dołączone osobno?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z rurkami ustno-gardłowymi jednorazowego użytku, dołączone osobno?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator pakowany w białą skrzyneczkę z przezroczystym wieczkiem?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 200cm?

Odp. Tak

Dotyczy: dostawa produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych, znak sprawy 29/23

zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i odpowiedź na następujące pytania:

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odp. Zgodnie z swz.

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta?

Odp. Zgodnie z swz.

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kropłową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odp. Zgodnie z swz.

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pakiet 1, pozycja 2-4 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PUR?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 2-4 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,9x25?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3x45?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 7-10 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opak. a'50 szt. wraz z wyceną uwzględniającą odpowiednie przeliczenie zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet 1, pozycja 11-16 - Czy Zamawiający oczekuje igieł iniekcyjnych ze standardową osłonką czy igieł bezpiecznych?

Odp. Zamawiający oczekuje igieł ze standardową osłonką.

Pakiet 2, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści wzierniki blokowane szpilką, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odp. Nie

Pakiet 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści pałeczki o długości 150mm?

Odp. NIE

Pakiet 2, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści wycenę w opak. a'1000 szt. wraz z wyceną uwzględniającą odpowiednie przeliczenie zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 10 – Czy Zamawiający oczekuje wycenę w opak. a'50 szt. ?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści golarkę posiadającą ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści wycenę w opak. a'100 szt. wraz z wyceną uwzględniającą odpowiednie przeliczenie zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści worek, na którym nadrukowana jest dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml)?

Odp. Tak

Pakiet 2, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarze 6-22, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odp. Tak

Pakiet 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523-1, w tym odporne na 2 kwasy na min. 5 poziomie, odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy min. na poziomie 1? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Tak

Pakiet 5, pozycja 2-3 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości: na palcu 0,11mm +/-0,01mm oraz na dłoni 0,07+/- 0,01 mm?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu folia-papier?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu papierowym?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 50 x 2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet 6, pozycja 12-15

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane pojedynczo w opakowanie papierowe?

Odp. Tak

Pakiet nr 6, pozycja 16-18

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 5-6minut?

Odp. Tak

Pakiet nr 6, pozycja 16-18

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 3 minuty?

Odp. Tak

Pakiet nr 6, pozycja 16-18

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m?

Odp. Tak

Pakiet nr 6, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe w rozmiarze 6cm x 3m?

Odp. Tak

Pakiet nr 6, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chusty włókninowej?

Odp. Tak

Pakiet nr 6, pozycja 26

Czy Zamawiający ma na myśli 100 sztuk (saszetek) gazików czy 100 opakowań po 100 sztuk?

Odp. 100 opakowań

Pakiet nr 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran w opakowaniu folia-papier?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran pakowane a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran w rozmiarze 13mm x 100mm?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pakiet nr 7, pozycja 15

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające a'100sztuk? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania a'100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak a"100szt

Pakiet nr 7, pozycja 16

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające a'50sztuk? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania a'50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak a"50szt.

Pakiet nr 7, pozycja 17-18

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające a'30sztuk? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania a'30szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak a"30szt.

Pakiet nr 7, pozycja 19-20

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające a'25sztuk? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania a'25szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak a"25szt.

Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak a"25szt.

Pakiet 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak a"25szt.

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71cmx116cm?

Odp. Tak

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71cmx180cm?

Odp. Tak

Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 80,6 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 82,10 N?

Odp. Tak

zwraca się z poniższymi pytaniami do postępowania:

PAKIET 9 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe przednie w rozmiarze uniwersalnym – 71x120?

Odp. Nie

PAKIET 9 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe w trzech możliwych rozmiarach: 71x116, 71x120 oraz 71x180?

Odp. Tak

PAKIET 9 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20 g/m² w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Nie

PAKIET 9 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30 g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odp. Tak

PAKIET 9 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem min. 4 cm?

Odp. Tak

PAKIET 9 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści 2-warstwowe serwety sterylne, w wymaganym rozmiarze?

Odp. Nie

PAKIET 9 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny?

Odp. Zgodnie z swz

PAKIET 9 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rzepem o długości 12 cm na jednej części fartucha i 6 cm na drugiej części fartucha?

Odp. Tak

PAKIET 9 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z oznaczeniem rozmiaru poprzez nadruk z rozmiarówką na fartuchu oraz na serwecie widoczne przez foliową część opakowania jeszcze przed otwarciem, opakowanie typu papier-folia posiadające min. 3 naklejki typu TAG ?

Odp. Tak

PAKIET 9 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o odporności na wypychanie na sucho materiału min. 128 kPa, na szwie rękawa min. 177 kPa, oraz wytrzymałości na rozerwanie materiału na mokro min. 87,5 N?

Odp. Nie

Znak/numer postępowania: Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 29/23

Postępowanie przetargowe na: Dostawa produktów jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych.

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do postępowania:

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Dotyczy pakietu 3 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki w rozm. 300x450mm?

Odp. Tak