



## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SWZ

Znak sprawy: SOZ.383.42.2021

Data: 03.09.2021

**Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM, oddziału chirurgii oraz izby przyjęć realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.”**

### SROSTOWANIE ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 t.j), Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonych odpowiedzi w zakresie Pakiet nr 1 – Lampa diagnostycznych (zabiegowych) bezcieniowych.

W związku z powyższym dokonuje się sprostowania odpowiedzi:

1. z dnia 24.08.2021r.

#### **Pakiet nr 1 - Lampa diagnostyczna (zabiegowa) bezcieniowa – 2 szt.**

Pytania dot. parametrów lamp:

**Było: Pyt. 4. 2.** Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści lampę zabiegową, w której stabilna podstawa składa się z 4 kótek, w tym 2 z hamulcem?

**Odp:** Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania w zakresie parametrów technicznych i użytkowych dot. Pakietu nr 1 pkt. 5, zawarte w SWZ.

**Otrzymuje brzmienie: Pyt. 4. 2.** Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści lampę zabiegową, w której stabilna podstawa składa się z 4 kótek, w tym 2 z hamulcem?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampę zabiegową, w której stabilna podstawa składa się z 4 kótek, w tym 2 z hamulcem.

2. oraz z dnia 30.08.2021:

**Było: Pyt. 9.** Pakiet nr 1 - Lampa diagnostyczna (zabiegowa) bezcieniowa Pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę diagnostyczną z podstawą wyposażoną w 4 koła w tym 2 z blokadą ?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy diagnostycznej z podstawą wyposażoną w 4 koła w tym 2 z blokadą.

**Otrzymuje brzmienie: Pyt. 9.** Pakiet nr 1 - Lampa diagnostyczna (zabiegowa) bezcieniowa Pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę diagnostyczną z podstawą wyposażoną w 4 koła w tym 2 z blokadą ?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy diagnostycznej z podstawą wyposażoną w 4 koła w tym 2 z blokadą.

Zastępca Dyrektora ds.  
Medycznych  
Jacek Owczarczyk  
/podpis na oryginale/