



Szp/ZP-178/605/2022

Wrocław, dnia 13.07.2022 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa głowic do aparatów USG”.

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie modelu głowicy znajdującej się w załączniku nr 1.1 do SWZ. Zapis mówi o głowicy 35-RS, jednak z dostępnych danych producenta wynika, że taki model nie istnieje jako kompatybilny do systemu Vivid S6. Proszę o informację czy nie jest to pomyłka w zapisie, gdyż modelem kompatybilnym jest podobna w nazwie głowica 3S-RS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy głowic ultradźwiękowych kompatybilnych do systemu Vivid S6. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską tj.

Było:

| Lp. | Parametry i warunki | Wartość oferowana | Parametr punktowany *) |
|-----|---|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Głowica sektorowa typu 35-RS do echokardiografu VIVID S6 – 1 szt. | Tak | |

Jest:

| Lp. | Parametry i warunki | Wartość oferowana | Parametr punktowany *) |
|-----|---|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Głowica sektorowa typu 3S-RS do echokardiografu VIVID S6 – 1 szt. | Tak | |

Zmodyfikowany Załącznik nr 1.1-1.4 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów — modyfikacja w załączeniu

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Romana Komora

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)