



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 45

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1740 / 2927 / 24

Data: 23.08.2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak Sprawy 2133/2024.

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 31 poz. 1-7 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 31 poz.1-7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurki intubacyjnej z mankietem stożkowym o ulepszonej ochronie przed mikroaspiracją i odrespiratorowym zapaleniem płuc, z otworem Murphy’ego, z wbudowanym przewodem do odsysania wydzieliny znad mankieta. Sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiar: 6.0 do 9.0 co 0.5?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 146 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 146

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane, kolor brązowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepnią zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: $0,33 \pm 0,03$ mm, na dłoni $0,31 \pm 0,03$ mm, mankiecie: $0,25 \pm 0,03$ mm, typowa długość min 290mm, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN 388, EN 374-1,5 EN 16523, ASTM F1671, ASTM D6978, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dispenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 149 poz. 1 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 149 poz. 1

W związku z zakazem stosowanie rękawic pudrowanych wprowadzonym przez FDA w 2017 z uwagi na szkodliwy wpływ pudru na zdrowie pacjentów i użytkowników (powikłania pooperacyjne u pacjentów w wyniku wprowadzenia ciała obcego- pudru, zrosty, kontaminację środowiska szpitalnego, wzrost ryzyka alergii na lateks, ścieranie naskórka, zmianę pH skóry, wzrost kosztów stosowania z uwagi na obowiązek usuwania pudru metodą aseptyczna wg EN 455-3) czy Zamawiający odstąpi od wymogu rękawic pudrowanych i będzie wymagał rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych? polimeryzowanych od wewnątrz, z gładkie z mikroteksturowanym wykończeniem na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu/ biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu: $0,22 \pm 0,03$ mm, na dłoni $0,18 \pm 0,03$, mankiecie: $0,15 \pm 0,02$ mm, typowa długość min 280mm, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony



indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 10282, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 149 poz. 2 - Załącznik Nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Pakiet 149 poz.2

Zamawiający dopuści jako równoważne rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, gładkie z mikroteksturovanym wykończeniem na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu/ biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu: $0,22\pm 0,03$ mm, na dłoni $0,18\pm 0,03$, mankiecie: $0,15\pm 0,02$ mm, typowa długość min 280mm, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej $10 \mu\text{g/g}$, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 10282, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

