



WSzSL.FZ.381./21/24/164/2024r.

Legnica 08.04.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY AKCESORIÓW DO URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO, NARZĘDZI NEUROCHIRURGICZNYCH, KOMPRESORA I PRZYRZĄDÓW ENOSKOPOWYCH DO TAMOWANIA KRWI  
znak sprawy: WSzSL/FZ-21/24**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

**dotyczy Części 4 pkt. 5**

**Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści Młotek 420g średnica 30mm, długość 260mm?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**dotyczy Części 4, poz.6– narzędzia neurochirurgiczne**

**Pytanie 2 - Zamawiający wymaga: "ssak stożkowy kropl. (ferguson)7fr dł.230-250mm". Czy Zamawiający dopuści: " ssak typu ferguson, 7,5 fr, średnica 2,5mm, długość części pracującej 160mm, długość całkowita 245mm"**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**dotyczy Części 4, poz.7 – narzędzia neurochirurgiczne**

**Pytanie 3 - Zamawiający wymaga: " ssak stożkowy kropl. (ferguson)8fr dł.230-250mm".Czy zamawiający dopuści: " ssak typu fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 8fr.=2,7mm, długość części pracującej 165mm, długość całkowita 230mm"**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**dotyczy Części 4, poz.8– narzędzia neurochirurgiczne**

**Pytanie 4- Zamawiający wymaga: " ssak stożkowy kropl. (ferguson)10fr dł.230-250mm" Czy zamawiający dopuści: ssak typu fukushima z otworem w kształcie kropli zapewniającym możliwość regulacji siły za pomocą kciuka, średnica zewnętrzna 10fr.=3,3mm, długość części pracującej 165mm, długość całkowita 230mm.**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**dotyczy Części 4, pozycja 1**

**Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny Stille, odgięty w bok, szer. 5 mm, dł. 23 cm lub odgryzacz kostny Stille, odgięty w bok, szer. 7 mm, dł. 23 cm?**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji wykonawcy.**

**dotyczy Części 4, pozycja 4:**



**Pytanie 6** - Czy Zamawiający dopuści osteotom Lambotte prosty, szer. 10 mm, dł. 23 cm lub osteotom Lambotte, odgięty, szer. 10 mm, dł. 23 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji wykonawcy.**

dotyczy Części 4, pozycja 5

**Pytanie 7** - Czy Zamawiający dopuści młotek: waga 420 g, śr. obucha 42 mm / 29 mm, dł. 24 cm lub młotek Bergmann: waga 380 g, śr. 45 mm, dł. 24 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji wykonawcy.**

dotyczy Części 4, pozycja 6:

**Pytanie 8** - Czy Zamawiający dopuści ssak Ferguson, Charr. 7, śr. 2,3 mm, kąt 90 stopni, dł. części roboczej 8 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji wykonawcy.**

dotyczy Części 4, pozycja 7

**Pytanie 9** - Czy Zamawiający dopuści ssak Ferguson, Charr. 8, śr. 2,5 mm, kąt 90 stopni, dł. części roboczej 8 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji wykonawcy.**

dotyczy Części 4, pozycja 8

**Pytanie 10** - Czy Zamawiający dopuści ssak Ferguson, Charr. 10, śr. 3,3 mm, kąt 90 stopni, dł. części roboczej 8 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji wykonawcy.**

dotyczy Część 4, pozycja 9:

**Pytanie 11** - Czy Zamawiający dopuści ssak Ferguson, Charr. 12, śr. 4,0 mm, kąt 90 stopni, dł. części roboczej 8 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji wykonawcy.**

dotyczy Części 4, pozycja 10

**Pytanie 12** - Czy Zamawiający dopuści haczyk Caspar do badań i koagulacji, z sondą, izolowany, Fig. 2, dł. 24,5 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji wykonawcy.**

dotyczy Części 4, pozycja 11

**Pytanie 13** - Czy Zamawiający dopuści ssak Ferguson, Charr. 9, śr. 3,0 mm, kąt 90 stopni, dł. części roboczej 8 cm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza propozycji wykonawcy.**

dotyczy projektu umowy

**Pytanie 14** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 dot. części 3, § 5 ust. 1 dot. części 4:

Zamawiającemu przysługują kary umowne:

1) wysokości 0,2% wartości netto wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy asortymentu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 1 i/lub w §4 ust. 2 i/lub w §4 ust. 5, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto asortymentu, którego zwłoka dotyczy**

2) w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §8 ust 1, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

dotyczy § 5 ust. 1 projektu umowy

**Pytanie 15** - Zamawiającemu przysługują kary umowne:

1) wysokości 0,2% wartości netto wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy asortymentu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 2 i/lub w §3 ust. 5; **jednak nie więcej niż 10% wartości netto asortymentu, którego zwłoka dotyczy**

2) w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §7 ust. 1. **jednak nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy § 5 ust. 1 projektu umowy.**

dotyczy Części 1 poz. 2, 4, 6

**Pytanie 16** - Proszę o podanie w jakiej technologii pracuje adapter do wymienionego sprzętu lub podanie numeru ref czujnika SpO2.



---

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż pracuje adapter w technologii Oxi Max.

dotyczy Części 1 poz. 5

Pytanie 17 - Czy zamawiający poszukuje czujnika SpO2 wpinanego bezpośrednio do monitora? Jeśli tak, proszę o dopuszczenie wersji 3 metrowej.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż czujnik SpO2 wpinany bezpośrednio do monitora i dopuszcza wersję 3 metrową. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dotyczy Części 1 poz. 7

Pytanie 18 - Bardzo proszę o dopuszczanie czujnika SpO2 z przewodem o długości 3 m, pozostała część bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza czujnik SpO2 z przewodem o długości 3 m, z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dotyczy Części 1 poz. 8

Pytanie 19 - Bardzo proszę o podanie numeru ref z owijki kabla i dopuszczanie wersji 3 m, pozostała część bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podaje nr ref: A0816-SA105PV i informuje, iż dopuszcza wersję 3 m. z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dotyczy Części 1 poz. 12, 14, 16

Pytanie 20 - Czy zamawiający oczekuje wersji; klamra czy zatrzask?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż ma to być klamra. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dotyczy Części 1 poz. 21

Pytanie 21 - Proszę o podanie numeru ref obecnie używanego adaptera.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż obecnie używany adapter ma przewód kompatybilny z Nellcore.

dotyczy Części 1 poz. 23

Pytanie 22 - Czy zamawiający dopuści szerokość 20,7 cm, obwód 45-56? Pozostała część parametrów bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż propozycję wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dotyczy Części 1 poz. 24

Pytanie 23 - Proszę o podanie jakiego typu rurki napowietrzającej do mankietu używa obecnie zamawiający oraz jakiego rozmiaru mankietu oczekuje. Optymalnym byłoby wskazanie numerów ref. stosowanych produktów.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż używa mankiety o nr ref.: DUR-A2-2A do którego wymagamy rurkę kompatybilną z GE kardiomonitorem. Rozmiar 25-35. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dotyczy Części 1 poz. 1-8

Pytanie 24 - Prosimy o sprecyzowanie dla jakiego pacjenta mają być przeznaczone czujniki SpO2:dla dorosłych czy dzieci?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż czujniki SpO2 przeznaczone są dla dorosłych. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



dotyczy Części 1 poz. 1-8

Pytanie 25 Prosimy o dopuszczenie czujników z kablem o długości 3 m.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

dotyczy Części 1 - Poz. 22, 23

Pytanie 26 - W celu odpowiedniego doboru konektorów prosimy o wskazanie rodzaju kardiomonitora, z którym ma być kompatybilny mankiet lub wskazanie rodzaju konektora.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż konektory są standardowe występujące np. w kardiomonitorach Philips, Mindray, Edan.

dotyczy Części 1 - Poz. 22

Pytanie 27 - Prosimy o dopuszczenie mankieta o długości 29cm i szerokości 8,8 cm

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

dotyczy Części 1 - Poz. 23

Pytanie 28 Poz. 23 Prosimy o dopuszczenie mankieta o długości 56cm i szerokości 15,5 cm

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dotyczy Części 2 Poz. 1

Pytanie 29 Czy Zamawiający ma na myśli elektrody kończynowe dla dzieci czy dla dorosłych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż elektrody przeznaczone są dla dorosłych.

dotyczy Części 2 POZ. 2

Pytanie 30 – Czy Zamawiający ma na myśli gruszki z przyssawkami dla dzieci czy dla dorosłych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż gruszki z przyssawkami przeznaczone są dla dorosłych.

dotyczy Części 3 pkt. 9

Pytanie 31 – Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści filtry wstępne do odsysacza dymu z przyłączem  $\varnothing$  22 mm pakowane po 15 sztuk reszta parametrów bez zmian? Prosimy o określenie ilości opakowań.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Uwaga!**

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Andrzej Umiński*