



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**w PILE**  
im. Stanisława Staszica  
**64-920 Piła, ul. Rydygiera 1**



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013  
www.tuv.com  
ID 9108628147

Dyrektor (067) 216 02 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 11.05.2021 roku

FZP.II-241/40/21/ZO

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. pn. „**Narzędzia neurochirurgiczne 2 pakiety**”

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

### 1) Pytanie

#### **Dotyczy: Załącznik nr 2B, zadanie 1**

Czy Zamawiający dopuści następujący Zestaw do Łędzwi jako równoważny:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość szt.
1	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP OCHSNER-KOCHER 1X2 ZĄBKI PROSTE DŁ.200 mm	1
2	DISSECTOR DAVIS, DWUSTRONNY, 245 mm	1
3	PRÓBNIK YASARGIL , KULISCIE ZAGIĘTY, ZAKOŃCZONY KULKĄ , DŁ. 190mm	1
4	SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15mm DŁ.215mm	1
5	ŁYŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4,4mm DŁUGOŚĆ 250 mm	1
6	ODGRYZACZ KOSTNY SMITH-PETERSEN ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5mm DŁUGOŚĆ 240mm	1
7	ODGRYZACZ KOSTNY SMITH-PETERSEN ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 4 mm DŁUGOŚĆ 240 mm	1
8	KERISSON W POWŁOKĄ CERAMICZNĄ, CZARNĄ , NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA - TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚĆ 200mm SZEROKOŚĆ ROBOCZA 4mm, ROZSTAW CIĘCIA 10 mm	1
9	KERISSON W POWŁOKĄ CERAMICZNĄ, CZARNĄ , NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA- TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚĆ 200mm SZEROKOŚĆ ROBOCZA 1mm, ROZSTAW CIĘCIA 10mm	1
10	KERISSON W POWŁOKĄ CERAMICZNĄ, CZARNĄ , NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA -	1

	TNAŹY DO GÓRY, DŁUGOŚĆ 200mm SZEROKOŚĆ ROBOCZA 3mm, ROZSTAW CIĘCIA 10mm	
11	OGRYZACZ TYP CUSHING, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH 2X10 MM, DŁUGOŚĆ 180mm	1
12	OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH: 3X10mm, DŁUGOŚĆ 180mm	1
13	OGRYZACZ TYP SPURLING, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH: 4X10mm, DŁUGOŚĆ 180mm	1
14	OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA SZCZĘKI ODGIĘTE DO GÓRY O ROZMIARACH 3X10mm, DŁUGOŚĆ 180mm	1
15	OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA SZCZĘKI ODGIĘTE DO DOŁU O ROZMIARACH 4X10mm, DŁUGOŚĆ 180mm	1
16	RETRAKTOR CASPAR DO KORZONKÓW NERWOWYCH 245mm	1
17	HACZYK DO NERWÓW TYP CUSHING, 90° 280mm	1
18	HACZYK DO NERWÓW TYP CASPAR, 90°	1
19	HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYP CASPAR, 90°	1
20	ROZWIERACZ PÓŁAUTOMATYCZNY DO RAN BECKMANN- ADSON ZĘBY 4X4 PÓŁOSTRE, ODGIĘTY	1
21	RETRAKTOR BECKMANN-EATON DO LAMINEKTOMII ZĘBY 7X7 OSTRY, DŁUGOŚĆ 330mm, RAMIONA ROBOCZE ŁAMANE.	1

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza na daleko idące zmiany dotyczące narzędzi neurochirurgicznych.

## 2) Pytanie

### Dotyczy: Załącznik nr 2B, zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści następujący Zestaw Szyjny jako równoważny:

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość szt.
1	ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 2,5 mm DŁUGOŚĆ 170 mm, UCHWYT ERGONOMICZNY NIERDZEWNY Z ZAOKRĄGLONYMI KRAWĘDZIAMI	1
2	ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4,4 mm DŁUGOŚĆ 170 mm	1
3	NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZAKRZYWIONE DŁ. 180 mm UCHA ZŁOCONE	1

4	ODGRYZACZ KOSTNY SMITH-PETERSEN ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 4 mm DŁUGOŚĆ 240 mm	1
5	KERISSON W POWŁOKĄ CERAMICZNĄ, CZARNĄ, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚĆ 200 mm, SZEROKOŚĆ ROBOCZA 1 mm, ROZSTAW CIĘCIA 10 mm	1
6	KERISSON W POWŁOKĄ , CERAMICZNĄ CZARNĄ , NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA, TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚĆ 200 mm SZEROKOŚĆ ROBOCZA 2mm, ROZSTAW CIĘCIA 10 mm	1
7	KERISSON W POWŁOKĄ CERAMICZNĄ CZARNĄ, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA , TNĄCY DO GÓRY, DŁUGOŚĆ 200 mm SZEROKOŚĆ ROBOCZA 3 mm, ROZSTAW CIĘCIA MIN 8 mm	1
8	OGRYZACZ TYP CUSHING, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH 2X10 mm, DŁUGOŚĆ 180mm	1
9	OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA ,SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH: 3X10 mm, DŁUGOŚĆ180 mm	1
10	OGRYZACZ TYP SPURLING, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA SZCZĘKI PROSTE O ROZMIARACH: 4X10 mm,DŁUGOŚĆ 180 mm	1
11	OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA, SZCZĘKI ODGIĘTE DO GÓRY 150STOPNI O ROZMIARACH 3X10mm,DŁUGOŚĆ 180 mm	1
12	OGRYZACZ TYP LOVE-GRUENWALD, NIEROZDKŁADANY DO MYCIA – GÓRNA SZTANCA FALOWANA Z OTWORAMI BOCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA SWOBODNE CZYSZCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI ROZBIERANIA SZCZĘKI ODGIĘTE DO DOŁU 150STOPNI O ROMIARACH 3X10mm, DŁUGOŚĆ 180mm	1
13	HAK POLICZKOWY DOCKHORN 55X12,5 mm DŁUGOŚĆ220 mm	2

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza na daleko idące zmiany dotyczące narzędzi neurochirurgicznych.**

### 3) Pytanie

#### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie mikrodysektora, bagnetowego odgiętego do dołu o dł. 210 mm lub mikrodysektora prostego odgiętego do dołu o dł. 200 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 4) Pytanie

#### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie łyżki o dł. 230 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 5) Pytanie

#### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza Echlin typ Luer o dł. 230 mm i szer. 5 lub 8 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 6) Pytanie

#### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza Echlin typ Luer o dł. 230 mm i szer. 4 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 7) Pytanie

#### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie Kerissona pokrytego powłoką ceramiczną –cały czarny ze złotą sprężyną, rozbieralnego tnącego do góry pod kątem 40 st. (inny sposób pomiaru kąta liczony od strony lewej do prawej a nie od strony prawej do lewej).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 8) Pytanie

#### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie Kerissona pokrytego powłoką ceramiczną –cały czarny ze złotą sprężyną, rozbieralnego tnącego do góry pod kątem 40 st. (inny sposób pomiaru kąta liczony od strony lewej do prawej a nie od strony prawej do lewej).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 9) Pytanie

#### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie Kerissona pokrytego powłoką ceramiczną –cały czarny ze złotą sprężyną, rozbieralnego tnącego do góry pod kątem 40 st. (inny sposób pomiaru kąta liczony od strony lewej do prawej a nie od strony prawej do lewej).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### 10) Pytanie

##### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.14 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza odgiętego do góry pod kątem 30 st. (inny sposób pomiaru kąta liczony od strony lewej do prawej a nie od strony prawej do lewej).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### 11) Pytanie

##### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza odgiętego do dołu pod kątem 30 st. (inny sposób pomiaru kąta liczony od strony lewej do prawej a nie od strony prawej do lewej).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### 12) Pytanie

##### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.18 Prosimy o opuszczenie haczyka o szer. 4 lub 6 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### 13) Pytanie

##### Zestaw do łądźwi – Zadanie nr 1

Lp.20 Prosimy o opuszczenie rozwieracza ostrego lub tępego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### 14) Pytanie

##### Zestaw szyjny – Zadanie nr 2

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o szer. 3 mm i dł. 230 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### 15) Pytanie

##### Zestaw szyjny – Zadanie nr 2

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o dł. 230 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### 16) Pytanie

##### Zestaw szyjny – Zadanie nr 2

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza Echlin typ Luer o dł. 230 mm i szer. 4 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### 17) Pytanie

##### Zestaw szyjny – Zadanie nr 2

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie Kerissona pokrytego powłoką ceramiczną –cały czarny ze złotą sprężyną, rozbieralnego tnącego do góry pod kątem 40 st. (inny sposób pomiaru kąta liczony od strony lewej do prawej a nie od strony prawej do lewej).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 18) Pytanie

#### Zestaw szyjny – Zadanie nr 2

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie Kerissona pokrytego powłoką ceramiczną –cały czarny ze złotą sprężyną, rozbieralnego tnącego do góry pod kątem 40 st. (inny sposób pomiaru kąta liczony od strony lewej do prawej a nie od strony prawej do lewej).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 19) Pytanie

#### Zestaw szyjny – Zadanie nr 2

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie Kerissona pokrytego powłoką ceramiczną –cały czarny ze złotą sprężyną, rozbieralnego tnącego do góry pod kątem 40 st. (inny sposób pomiaru kąta liczony od strony lewej do prawej a nie od strony prawej do lewej).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 20) Pytanie

#### Zestaw szyjny – Zadanie nr 2

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o wym. 4x10 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 21) Pytanie

#### Zestaw szyjny – Zadanie nr 2

Lp.11 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza odgiętego do góry pod kątem 30 st. (inny sposób pomiaru kąta liczony od strony lewej do prawej a nie od strony prawej do lewej).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 22) Pytanie

#### Zestaw szyjny – Zadanie nr 2

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza odgiętego do dołu pod kątem 30 st. (inny sposób pomiaru kąta liczony od strony lewej do prawej a nie od strony prawej do lewej).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### 23) Pytanie

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 35 dni roboczych od daty podpisania umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**