



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama - Kościalkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 29 listopada 2024 r.

DZP.2344.55.2024

Wszyscy Wykonawcy

Korekta wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający informuje, że w wyjaśnieniach treści SWZ z dn. 29.11.2024 r. doszło do poniższej pomyłki.

Było:

Pytanie nr 87 – Pakiet nr 6 poz. 2

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści: Ekwiwalent trokara z pozycji 2 znanego europejskiego producenta posiadającego trokary najwyższej jakości o opisie:

Trokar nożowy o średnicy 11 mm, ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm.

Trokar posiada:

- uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok,
- dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, desuflacja bez odłączania wężyka CO2
- zdejmowalną uszczelkę
- wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli
- ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V w postaci mikronoża przecinającego powłoki o szerokości 3 mm; ekspozycja mikronoża w jamie brzusznej 3 - 5 mm
- dźwiękową i wzrokową aktywację noża
- wbudowaną redukcję 5mm-11mm
- sterylny, jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powinno być:

Pytanie nr 87 – Pakiet nr 6 poz. 1

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści: Ekwiwalent trokara z pozycji 2 znanego europejskiego producenta posiadającego trokary najwyższej jakości o opisie:

Trokar nożowy o średnicy 11 mm, ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm.

Trokar posiada:

- uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok,
- dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, desuflacja bez odłączania wężyka CO2
- zdejmowalną uszczelkę
- wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli
- ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V w postaci mikronoża przecinającego powłoki o szerokości 3 mm; ekspozycja mikronoża w jamie brzusznej 3 - 5 mm
- dźwiękową i wzrokową aktywację noża
- wbudowaną redukcję 5mm-11mm
- sterylny, jednorazowego użytku?

Odpowiedź: W przypadku pytania dotyczącego pakietu nr 6 poz. 1 – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.