



Znak: AE/ZP-27-104/24

Tarnów, 2024-11-07

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: krążków do antybiogramów wraz z dzierzawą: dyspenserów do nakładania krążków antybiotykowych na płytkę, densytometru do wykonywania zawiesiny bakteryjnej oraz pasków do oznaczania wartości MIC.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-56, pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu z poz. 9, dotyczącego krążków poddanych ocenie EUCAST?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-56, pkt 6 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z antybiotykami, które posiadają średnicę około 6 mm (6,35 – 6,5 mm). Wymiar średnicy przeliczany jest z pozaukładowej jednostki miary długości zwanej całem międzynarodowym, przez większość producentów krążków z antybiotykami?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-56, pkt 7 Załącznika Nr 4 do SWZ** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków z antybiotykami, które wymagają temperatury przechowywania w zakresie od 2 °C do 8 °C, z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 60, pkt 1 Załącznik Nr 4 do SWZ.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie opisu wymogu, czy Zamawiający dopuści densytometr o następującym standardowym zakresie pomiaru 0,0 - 6,0 jednostek McFarlanda (0-180 x 107 komórek/ml), z opcją umożliwiającą pomiar mętności roztworu w szerszym zakresie (do 15,0 jednostek McFarlanda) z założeniem wzrostu wartość odchylenia standardowego?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-56.**

**Ad 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-56** krążków o średnicy 6-6,5 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-56** krążków z antybiotykami, które wymagają temperatury przechowywania w zakresie od 2 °C do 8 °C, z uwzględnieniem antybiotyków betalaktamowych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 60** densytometru o następującym standardowym zakresie pomiaru 0,0 - 6,0 jednostek McFarlanda (0-180 x 107 komórek/ml), z opcją umożliwiającą pomiar mętności roztworu w szerszym zakresie (do 15,0 jednostek McFarlanda) z założeniem wzrostu wartość odchylenia standardowego.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora  
mgr Danuta Nosek

