



Szpital
im. prof. Z. Religi
w Słubicach

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.**

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: **KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł**

Słubice, dnia 22.10.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp **na dostawę obłożenia pola operacyjnego oraz bielizny i akcesoriów operacyjnych jednorazowego użytku** dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; **nr sprawy: ZP/TP/14/24**

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 18-21.10.2024r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetkę włókninową razem z 2 szt ręczników chłonnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartuchów chirurgicznych o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy bez owinięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem w okolicy karku na standardowy rzep z możliwością indywidualnego dopasowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi mankietem z dzianiny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartuchów chirurgicznych o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o obwodzie 160 cm i długości rękawa (od miejsca wszycia razem z mankietem) 68,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3-6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 5-6

Czy Zamawiający dopuści czepek z perforowanej włókniny wiskozowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 7-8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści pokrowce z niebieskiej włókniny z warstwą antypoślizgową, pakowane a'100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pokrowców o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 1-4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby szwy rękawów były wzmocnione taśmą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o dł. 128 cm, obwód 150 cm? Tolerancja wymiarów +/-3 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o dł. 138 cm, obwód 160 cm? Tolerancja wymiarów +/-3 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o dł. 157 cm, obwód 160 cm? Tolerancja wymiarów +/-3 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o dł. 157 cm, obwód 160 cm? Tolerancja wymiarów +/-3 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 5-7

Czy Zamawiający dopuści komplety dostępne tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompletów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 8-9

Czy Zamawiający dopuści bluzy wykonane z włókniny bawełnopodobnej polipropylenowej o gramaturze 47g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania bluzy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści bluzy dostępne tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania bluzy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści bluzy z rękawami wszytymi prosto, zapewniającymi swobodę ruchów, bez ściągacza w dolnej części bluzy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści kołnierz ocieplający nie będący wyrobem medycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45 x 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwetki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 30 x 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczuleń o wymiarach 75 x 90 cm, z otworem samoprzylepnym w części centralnej o wymiarze 10 x 15 cm. Wykonana z dwuwarstwowego laminatu włókniny PP i folii PE o gramaturze 60g/m². Wyposażona w 4 przylepce (5 x 5 cm) w każdym rogu serwetki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarze 80 x 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania osłony o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o chłonności 350% (188 cm H₂O), gramatura całkowita 87g/m², Gramatura folii PE 50g/m², folia niepiaskowana?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy:

1 x Pojemnik okrągły poj. 500ml, niebieski, z podziałką

1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 2-warstwowa?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści nogawicę składaną zakładkowo, o wymiarach 30 x 80 cm, z taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm w komplecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem na igły i ostrza, magnetyczny z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11,5 x 5,5 x 1,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z jednej warstwy celulozy i warstwy folii PE (łączna gramatura 40g/m²), wzmocnione?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'25 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 100 x 225cm z wkładem chłonnym z superabsorbentem o wymiarach 50 x 208 cm, 5 warstwowe, o wadze całkowitej 280g?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prześcieradła o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści matę o wymiarach 220 x 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maty o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy w proponowanym zestawie znajdują się dodatkowy pojemnik, który może służyć jako blister na odpadki:

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Chwytnak plastikowy 23cm

2 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa PP+PE, gramatura 60g/m²

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przyklepnym 6cm x 8cm, PP+PE gramatura 60g/m²

4 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

6 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock

1 x Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 12

Czy Zamawiający dopuści, aby igły były zabezpieczone plastikową nakładką bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do

SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stół narzędziowy o wzmocnieniu 65cm x 190cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm, wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, dwa przylepce w przedniej części służące do zamocowania do serwet operacyjnych i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończyne 30cm x 80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści uchwyt Velcro z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami włókninowymi w rozmiarze po rozwinięciu 30cm x 30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem XL w którym zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem XXL o długości 157cm (+/- 3cm) w którym zapięcie typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem do odsysania pola operacyjnego (dł.300cm CH24 8,00mm, lejek-lejek)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 46

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 14


zy Zamawiający dopuści zestaw do operacji barku:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O. Zestawy do transportu pakowane w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Skład:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 72cm x 100cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zestawy z osłoną na stół Mayo z czerwonej folii oraz niebieskiego wzmocnienia włókninowego ze wzmocnieniem 60cm x 145cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą ze wzmocnieniem 25cm x 60 cm (zamiast 20x 50 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy z serwetą 180cm x 180cm ze wzmocnieniem 25cm x 60cm i przylepcem na dłuższym boku, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami 90cm x 75cm (zamiast 90 x 110 cm) ze wzmocnieniem 25cm x 60cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą operacyjną 45cm x 45cm biała 4 warstwowa z tasiemką i nitką widoczną w Rtg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy z gazikami z gazy w rozmiarze 9,5cm x 9,5cm zapakowane w torebkę papierową?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 53

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą operacyjną lepną 10cmx 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 54

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zestawy z serwetą na stolik narzędziowy, wzmocnienie 65cm x 190cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 55

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK na etykiecie głównej 4 etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 56

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 180cm x 180cm (zamiast 175x180-200cm) ze wzmocnieniem 25cm x 60cm i przylepcem na dłuższym boku, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 57

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą operacyjną 45cm x 45cm biała 4 warstwowa z tasiemką i nitką widoczną w RTG? (w miejsce serwety 50 x 60 cm, 6 warstwowa).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 58

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą operacyjną 45cm x 45cm biała 6 warstwowa z tasiemką i nitką widoczną w RTG? (w miejsce serwety 40 x 40 cm 6 warstwowa).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 59

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z tufperami kula RTG po rozwinięciu 50cm x 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 60

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 150cm x 240cm (zamiast 150 x 250 cm) samoprzylepną z przylepcem i wzmocnieniem 25cm x 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 61

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 180cm x 180cm (zamiast 190 x 225cm) samoprzylepną z przylepcem na dłuższym boku i wzmocnieniem 25cm x 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 62

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 75cm x 90cm z przylepcem na dłuższym boku i wzmocnieniem 25cm x 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 63

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z tufperami z nitką RTG w rozmiarze 50cm x 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do

SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 64

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze skalpelem bezpiecznym nr 11P?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 65

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą operacyjną 10cm x 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 66

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 6, 7, 8

Czy można zaoferować komplety chirurgiczne i bluzy jednorazowe dostępne w kolorach zielonym i niebieskim? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania bluz o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 67

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3-8

Czy zamawiający wydzieli poz.3 - do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma technicznej możliwości edycji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie rozszerzenia ilości zadań/ pakietów.

Pytanie nr 68

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 69

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści wymiar opakowania foliowego ok. 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 70

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści opakowanie bez piktogramu czepek, natomiast etykieta posiada pełen niezbędny opis umożliwiający identyfikację produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 71

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 4-6

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 72

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 4-6

Czy zamawiający dopuści opakowanie bez piktogramu czepek, natomiast etykieta posiada pełen niezbędny opis umożliwiający identyfikację produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 73

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 74

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia, z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 75

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia, z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlace, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 76

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1

Proszę o dopuszczenie fartucha o obwodzie 160 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 77

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1-2

Proszę o dopuszczenie fartuchów z rzepami klasycznymi, zapinanymi w wyznaczonym miejscu drugiej części rzepu z możliwością regulacji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 78

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny polipropylenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 79

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3

Proszę o dopuszczenie czepków pakowanych w folię po 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 80

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 4

Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 81

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 5

Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerki z gumką w tylnej części, gwarantującej nieprzesuwanie się

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m² i wysokości 6 cm
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 82

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 6

Proszę o dopuszczenie czepka w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na trok

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m² i wysokości 7,5 cm
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 83

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 9

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy bez dodatkowej warstwy antypoślizgowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 84

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 9

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy z dwoma taśmami antypoślizgowymi na podeszwie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ochraniaczy o w/w dopuszczonych

parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Pytanie nr 85

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 9

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy pakowanych po 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ochraniaczy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.2024r.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

(podpis na oryginale)