



## MODYFIKACJA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

### Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ZAKUP I WYMIANA REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ, Nr sprawy: ZP-23-068UN

Zamawiający zmienia treść wyjaśnień SWZ z dnia 24.05.2023.  
Zmiana dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 3, 5, 6.

**Pytanie 3** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zaakceptowanie wstrzykiwacza 2-tłokowego kompatybilnego ze skanerem MRI do min. 1,5 Tesla, ze stałym zasilaniem sieciowym bez wykorzystania baterii i modułu ciągłego ładowania, objęty zdalnym nadzorem serwisowym przez łącze internetowe. **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zasilania sieciowego i zgodnie z pkt. 129 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ wymaga zasilania baterią.**

**Pytanie 5** dot. pkt 5, ppkt 97, zał. nr 10 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza kontrastu charakteryzującego się poniższymi parametrami:

Automatyczna dwugłowicowa strzykawka, fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2022

- możliwość pracy w polu magnetycznym  $\leq 7T$ ;
- funkcja iniekcji testowej;
- hydrauliczny systemem zasilania (brak zakłóceń skaner-strzykawka);
- blokada przechyty, która pomaga minimalizować ryzyko zatorów powietrznych;
- prędkość przepływu od 0,1 ml/s do 10 ml/s (co 0,1);
- system KVO (Keep Vein Open, który zapewnia drożność wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s);
- aplikacja do obsługi danych (m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego, kalkulator GFR);
- zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI);
- kolorowy, dotykowy panel sterujący;
- pamięć 50 protokołów badań;
- iniekcje wielofazowe – max. 6 faz; **Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ. Opis wstrzykiwacza zawarty jest w pkt 129 i brzmi następująco: „Wstrzykiwacz 2-tłokowy kompatybilny ze skanerem MRI do min. 1,5 Tesla, zasilany 1 baterią wraz z modułem ciągłym, objęty zdalnym nadzorem serwisowym rok produkcji 2023”**

**Pytanie 6** dot. pkt 5, ppkt 97, zał. nr 10 do SIWZ

Czy zamawiający wymaga, aby oferowana automatyczna dwugłowicowa strzykawka, kompatybilna ze środowiskiem magnetycznym posiadała hydrauliczny system zasilania tj. brak baterii i potrzeby ładowania czy wymiany akumulatora? **Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający swoje wymagania określił w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ. Opis wstrzykiwacza zawarty jest w pkt 129 i brzmi następująco: „Wstrzykiwacz 2-tłokowy kompatybilny ze skanerem MRI do min. 1,5 Tesla, zasilany 1 baterią wraz z modułem ciągłym, objęty zdalnym nadzorem serwisowym rok produkcji 2023”**