

Zamawiający:
Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o. o.
ul. Limanowskiego 30
96-300 Żyrardów

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: „Dzierżawa analizatora do badań immunohematologicznych oraz systemu do mikrometody manualnej wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych na okres 36 miesięcy”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych.

Jako ofertę najkorzystniejszą złożoną przez wykonawcę uznano:

DiaHem AG Diagnostic Products
Schlosserstrasse 4
CH-8180 Bülach, Szwajcaria

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

Grifols Polska Sp. z o. o.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Zamawiający odrzuca ofertę z następującego powodu: art. 226. ust.1 pkt 5

Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał kontroli zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej potwierdzonej certyfikatami, a Wykonawca Grifols Polska Sp. z o. o. w załączniku nr 5 do SWZ pozycja 11 zaoferował Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej, który nie ma charakteru międzynarodowego.

Ranking złożonych ofert:

Nr ofert	Wykonawca	Cena	Liczba punktów w kryterium cena	Parametry techniczne (ilość punktów)	Razem
1.	Grifols Polska Sp. z o. o. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa	399 784,86 zł	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona
2.	DiaHem AG Diagnostic Products Schlosserstrasse 4 CH-8180 Bülach, Szwajcaria	637 919,40 zł	60 pkt	40 pkt	100 pkt

Prezes Zarządu

Marcin Pluta