



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie**

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

WSPRiTS/ZP/74/2023
ZP.261.6.2023

Warszawa, dnia 02 marca 2023 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2023/S 030-088629 z dnia 10.02.2023 r. na zakup wyposażenia do ambulansu neonatologicznego [Nr postępowania: 6/ZP/2023].

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

Dotyczy Części 4 „Czujniki noworodkowe i przewody do pulsoksymetrii”:

1) PYTANIE: dot. poz. 1 – Czy w związku z tym, że firma Masimo wycofała akcesoria (czujniki i kable) typu LNOP oraz wycofuje połączenia m-LNCS, czy Zamawiający będzie wymagał kabla z najnowszym połączeniem kablem – czujnik - RD, o dł. 152 cm pracującego w technologii Masimo SET?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu z połączeniem kompatybilnym z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego – Propaq Encore.

2) PYTANIE: dot. poz. 1 – Czy wtyczka kabla ma być koloru białego czy czerwonego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu z połączeniem kompatybilnym z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego – Propaq Encore.

3) PYTANIE: dot. poz. 1 – Prosimy o określenie, z jakim urządzeniem ma być kompatybilny kabel?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu z połączeniem kompatybilnym z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego – Propaq Encore.

4) PYTANIE: dot. poz. 2 – Czy w związku z tym, że firma Masimo wycofała akcesoria (czujniki i kable) typu LNOP oraz wycofuje połączenia m-LNCS czy Zamawiający będzie wymagał czujników noworodkowych z najnowszym połączeniem kablem – czujnik - RD o dokładności pomiaru saturacji 1,5 %, z kablem o dł. 14,5 cm, pracującego w technologii Masimo SET?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu z połączeniem kompatybilnym z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego – Propaq Encore.

5) PYTANIE: dot. poz. 2 – Czy Zamawiający będzie wymagał czujników noworodkowych w następujących zakresach wagowych : <3> 40 kg i od 3-20 kg, do wyboru przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie wymagał czujników w zakresach wagowych: <3> 40 kg i od 3-20 kg w zależności od zamówienia.

6) PYTANIE: dot. poz. 3 – Czy w związku z tym, że firma Masimo wycofała akcesoria (czujniki i kable) typu LNOP oraz wycofuje połączenia m-LNCS czy Zamawiający będzie wymagał kabla z najnowszym połączeniem kabel – czujnik - RD, o dł. 152 cm pracującego w technologii Masimo SET?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje zaferowania produktu z połączeniem kompatybilnym z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego – Zoll Mseries.

7) PYTANIE: dot. poz. 3 – Czy wtyczka kabla ma być koloru białego czy czerwonego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje zaferowania produktu z połączeniem kompatybilnym z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego – Zoll Mseries.

8) PYTANIE: dot. poz. 4 – Czy w związku z tym, że firma Masimo wycofała akcesoria (czujniki i kable) typu LNOP oraz wycofuje połączenia m-LNCS Zamawiający będzie wymagał czujników noworodkowych z najnowszym połączeniem kabel – czujnik - RD, o dokładności pomiaru saturacji 1,5 %, z kablem o dł. 14,5 cm, pracującego w technologii Masimo SET?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje zaferowania produktu z połączeniem kompatybilnym z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego – Zoll Mseries.

9) PYTANIE: dot. poz. 1–4 – Czy Zamawiający oczekuje kabli i czujników pracujących w technologii Masimo SET?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga akcesoriów z pozycji 1–4 pracujących w technologii Masimo SET.

10) PYTANIE: Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy autoryzowanego serwisu na terenie Polski?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dostępnego na terenie Polski autoryzowanego serwisu.

Dotyczy Części 5 „Elektrody dla noworodków do monitora pacjenta IntelliVue X3”:

11) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści elektrody przezierne w promieniach RTG o wymiarach nie większych niż podłużne 10 x 25 mm oraz okrągłe o średnicy 26 mm, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówień?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaferowania.

12) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga, aby w oferowanych elektrodach powierzchnia adhezyjna składała się z hydrożelowego rdzenia z hydrokoloidową obwódką, co zapewnia możliwość użytkowania na jednym pacjencie do 5 dni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga powyższego do zaferowania.

13) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga elektrod przeziernych w promieniach RTG?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga powyższego do zaferowania.

14) PYTANIE: Czy zamawiający dopuści elektrody do EKG dla noworodka z kablem 50-60 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaferowania, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

15) PYTANIE: Czy zamawiający dopuści elektrody do EKG dla noworodka w rozmiarze o średnicy 25mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania, przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

16) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie elektrod z kablem o długości 46 cm i wymiarach 22 mm x 22 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe elektrody do zaoferowania z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.

Dotyczy zapisów wzoru umowy:

17) PYTANIE: dot. §5 ust. 5 lit. a) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §5 ust. 5 lit. a), do 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższą zmianę.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.